

Konin, dnia 24.05.2022 r.

WSZ-EP-13/590/2022**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa drukarek laserowych do kasetek histopatologicznych i szkiełek laboratoryjnych oraz wirówki cytologicznej na potrzeby Zakładu Patomorfologii”, nr sprawy WSZ-EP-13/2022.

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pakiet 1 – Drukarka do szkiełek laboratoryjnych (znakowania szkiełek mikroskopowych) – 1 szt. oraz Drukarka laserowa kasetek histopatologicznych – 1 szt.

Drukarka do szkiełek laboratoryjnych (znakowania szkiełek mikroskopowych) – 1 szt.

Pytanie nr 1 – Załącznik nr 2 do SWZ – Poz. 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki z zewnętrznym czytnikiem kodów za pomocą którego automatycznie przenoszone są dane po zeskanowaniu kasetki na szkiełko.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował zapisy Załącznika nr 2 do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 2 – Załącznik nr 2 do SWZ – Poz. 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki o wydajności do 9 szkiełek na minutę. Jest to wartość wystarczająca do prawidłowe funkcjonowania Zakładu Patomorfologii.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 3 – Załącznik nr 2 do SWZ – Poz. 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki o wydajności taśmy termotransferowej – 5000 szkiełek.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował zapisy Załącznika nr 2 do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 4 – Załącznik nr 2 do SWZ – Poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie drukarki bez ekranu dotykowego wyposażoną w zewnętrzną stację sterującą do obsługi urządzenia oraz integracji z systemem LIMS w pracowni?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pozycja 17 została wykreślona z tabeli nr 1 w pakiecie nr 1. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 2 do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 5 – Załącznik nr 2 do SWZ – Poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie drukarki wyposażonej w jeden port USB służący do bezpośredniej komunikacji z zewnętrzną stacją sterującą do obsługi urządzenia oraz integracji z systemem LIMS w pracowni bez konieczności stosowania złącza Ethernet? Zaproponowane rozwiązanie jest w pełni wystarczające dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu Patomorfologii.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował zapisy Załącznika nr 2 do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 6 – Załącznik nr 2 do SWZ – Poz. 19

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki o wymiarach: szerokości 179,8 mm, głębokość 319,5 mm, wysokość 218,4 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował zapisy Załącznika nr 2 do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Drukarka laserowa kasetek histopatologicznych – 1 szt.**Pytanie nr 7 – Załącznik nr 2 do SWZ – Poz. 5**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaproponowania drukarki do kasetek umożliwiającej pracę na kasetkach histopatologicznych od różnych dostawców czy wymaga zaproponowania drukarki umożliwiającej pracę jedynie na kasetkach dedykowanych do konkretnego urządzenia bez możliwości stosowania zamienników? Możliwość stosowania kasetek do nadruku pochodzących od różnych dostawców jest dużo lepsze od konieczności stosowania kasetek dedykowanych ze względu na niższe koszty eksploatacyjne na etapie eksploatacji urządzenia. Dodatkowo uzależnienie Zamawiającego tylko i wyłącznie od jednego dostawcy materiałów zużywalnych (kasetek histopatologicznych) jest wariantem bardzo niekorzystnym z punktu finansowego oraz dostępności towaru i płynności dostaw.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych). Zamawiający wprowadza parametry opcjonalne o następującej treści:

kasetki do drukarki pochodzące od jednego producenta – 0 pkt

kasetki do drukarki pochodzące od różnych dostawców –5 pkt

W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy SWZ, Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty oraz Załącznik nr 2 do SWZ - Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych, które zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 8 – Załącznik nr 2 do SWZ – Poz. 11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania drukarki do kasetek histopatologicznych wyposażonej w zmotoryzowane obrotowe podajniki na kasetki z funkcją automatycznego pobierania kasetki do wydruku z dowolnie wybranego podajnika bez konieczności ręcznego ich przekładania z możliwością automatycznego uporządkowanego odbioru kasetek po nadruku przez urządzenie do wbudowanej tacki z funkcją automatycznego elektro-mechanicznego wysuwu.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych). Zamawiający wprowadza parametry opcjonalne o następującej treści:

zmotoryzowane obrotowe podajniki na kasetki z funkcją automatycznego pobierania kasetki do wydruku z dowolnie wybranego podajnika bez konieczności ręcznego ich przekładania z możliwością automatycznego uporządkowanego odbioru kasetek po nadruku przez urządzenie do wbudowanej tacki z funkcją automatycznego elektro-mechanicznego wysuwu

– NIE – 0 pkt

– TAK –5 pkt

W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy SWZ, Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty oraz Załącznik nr 2 do SWZ - Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych, które zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 9 – Załącznik nr 2 do SWZ – Poz. 13

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki wyposażonej w laser o trwałości 24 mln kasetek oraz wymienny filtr zabezpieczający Użytkownika przed mikrozapyleniem powstającym podczas nadruku w technologii laserowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował zapisy Załącznika nr 2 do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 10 – Załącznik nr 2 do SWZ – Poz. 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki o wymiarach: głębokość 420 mm, szerokość 380 mm, wysokość 395 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował zapisy Załącznika nr 2 do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 2 – Wirówka cytologiczna sterowana mikroprocesorem – 1 szt.**Pytanie nr 1 – Załącznik nr 2 do SWZ – Poz. 3**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie cytowirówki z jedną dedykowaną, zwalidowaną i optymalną wielkością przyspieszenia. Zastosowane rozwiązanie jest w zupełności wystarczające do prawidłowej pracy w Zakładzie Patomorfologii.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pozycja 3 została wykreślona z tabeli w pakiecie nr 2. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 2 do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 2 – Załącznik nr 2 do SWZ – Poz. 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu zaproponowania wirówki cytologicznej z możliwością zapamiętania 20 programów. Standardowo w procedurach cytologicznych zastosowanie znajduje jeden uniwersalny program wirowania. Ewentualnie w przypadku konieczności zmiany parametrów wirowania Użytkownik może je szybko zmienić bezpośrednio poprzez przyciski sterowania umieszczone na panelu na froncie urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pozycja 4 została wykreślona z tabeli w pakiecie nr 2. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 2 do SWZ (Zestawienie wymaganych

parametrów jakościowo-technicznych). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 3 – Załącznik nr 3 do SWZ – Poz. 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymagania ujętego w pkt. 12 ze względu na brak precyzyjnego określenia dotyczącego tego wymagania oraz najprawdopodobniej powielenia wymagań z pkt. 7 w którym to Zamawiający w jednoznaczny sposób określi, że oczekuje zaproponowania wirówki cytologicznej wyposażonej w pokrywę wyposażoną w wziernik umożliwiającą obserwację przebiegu wirowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pozycja 12 została wykreślona z tabeli w pakiecie nr 2. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 2 do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 4 – Załącznik nr 3 do SWZ – Poz. 14

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie wirówki z możliwością wirowania próbek o pojemnościach od 0,1ml do 5 ml. Standardowo w procedurach cytologicznych możliwość wirowania próbki o pojemności do 5ml jest w zupełności wystarczająca dla zapewnienia najwyższej jakości badań cytologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował zapisy Załącznika nr 2 do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania

Pytanie nr 5 – Załącznik nr 3 do SWZ – Poz. 19

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie wirówki z funkcją automatycznego wykrycia niewyważenia urządzenia z informacją graficzną o tym fakcie oraz automatyczną blokadą uruchomienia procesu wirowania. Zaproponowane rozwiązanie jest w zupełności wystarczające dla zapewnienia najwyższej jakości badań cytologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował zapisy Załącznika nr 2 do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania

Pytanie nr 6 – Załącznik nr 4 do SWZ – Poz. 21

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą wyrażenie zgody na zaproponowanie wirówki umożliwiającej wykonywanie cytobloków dla materiałów tkankowych skąpo-komórkowych w oparciu o innowacyjną metodę wirowania płynów w dedykowanych probówkach do zagęszczania oraz żelowania materiału tkankowego pozwalającą uzyskać preparat mikroskopowy na którym

materiał tkankowy rozmieszczony jest w sposób uporządkowany ułatwiając szybką i precyzyjną diagnozę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował zapisy Załącznika nr 2 do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania

Pytanie nr 7 – Załącznik nr 4 do SWZ – Poz. 21

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania wirówki cytologicznej umożliwiającej odwirowanie płynnego materiału tkankowego oraz wykonywanie cytobloków w obrębie jednego urządzenia bez konieczności stosowania dodatkowej wirówki?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych). Zamawiający wprowadza parametry opcjonalne o następującej treści:

zmotoryzowane obrotowe podajniki na kasetki z funkcją automatycznego pobierania kasetki do wydruku z dowolnie wybranego podajnika bez konieczności ręcznego ich przekładania z możliwością automatycznego uporządkowanego odbioru kasetek po nadruku przez urządzenie do wbudowanej tacki z funkcją automatycznego elektro-mechanicznego wysuwu

- NIE – 0 pkt
- TAK – 5 pkt

W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy SWZ, Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty oraz Załącznik nr 2 do SWZ - Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych, które zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 8 – Załącznik nr 5 do SWZ – Poz. 22

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie wirówki z wyposażeniem jak niżej:

- klipsy ze stali nierdzewnej – 12 szt.
- kominki pojedyncza wielokrotnego użytku – 12 szt.
- filterki koloru białego pojedyncze – 200 szt.
- szkiełka dedykowane do przygotowania preparatów cytologicznych 200 szt.
- kominki jednorazowe pojedyncze zintegrowane z filterkiem koloru białego – 100 szt.
- dotatkowo innowacyjny zestaw do preparatyki 60 cytobloków, zawierający:

- próbka do zagęszczania oraz żelowania materiału tkankowego wyposażona w dwie nakrętki (górna i dolna)
- na dnie próbki 6 zagłębień do sedymentacji materiału tkankowego podczas wirowania z żelem zagęszczającym
- „punkt ślepy” (oznaczenie widoczne po zatopieniu materiału w parafinie) – dla łatwej wizualnej oceny rozpoczęcia skrawania materiału tkankowego podczas obróbki cytobloku na mikrotomie
- podłoże transportowe w próbce
- wymiar: średnica górna 28 mm, średnica dolna 22 mm, wysokość 51 mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował zapisy Załącznika nr 2 do SWZ (Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.