



Wrocław, 15 września.2021r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław**

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych wraz z najmem dwóch aparatów do pomiaru zmian nasycenia tlenem, znak sprawy: 4 WShKzP.SZP.2612.49.2021*

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz 137 ust.1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz.2019 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 22 -** Mając na uwadze powyższy przepis Wykonawca zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – Propozycja istotnych postanowień umowy nr ...../4WSzKzP.SZP.2612.49.2021 kupna-sprzedaży, w §1 ust. 4 Zamawiający wskazał, że: *„Faktury powinny być wystawione i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres: [apteka.faktury@4wsk.pl](mailto:apteka.faktury@4wsk.pl), lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 463. Zamawiający dopuszcza również złożenie faktury elektronicznej w formacie DATA-FARM (format tekstowy, plik z rozszerzeniem FAK, specyfikacja dostępna na stronie <http://www.datum.pl/> w zakładce DATA- FARM).*

1. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego postanowienia w sposób następujący:

*„Faktury powinny być wystawione i przesyłane do Zamawiającego w formie elektronicznej za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).”*

2. Tym samym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca prześle fakturę VAT jedynie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym?

Powyższy postulat zgodny jest z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy. Na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

**Odpowiedź na pytanie nr 22: Zgodnie z SWZ. Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 23 -** Zgodnie z Rozdziałem XX ust. 1 pkt 5 SWZ: *„5) Punkty za termin gwarancji/rękojmi towaru– (min. 12 miesięcy – max. 36 miesięcy)*

*12 miesięcy – 0 pkt*

*24 miesiące = 7,5 pkt*

36 miesięcy – 15 pkt

Zaoferowanie terminu gwarancji towaru krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia. Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji towaru w pełnych miesiącach ściśle wg wymagań zamawiającego.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu gwarancji/rękojmi towaru, zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną liczbę miesięcy t.j. 12 miesięcy i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 12 miesięcy.

W przypadku zaoferowania:

a) okresu dłuższego niż 12 miesięcy ale krótszego niż 24 miesiące np. 18 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal 0,

b) okresu dłuższego niż 24 miesiące ale krótszego niż 36 miesięcy np. 28 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal 7,5,

c) okresu dłuższego niż 36 miesięcy np. 40 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal możliwe do uzyskania maksimum, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji/rękojmi towaru zaoferowany przez wykonawcę.”

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego postanowienia, poprzez wykreślenie terminu 36 miesięcy i przyjęcie za termin maksymalny – termin 24 miesięcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 23: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 35 - modyfikacja SWZ.**

**Pytanie nr 24 - dotyczy pakietu 54 - Pozycja 1.** Czy Zamawiający ma na myśli : zestaw do irygacji typu Y z dwoma kolcami, dwoma zaciskami, komorą formowaną, linią o długości 1524 mm i średnicy 4.95 mm, z zaciskami rolkowymi, zaciskiem medycznym, adapterem do cewników oraz silikonową przedłużką o długości 114mm i średnicy 4.75mm

**Pytanie nr 25 - dotyczy pakietu 54 - Pozycja 2.** Czy Zamawiający ma na myśli : jednorazowy zestaw do irygacji z kolcem, komorą bez wentylacji, linią o długości 1753 mm o średnicy 4.07mm, zaciskiem rolkowym, adapterem cewnika i silikonową przedłużką o długości 114mm i średnicy 4,75mm oraz odpowietrzoną osłoną luera ?

**Odpowiedź na pytanie nr 24 i nr 25: Zamawiający dopuszcza w/w zestawy.**

**Pytanie nr 26 - dotyczy pakietu 11 pozycja 2 -** Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł w rozmiarach 15G-17G?

**Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający dopuszcza rozmiary 15G-17G. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 27 - dotyczy pakietu nr 2:** Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 i 3 rampy równoważne wyposażone w łączniki bezigłowe NeutraClear ?

**Odpowiedź na pytanie nr 27: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie nr 28 - dotyczy pakietu nr 3-\_\_** Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8 dotychczas stosowany zestaw do drenażu opłucnej metodą Seldingera w zestawie z kranikiem 3-drożnym oraz łącznikiem luer lock/stożkowym, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SWZ?

**Pytanie nr 29 - dotyczy pakietu nr 3-\_\_** Czy Zamawiający dopuści w pozycji 14 dotychczas stosowane dreny śródoperacyjne Thorax w rozmiarach 24F, 28F, 32F oraz 36F, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź na pytanie nr 28 i nr 29: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 30 - Dotyczy Pakietu nr 53 poz. 1-** Czy Zamawiający dopuści równoważne resuscytatory, silikonowe, do wentylacji pacjentów dorosłych z paskiem podtrzymującym pozwalającym na skuteczną wentylację przez dłuższy czas

**SPECYFIKACJA:**

- Resuscytatory półprzezroczyste

- wielorazowego użytku

Wyk. A.Stanisławska tel 261 660 604

- w zestawie maska do resuscytacji (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego)
- wentylacja pacjentów o masie ciała powyżej 30 kg
- nadający się do wielokrotnie sterylizowane w autoklawie w temperaturze 134°C. (bez rezerwuaru tlenu)
- objętość resuscytatora - 1800 ml
- objętość wyrzutowa – 1060ml
- w zestawie maska (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego)
- zawór ograniczający ciśnienie- 4,0 kPa (40 cm H<sub>2</sub>O)
- objętość zbiornika - 2700 ml
- złącze pacjenta zewn. 22 mm, męskie; wew. 15mm, żeńskie
- złącze wydechowe (do zaworu PEEP) 30 mm , żeńskie
- temperatura robocza od -18 do +50 0C
- temperatura przechowywania od -20 do +60 0C
- możliwość dłuższego magazynowania resuscytatora, szczelnie zapakowanego przechowywanego w chłodnym miejscu z dala od świtał słonecznego.

**Odpowiedź na pytanie nr30: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 31 - Dotyczy Pakietu nr 53 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści równoważne resuscytatory, silikonowe, do wentylacji noworodków i niemowląt z paskiem podtrzymującym pozwalającym na skuteczną wentylację przez dłuższy czas**

**SPECYFIKACJA:**

- Resuscytatory półprzezroczysty
- wielorazowego użytku
- w zestawie 2 maski do resuscytacji (rozmiar 0 i 1)
- wentylacja pacjentów o masie ciała poniżej 7 kg
- nadający się do wielokrotnie sterylizowane w autoklawie w temperaturze 134°C. (z rezerwuarem tlenu)
- objętość resuscytatora - 320 ml
- objętość oddechowa – 140 ml
- zawór ograniczający ciśnienie- 4,0 kPa (40 cm H<sub>2</sub>O)
- objętość zbiornika - 900 ml
- temperatura robocza od -18 do +50 0C
- temperatura przechowywania od -20 do +60 0C
- możliwość dłuższego magazynowania resuscytatora, szczelnie zapakowanego przechowywanego w chłodnym miejscu z dala od świtał słonecznego

**Odpowiedź na pytanie nr 31: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 32 - Dotyczy Pakietu nr 53 poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści równoważne resuscytatory, silikonowe, do wentylacji pacjentów pediatrycznych z paskiem podtrzymującym pozwalającym na skuteczną wentylację przez dłuższy czas**

**SPECYFIKACJA:**

- Resuscytatory półprzezroczysty
- wielorazowego użytku
- w zestawie maska do resuscytacji (rozmiar 2)
- wentylacja pacjentów o masie ciała 7-30 kg
- nadający się do wielokrotnie sterylizowane w autoklawie w temperaturze 134°C. (z rezerwuarem tlenu)
- objętość resuscytatora - 550 ml
- objętość oddechowa – 320 ml
- zawór ograniczający ciśnienie- 4,0 kPa (40 cm H<sub>2</sub>O)
- objętość zbiornika - 2700 ml
- temperatura robocza od -18 do +50 0C
- temperatura przechowywania od -20 do +60 0C
- możliwość dłuższego magazynowania resuscytatora, szczelnie zapakowanego przechowywanego w chłodnym miejscu z dala od świtał słonecznego.

**Odpowiedź na pytanie nr 32: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 33 - Dotyczy Pakietu nr 60 poz. 6 - Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, które w obecnej postaci swz są znacznie ograniczone (wymóg aby łyżka miała 14.5mm czy 9.9mm (!) nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia klinicznego oprócz wskazania na konkretny produkt), wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu i dopuści w powyższym zakresie łyżkę do laryngoskopu o lepszych parametrach, światłowodową, jednorazową, Miller - rozmiary 00, 0, 1,2, 3, 4, McIntosh – rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Wszystkie rozmiary łyżek pochodzą od jednego producenta. Nieodkształcające się łyżki wykonane z**

niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilne rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielonaspeyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Metalowa stopka łącząca się rękojeścią. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. Pakowanie folia-folia.

**Odpowiedź na pytanie nr 33: Zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający nie dopuszcza oraz nie wydziela.**

**Pytanie nr 34 – SWZ Dotyczy rozdział XX pkt 1. 6 – pakiet nr 21 -** Wykonawca wnioskuję o naliczanie kary umownej od wartości zamówienia częściowego, którego opóźnienie dotyczy. Naliczanie kar umownych od wartości gwarantowanej części pakietu za opóźnienie w dostawie częściowej asortymentu, stanowiącej niewielki procent wartości gwarantowanej, jest karą rażąco wysoką w stosunku do przewinienia.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający zakłada wykonanie dostaw asortymentu w postaci zamówień częściowych o znacznie niższej wartości niż kwota, od której Zamawiający zakłada naliczanie kar. Powyższe postępowanie zostało zabezpieczone przed nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia już na etapie badania ofert poprzez obowiązek złożenia informacji o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej potencjalnych Wykonawców. Pragniemy zwrócić uwagę, że naliczanie tak wysokich kar umownych przy konieczności dostaw towaru w niezwykle krótkim terminie zmusza Wykonawców do kalkulacji ryzyka poniesienia wysokich kosztów wykonania zamówienia i podniesienia ceny oferty, co w efekcie obciąża jedynie budżet Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 34: Nie, zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 35 – Zał. nr 3 do SWZ – wzór umowy - Dotyczy §7 ust.1 – pakiet nr 21 -** Prosimy o modyfikację rozbieżności pomiędzy zapisami umowy §7 ust.1 oraz kryterium oceny ofert SWZ rozdział XX ust. 1 pkt. 5 zgodnie z poniższym wzorem:

#### § 7

##### Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości/ rękojmi dostarczonego towaru na okres ważności ..... miesięcy (...).

**Odpowiedź na pytanie nr 35: Dotyczy wszystkich pakietów 1-71 - Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie rozdziału XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT pkt. 1 ppkt. 5) Punkty za termin gwarancji/rękojmi towaru, który otrzymuje nowe brzmienie:**

**„(...) 5) Punkty za termin gwarancji/rękojmi towaru– (min. 24 miesiące – max. 36 miesięcy)**

24 miesiące - 0 pkt

30 miesięcy- 7,5 pkt

36 miesięcy – 15 pkt

Zaoferowanie terminu gwarancji/ rękojmi towaru krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia. Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji/rękojmi towaru w pełnych miesiącach ściśle wg wymagań zamawiającego.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu gwarancji/rękojmi towaru, zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną liczbę miesięcy t.j. 24 miesiące i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 24 miesiące.

W przypadku zaoferowania:

a) okresu dłuższego niż 24 miesiące ale krótszego niż 30 miesięcy np. 28 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal 0,  
b) okresu dłuższego niż 30 miesięcy ale krótszego niż 36 miesięcy np. 32 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal 7,5,  
c) okresu dłuższego niż 36 miesięcy np. 40 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal możliwe do uzyskania maksimum,  
natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji/rękojmi towaru zaoferowany przez wykonawcę.

**W związku z ww modyfikacją Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ „OFERTA” w poniższym zakresie:**

(...) 1. Oświadczamy, że oferujemy dostawę materiałów medycznych wraz z najmem dwóch aparatów do pomiaru zmian nasycenia tlenem, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.49.2021, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ oraz Formularzem cenowym za:

Pakiet nr ..... <sup>1</sup> wartość netto..... zł (słownie:..... złotych) wartość brutto..... zł (słownie:..... złotych)
Termin dostawy i dostawy reklamacyjnej towaru : pakiet nr.... <sup>1</sup> – .... dni roboczych (min. 2 dni robocze - max. 5 dni roboczych - należy wpisać oferowany termin dostawy towaru i dostawy reklamacyjnej w pełnych dniach wg. Rozdz. XX SWZ)
Termin gwarancji/rękojmi towaru: pakiet nr ..... <sup>1</sup> – .... miesięcy (min. 24 miesięcy max 36 miesięcy - należy wpisać oferowany termin gwarancji/rękojmi wg. Rozdz. XX SWZ)
Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia: pakiet nr .... <sup>1</sup> – ..... % (min. 0,5% max 3% - należy wpisać oferowaną wysokość kar w procentach wg. Rozdz. XX SWZ) (...)

**Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 3 do SWZ „ Propozycja istotnych postanowień umowy” w zakresie § 7 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie:**

*„ Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości /rękojmi dostarczonego towaru na okres ..... miesięcy (min. 24 miesięcy, max 36 m-ce – zgodnie ze złożoną ofertą) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.”*

**Pytanie nr 36 –Zał. nr 3 do SWZ – wzór umowy- Dotyczy §8 ust.2 – pakiet nr 21-** Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisów §8 ust. 2 pkt. 1-2 oraz dodanie §8 ust. 2 pkt. 3 zgodnie z niniejszym wzorem:

### § 8

#### Termin trwania umowy

(...)

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni roboczych od wystąpienia okoliczności

w szczególności będących podstawą do odstąpienia,- tj jeżeli Wykonawca.:

- 1) **Dwukrotnie** przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust. 3 o 7 dni robocze;
- 2) **Dwukrotnie** przekroczy termin, o którym mowa w §4 ust. 1 o 3 dni robocze,
- 3) **Dwukrotnie** przekroczy termin, o którym mowa w §7 ust. 3 o 7 dni roboczych ;

3. *Przed odstąpieniem od umowy na podstawie §8 ust. 2 pkt. 1-3 Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytej realizacji umowy w terminie 14 dni roboczych od wezwania.*

**Odpowiedź na pytanie nr 36: Nie, zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 37 - Zał. nr 3 do SWZ – wzór umowy - Dotyczy §10 ust. 1 – pakiet nr 21-** Wykonawca wnioskuje o naliczanie kary umownej od wartości zamówienia częściowego, którego opóźnienie dotyczy. Naliczanie kar umownych od wartości gwarantowanej części pakietu za opóźnienie w dostawie częściowej asortymentu, stanowiącej niewielki procent wartości gwarantowanej, jest karą rażąco wysoką w stosunku do przewinienia.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający zakłada wykonanie dostaw asortymentu w postaci zamówień częściowych o znacznie niższej wartości niż kwota, od której Zamawiający zakłada naliczanie kar. Powyższe postępowanie zostało zabezpieczone przed nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia już na etapie badania ofert poprzez obowiązek złożenia informacji o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej potencjalnych Wykonawców. Pragniemy zwrócić uwagę, że naliczanie tak wysokich kar umownych przy konieczności dostaw towaru w niezwykle krótkim terminie zmusza Wykonawców do kalkulacji ryzyka poniesienia wysokich kosztów wykonania zamówienia i podniesienia ceny oferty, co w efekcie obciąża jedynie budżet Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 37: Nie, zapisy SWZ bez zmian.**

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.**

**W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).**

Z upoważnienia  
KOMENDANTA  
1 WOJSKOWEGO SZPITALA POLI-MEDYCZNEGO Z POLI  
ZSZ we Wrocławiu  
.....  
MGR PIOTR STRAK  
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej