



# Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12  
tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl  
NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 2022.01.10

Do wszystkich  
uczestników postępowania  
Znak sprawy – TP- 71/2021

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o szacunkowej wartości **poniżej progu**, którego przedmiotem jest dostawa, nr ogłoszenia 2021/BZP 00337873 z dnia 30.12.2021 r.  
**Znak sprawy – TP-71/2021 – Dostawa ubrań operacyjnych, jednorazowego użytku.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

## **Pytanie 1**

### **Poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści ubrania bez struktury plastra miodu 3D?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## **Pytanie 2**

### **Poz. nr 2**

czy Zamawiający dopuści ubrania w rozmiarach S – XXL?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.**

## **Pytanie 3**

### **Pakiet 1 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMMS, antystatycznej, niepylącej, oddychającej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## **Pytanie 4**

### **Pakiet 1 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści ubranie:

- ✓ Bluza posiada trzy kieszenie, jedna na górze i dwie na dole
- ✓ Wycięcie w kształcie litery V
- ✓ Spodnie wiązane na troki
- ✓ Komplet wykonany z włókniny SMMS, antystatycznej, niepylącej, oddychającej
- ✓ Gramatura : 35g/m<sup>2</sup>
- ✓ Kolor niebieski
- ✓ Rozmiary: S-XXL

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.**

## **Pytanie 5**

### **Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści składanie oferty na pozycje?

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ (modyfikacja dostępna na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>)**

## **Pytanie 6**

### **Pakiet nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z antystatycznej włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, nieprześwitujące, oddychające. Bluza z krótkim rękawem ciętym prosto, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w

kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Wszywka wskazująca rozmiar wszyta w tylnej części bluzy na karku. Spodnie z trokami w pasie, nogawki cięte prosto. Dostępne w kolorze niebieskim. Zgodne z normą EN 13795-2:2019?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.**

#### **Pytanie 7**

##### **Pakiet nr 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z antystatycznej włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>. Bluza z krótkim rękawem posiada wycięcie "V" oraz 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w kolorze niebieskim. Zgodne z normą EN 13795-2:2019?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 8**

##### **Pakiet nr 1, pozycja 1 i 2**

W związku z wystąpieniem w specyfikacji zapisu zawierającego nieaktualną normę EN 13795, która zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, została zastąpiona wydaniem EN 13795-2:2019, prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zgodności z obecnie obowiązującym, najnowszym wydaniem normy tj. EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych co potwierdzone ma być załączeniem do oferty przetargowej raportu z badań z jednostki niezależnej?

Żądanie potwierdzenia zgodności z normą EN 13795-2:2019 gwarantuje Zamawiającemu otrzymanie rozwiązania, które w sposób odpowiedni zapewnią dbałość o minimalizowanie zanieczyszczenia powietrza w sali operacyjnej przez złuszczone naskórek pochodzący ze skóry osób noszących podczas zabiegów chirurgicznych oraz w innych sytuacjach medycznych. Chcemy podkreślić, iż zgodnie z zapisami normy dzięki wskazaniu dwóch poziomów wydajności (standardowy i wysoki) ułatwiona zostaje ocena właściwości barierowych wyrobów. W zależności od czystości mikrobiologicznej sali operacyjnej wymaganej do zabiegu operacyjnego mogą być wymagane różne wyroby. Taki podział wprowadza najnowsze wydanie normy z 2019 roku, w związku z tym bazowanie na wydaniach wcześniejszych jest działaniem niezgodnym z obowiązującymi wymaganiami normatywnymi stawianymi ubraniom operacyjnym. W związku z powyższym w trosce o profesjonalną ochronę pacjentów i personelu Zamawiający winien stosować rozwiązania spełniające aktualne wymagania normatywne a żądanie przedstawienia badań z laboratorium niezależnego gwarantuje Zamawiającemu spełnienie tych wymagań

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 9 Wadium**

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę (modyfikacja SWZ dostępna na stronie**

**<https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>)**

#### **Pytanie 10 Pozycja 1**

1. Czy Zamawiający oczekuje zaferowania kompletów chirurgicznych dopuszczonych do stosowania na bloku operacyjnym zgodnych z wymaganiami normy EN 13795?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający oczekuje w celu potwierdzenie spełnienia wymogów normy EN 13795 przedstawienia raportu z badania gotowego produktu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

3. Czy zamawiający dopuści ubrania operacyjne wykonane z antystatycznej włókniny SMMS o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>. Bluza: dekolt V – lamówka w białym kolorze, 3 kieszenie, z widoczną wszywką wskazującą na rozmiar, wszywane rękawy z podszytym brzegiem. Spodnie z trokiem, podszyte nogawki. Pakowne jako komplet, dostępne w rozmiarach S – XXXL, kolor niebieski. Nie pylące. Ubrania spełniają normę EN 13794

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 11 Pozycja 2**

1. Czy zamawiający dopuści ubrania w miękkiej włókniny SMMS o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, antystatyczne. Spodnie z trokiem, Bluza dekolt V z trzema kieszeniami. Ciemnoniebieskie. Rozmiar S – XXXL

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12**

**Pakiet 1, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Niesterylne jednorazowe ubrania chirurgiczne, składające się z bluzy i spodni:

- Bluza: krótki rękaw, dekolt V wykończony białą lamówką, 3 kieszenie.

- Spodnie: wiązane w pasie na troki, kieszeń z tyłu

Komplet wykonany z oddychającej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, barierowości min. 49 mmH<sub>2</sub>O. Materiał odporny na wypychanie na sucho min. 140 kPa. Zgodne z EN 13795; wyrób medyczny klasy I. Dostępne w 6 rozmiarach oznaczonych wszywką na każdym produkcie: XS-XXL, kolor niebieski. Pakowane indywidualnie w torebkę foliową, zbiorczo 50 kompletów w kartonie zbiorczym.

|          |           | XS  | S   | M   | L   | XL  | XXL | Tolerancja |
|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| Koszulka | długość   | 67  | 70  | 72  | 75  | 76  | 77  | ± 2        |
|          | szerokość | 50  | 54  | 58  | 62  | 66  | 70  | ± 2        |
| Spodnie  | długość   | 108 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | ± 2        |
|          | szerokość | 50  | 52  | 54  | 58  | 60  | 60  | ± 2        |

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie 13**

**Pakiet 1, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Niesterylne jednorazowe ubranie chirurgiczne wykonane z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone lamówką, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej), spodnie z gumką w pasie, kolor niebieski. Zgodne z normą EN 13795, wyrób medyczny klasy I. Rozmiar S, M, L, XL, XXL. Pakowane indywidualnie w torebkę foliową, zbiorczo 70 kompletów w kartonie zbiorczym.

|          |           | S   | M   | L   | XL  | XXL | Tolerancja |
|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| Koszulka | długość   | 70  | 72  | 75  | 76  | 77  | ± 2        |
|          | szerokość | 54  | 58  | 62  | 66  | 70  | ± 2        |
| Spodnie  | długość   | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | ± 2        |
|          | szerokość | 52  | 54  | 58  | 60  | 60  | ± 2        |

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.**

