

Gdańsk, dnia 15.07.2019 roku

Sekcja Zamówień Publicznych  
KWP w Gdańsku  
znak sprawy –41/2019  
Cp.2380.1-41/2019

- wg rozdzielnika -

***Dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, KALIBRACJI, WZORCOWANIA, NAPRAW URZĄDZEŃ DO BADANIA ZAWARTOŚCI NARKOTYKÓW I ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU ORAZ WIDEOREJESTRATORÓW I MIERNIKÓW PRĘDKOŚCI DLA KWP W GDAŃSKU- realizowany elektronicznie***

TED ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 126-308568 z dnia 03.07.2019r.  
TED ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2019/s 129-317279 z dnia 08.07.2019r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnych Wykonawców wpłynęły n.w. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

**PYTANIA z dnia 10.07.2019r.:**

1. W SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 jest : " cena jednostkowa usługi wzorcowania"  
- W przypadku urządzeń do pomiaru prędkości nie wykonuje się wzorcowania tylko legalizację
2. Czy legalizacja ma obejmować tylko cenę urzędową , czy również koszty obsługi legalizacji.Nadmieniam ,że ceny urzędowe legalizacji są różne dla każdego z tych urządzeń.
3. Czy cena usługi kalibracji obejmować ma również koszty ewentualnej naprawy.(W Praktyce ceny napraw są bardzo zróżnicowane np. wymiana klawiatur ok.200 zł, a wymiana pakietu procesora ok. 3000,00 zł.)
4. Dotyczy SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 4  
Czy pod pojęciem Wideorejestrator Videorapid-2A kryją się również urządzenia typu PolCam PC2006 I Videorapid 2 - będące na wyposażeniu KWP Gdańsk
5. Czy pod pojęciem UltraLyte LTI kryją się również urządzenia typu TruCAM - będące na wyposażeniu KWP Gdańsk.
6. W związku z różnicami kosztów legalizacji i napraw urządzeń wymienionych w specyfikacji proponujemy rozdzielenie Zadania Nr 1 na trzy niezależne części.  
- Wideorejestratory  
- Laserowe mierniki prędkości  
- Radarowe mierniki prędkości typu Iskra-1
7. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 1, laserowych mierników prędkości firmy Laser Technology Inc. Nasza firma (...), jest jedynym podmiotem na terenie Polski, posiadająca autoryzację producenta do wykonywania czynności serwisowych czy napraw na przedmiotowych miernikach. Na terenie Polski, nie ma podmiotu posiadającego autoryzację producentów na wykonywanie czynności serwisowych czy napraw, na wszystkich typach przyrządów wymienionych w zadaniu nr 1.

## **ODPOWIEDZI:**

Ad.1. Zgodnie z zapisem w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 urządzenia do pomiaru prędkości podlegają legalizacji.

Ad.2. Legalizacja obejmować będzie cenę urzędową oraz przegląd techniczny urządzeń.

Ad.3. Cena kalibracji nie obejmuje kosztów naprawy urządzeń. W przypadku ewentualnych napraw przekazanych urządzeń zgodnie z umową należy przesłać wstępną kalkulację cenową celem zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Ad.4. Do wideorejestratorów Videorapid 2A zaliczają się wideorejestratory typu Polcam PC2006 i Videorapid 2.

Ad.5. Do laserowych mierników prędkości Ultralyte LTI zaliczają się również urządzenia typu TruCam.

Ad.6. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Ad.7. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma na adres e-mail (podano w stopce pisma).**

Wyk. w 1 egz.:

Zamieszczono na stronie internetowej: [www.pomorska.policja.gov.pl](http://www.pomorska.policja.gov.pl), <https://platformazakupowa.pl>

Przesłano na adresy email Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego.

**STARSZY SPECJALISTA**  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP w Gdańsku

  
Longina Grzegórska