



Grudziądz, dnia 11 stycznia 2022 roku

FE.042.3.7.2018

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „Dostawa sprzętu, urządzeń i narzędzi warsztatowych wraz z montażem i uruchomieniem oraz dostawa sprzętu laboratoryjnego do pracowni zawodowych w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.*) w odpowiedzi na zapytanie, informuję:

Pytanie nr 24:

Do zamówienia na część nr 2, poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza Wagę o poniższym parametrze:

-Liniowość $\pm 0,004$ g

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza liniowość o niższym parametrze. Zamawiający dokonał zmiany treści Załącznika nr 1.2 do SWZ w zakresie parametrów Wagi.

/-/ Prezydent Grudziądza