

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kontroli metrologicznej – wzorcowania przepływomierzy VC0.2F1PS/55, nr ref 443/2024

Kod CPV: 71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli

Kontrola metrologiczna – wzorcowanie:

Przepływomierzy

Typ: VC0.2 F1 PS/55

numery seryjne: 30023253/10-8, 30023253/10-1

Producent: KRACHT

Ilość: 2 szt.

1. Przyrządy kalibrowane muszą posiadać świadectwo wzorcowania wydane przez krajową instytucję metrologiczną ze znakiem CIPM MRA lub laboratorium wzorcujące akredytowane przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumień EA MLA lub ILAC MRA, działające w oparciu o aktualne wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17025. Świadectwo wzorcowania powinno zawierać wyniki pomiarów z niepewnością rozszerzoną pomiarów oraz orzeczenie o zgodności z wymaganiami, co najmniej dla zakresów wyszczególnionych w kryteriach podstawowych szczegółowych wymagań technicznych i metrologicznych. Dodatkowo zakresy te muszą się pokrywać z zakresami akredytacji laboratorium wzorcującego.
2. W przypadku jeśli laboratorium nie posiada akredytacji, wykonawca usługi kalibracji przedstawi: opis zastosowanej metody pomiarowej, wartości błędów/poprawek wraz z niepewnością pomiaru oraz świadectwa wzorcowania/kalibracji własnych wzorców pomiarowych, wykorzystanych w trakcie procesu kalibracji przedmiotowych przyrządów pomiarowych.

Świadectwa własnych wzorców pomiarowych powinny być wystawione przez laboratoria akredytowane.

3. Zamówienie należy zrealizować **całościowo (jednorazowo)** w terminie **16 tygodni od dnia 01.01.2025r.**
4. Przekazanie urządzeń do naprawy, zostanie potwierdzone protokołem przyjęcia-przekazania (Gm-20) sporządzony przez Zamawiającego i podpisanego przez Wykonawcę.(załącznik nr 2 do umowy)
5. Za termin wykonania Umowy uznaje się datę podpisania „Protokołu odbioru” (Gm-20) sporządzonego przez Wykonawcę, w momencie przekazania elementów po kalibracji.
6. Zamawiający jest odpowiedzialny za transport urządzeń do magazynu Wykonawcy (tj. transport urządzeń do serwisu) natomiast po wykonanej usłudze kontroli metrologicznej – wzorcowanie transport urządzeń zapewnia Wykonawca. Transport realizowany będzie przez firmę kurierską.
7. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o terminie zakończenia wykonanej usługi pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: 41blsz.sekcjazlt@ron.mil.pl) na 3 dni przed planowanym zakończeniem usługi.
8. Odbiór przedmiotu po zrealizowanej usłudze Umowy będzie dokonany w magazynie Zamawiającego. komisyjnie i protokolarnie ale nie później jak trzy dni po podpisaniu protokołu odbioru przepływomierza.
9. **Po wykonanej kalibracji wykonawca powinien dostarczyć świadectwa wzorcowania.**