



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny  
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147  
61-545 Poznań  
tel. 61 83 10 331/132  
fax 61 83 34 421  
orsk@orsk.pl  
https://orsk.pl



znak sprawy: O-RSK.SZP.71.3.(APT.38).2024.W.W.

Poznań, dnia **14 października 2024 r.**

**Strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na zadanie pod nazwą: „**Dostawa sterylnych materiałów szwowych**” nr rejestru: **SZP/APT/38/2024.**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1**

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024 poz. 1320) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

**PYTANIE NR 1**

**Dot. Część nr 1, poz. 20:**

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia „mocna”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**PYTANIE NR 2**

**Dot. Część nr 1, poz. 32-39:**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, monofilamentowy z polidoksanonu, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok.75%, po 28 dniach ok.65-70%, po 43 dniach ok. 55-60%, po 57 dniach ok. 40% i o czasie całkowitego wchłaniania 180-210 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**PYTANIE NR 3**

**Dot. Część nr 2, poz. 10:**

Czy Zamawiający dopuści igłę pojedynczą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**PYTANIE NR 4**

**Dot. Część nr 2, poz. 11 i 12:**

Czy Zamawiający dopuści igłę o średnicy 130 µm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego**

**Przemysław Daroszewski**  
Dyrektor Szpitala

/podpisano kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym/

Opracowała: W. Walkowiak  
Sporządzono w 1 egzemplarzu  
1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa