

Nr ref. CZ-272-11/22

ZAMAWIAJĄCY: Instytut Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Kraków, 17.02.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Dostawa urządzeń do Laboratorium Kompleksowych Badań Odpadów i Biomasy - Nr ref. CZ-272-11/22.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1 do OPZ Część 1 piec muflowy z dnia 31.01.2023 r.

Czy dopuszcza się czas rozgrzewu 60 min do 1300C?

Odpowiedź nr 1:

Tak, zamawiający dopuszcza w zakresie Część 1 piec muflowy, piec z czasem rozgrzewu 60 min do 1300C.

Pytanie nr 2 do OPZ Część 4 piec komorowy z dnia 31.01.2023

Czy dopuszcza się moc znamionową około 3 kW?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie i tym samym nie dopuszcza i nie dopuszcza w zakresie Część 4 piec komorowy mocy około 3 kW.

Pytanie nr 3 do załącznika nr 4 do SWZ z dnia 07.02.2023 r.

W nawiązaniu do par. 4, punkt 3, podpunkt c, Załącznika nr 4 do SWZ_Istotne postanowienia umowy, prosimy o zmianę treści zapisu na "w przypadku stwierdzenia wad - zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie określonym przez osobę/osoby dokonujące odbioru (nie dłuższym jednak niż 14 dni. W przypadku gdy konieczne jest sprowadzenie części zagranicą, termin na usunięcie wad, zostanie wydłużony o czas sprowadzenia części) w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy oraz

Nr ref. CZ-272-11/22

informację o rozpoczęciu naliczania kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dokonuje zmiany § 4 ust. 3 lit. c załącznika nr 4 do SWZ nadając mu następujące brzmienie "w przypadku stwierdzenia wad - zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie określonym przez osobę/osoby dokonujące odbioru (nie dłuższym jednak niż 14 dni. W przypadku gdy konieczne jest sprowadzenie części zagranicą, termin na usunięcie wad, zostanie wydłużony o 30 dni) w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy oraz informację o rozpoczęciu naliczania kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy".

Pytanie nr 4 do załącznika nr 4 do SWZ z dnia 07.02.2023 r.

W nawiązaniu do par. 5, punkt 2, Załącznika nr 4 do SWZ_Istotne postanowienia umowy, prosimy o ograniczenie maksymalnej kwoty odszkodowania do wartości kontraktu.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę i tym samym podtrzymuje postanowienia § 5 ust. 2 Załącznika nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 5 do załącznika nr 4 do SWZ z dnia 07.02.2023 r.

W nawiązaniu do par. 6, punkt 6, Załącznika nr 4 do SWZ_Istotne postanowienia umowy, prosimy o zmianę zapisu na następujący „Zamawiający może żądać wymiany wadliwej części przedmiotu umowy na wolną od wad, w przypadku, gdy druga z kolei naprawa tej samej części nie doprowadzi do całkowitego usunięcia stwierdzonych wad.". Producent nie daje takiej gwarancji jak zaproponowana przez kupującego, a wzięcie przez lokalny oddział ryzyka wymiany urządzenia na nowe w okresie 24 mc po dwóch ewentualnych naprawach urządzenia, spowoduje drastyczne podniesienie ceny ofertowej, gdyż dostawca musi wkalkulować potencjalną konieczność zakupu drugiego nowego produktu w okresie gwarancji.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dokonuje zmiany § 6 ust. 6 załącznika nr 4 do SWZ nadając mu następujące brzmienie „Zamawiający może żądać wymiany wadliwej części przedmiotu umowy na wolną od wad, w przypadku, gdy druga z kolei naprawa tej samej części nie doprowadzi do całkowitego usunięcia stwierdzonych wad.”

Pytanie nr 6 do załącznika nr 4 do SWZ z dnia 07.02.2023 r.

Nr ref. CZ-272-11/22

W nawiązaniu do par. 6, punkt 7, Załącznika nr 4 do SWZ_Istotne postanowienia umowy, czy zaakceptują Państwo ofertę uwzględniającą wyłącznie gwarancję (bez rękojmi). Jako oddział producenta, wobec nas gwarancja stosuje się wprost i rękojmia nie wnosi dodatkowej ochrony.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o wymagania wynikające z Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączników do SWZ oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

Pytanie nr 7 do załącznika nr 4 do SWZ z dnia 07.02.2023 r.

W nawiązaniu do par. 8 punkt 3, Załącznika nr 4 do SWZ_Istotne postanowienia umowy, prosimy o dodanie zapisu, zobowiązującego zamawiającego do zwrotu poniesionych przez wykonawcę kosztów w przypadku rezygnacji z części zamówienia.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę i tym samym podtrzymuje postanowienia § 8 ust. 3 Załącznika nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 8 do OPZ Części 2 Analizator CHNS z dnia 07.02.2023 r.

W nawiązaniu do Załącznika nr 1.2 Analizator CHNS, ze względu na niejasną konstrukcję zdania, proszę o potwierdzenie, że kupujący miał na myśli: „System spalania w module CHN wyposażony w dwie pętle dozujące: małej o objętości 2-5 cm³ oraz dużą o objętości 10-15 cm³ z możliwością wyboru objętości dozowanego analitu z poziomu oprogramowania.”

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający wyjaśnia treść poniższego zdania wskazanego w Załączniku nr 1.2 Analizator CHNS: „... System spalania w module CHN wyposażony w dwie pętle dozujące: małej o objętości 2-5 cm³ oraz dużą o objętości 10-15 cm³ z możliwością objętości dozowanego analitu z poziomu oprogramowania”,
poprzez doprecyzowanie i dodanie w nim słowa „wyboru”, nadając mu następującą treść:
„System spalania w module CHN wyposażony w dwie pętle dozujące: małej o objętości 2-5 cm³ oraz dużą o objętości 10-15 cm³ z możliwością wyboru objętości dozowanego analitu z poziomu oprogramowania.”

Pytanie nr 9 do OPZ Część 1 piec mufłowy z dnia 08.02.2023 r.

Czy Zamawiający dopuści piec o mocy 3,5 kW?

Odpowiedź nr 9:

Nr ref. CZ-272-11/22

Tak, Zamawiający dopuszcza w zakresie Część 1 piec muflowy, piec o mocy 3,5 kW.

Pytanie nr 10 do OPZ Część 1 piec muflowy z dnia 08.02.2023 r.

Czy Zamawiający dopuści piec z czasem rozgrzewania do 1300°C: 65 minut?

Odpowiedź nr 10:

Tak, zamawiający dopuszcza w zakresie Część 1 piec muflowy, piec z czasem rozgrzewu 65 minut do 1300C.

Pytanie nr 11 do OPZ Część 1 piec muflowy z dnia 08.02.2023 r.

Czy Zamawiający dopuści piec posiadający Deklarację zgodności CE? Producent oferowanego pieca ma swoją siedzibę poza UE. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie dlaczego piec musi posiadać Deklarację zgodności UE, ograniczając możliwość oferowania urządzeń producentów spoza UE.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o wymagania wynikające z Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączników do SWZ oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

Pytanie nr 12 do OPZ Część 4 piec komorowy z dnia 08.02.2023 r.

Czy Zamawiający dopuści piec o mocy 1,9 kW?

Odpowiedź nr 12:

Tak, Zamawiający dopuści w zakresie Część 4 piec komorowy, piec o mocy 1,9 kW.

Pytanie nr 13 do OPZ Część 4 piec komorowy z dnia 08.02.2023 r.

Czy Zamawiający dopuści piec z obudową z blachy stalowej malowanej epoksydową farbą proszkową w kolorze czarnym? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie ma rodzaj obudowy.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga urządzeń o najwyższych standardach użytkowych, a tym samym nie dopuszcza pieca z obudową z blachy stalowej malowanej epoksydową farbą proszkową w kolorze czarnym, z uwagi na właściwości i funkcjonalność farby epoksydowej (farby epoksydowe mają niską odporność na wysokie temperatury, niestabilność chemiczną, trudność w utrzymaniu czystości).

prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos
Dyrektor Instytutu
(podpis elektroniczny)