



Poznań, 27 marca 2020 r.

## **INSPEKCJA WETERYNARYJNA**

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ  
WETERYNARII

*Andrzej Żarnecki*

**wg rozdzielnika**

Nasz znak: AD-O.272.12.2020

Dot. sprawy nr: - pismo z dnia: -

### **WYJAŚNIENIE treści SIWZ**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę testów immunoenzymatycznych, zestawów do wykrywania wirusowego DNA w kierunku ASF, zestawów do izolacji wirusowego DNA w kierunku ASF oraz zestawów odczynników do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych kompatybilnych z posiadanym przez zamawiającego systemem do izolacji materiału genetycznego MagCore Plus II „BC”.

#### ***Dotyczy pakietu II, załącznik nr 3 do SIWZ***

**Pytanie nr 1: „Czy poprzez określenie: kontrola dodatnia, Zamawiający wymaga, aby zestaw zawierał kontrolę dodatnią z docelowym wirusowym DNA dostarczoną w formie gotowej do użytku w reakcji PCR?”**

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawów do wykrywania wirusowego DNA w kierunku ASF zawierających kontrolę dodatnią w formie gotowej do użytku jak i w formie liofilizowanej.

**Pytanie nr 2: „Czy Zamawiający wymaga aby dostarczone zestawy zapewniały możliwość tzw. pulowania, przez min. 5 z każdego rodzaju próbki?”**



---

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań  
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

**Odpowiedź nr 2:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawów do wykrywania wirusowego DNA w kierunku ASF zapewniających możliwość tzw. pulowania.

**Pytanie nr 3:** „Czy Zamawiający będzie wymagał aby dostarczone zestawy odznaczały się 100% czułością i specyficznnością stwierdzoną przez krajowe laboratorium referencyjne?”

**Pytanie nr 4:** „Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie części składowe dostarczonych zestawów takie jak: mieszanina reakcyjna, kontrola dodatnia, kontrola ujemna były dostarczane w stanie gotowym do użycia bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności?”

**Odpowiedź nr 3 - 4:** Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania.

Sporządziła: D. Bartoszevska



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań  
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl