



Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
Ul. KAROWA 2,00-315 WARSZAWA

L.dz.SK /273z/DPUB/05/2022

Warszawa, dnia 27.04.2022 r.

Wyjaśnienia i Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych” nr 07/03/22 opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 05.04.2022 r pod nr 2022/S 067-176559.

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie **art. 135 ust. 6** oraz **art. 137 ust. 1 i 2** ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 1129 ze zm., zwanej dalej ustawą lub PZP), Zamawiający wyjaśnia, co następuje

PYTANIE 1

Dotyczy ROZDZIAŁ IV Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty dokumentów dopuszczających produkty do obrotu, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych ?

Uzasadnienie: Nie wszystkie oferowane wyroby są wyrobami medycznymi. O klasyfikacji wyrobów/odczynników wg dyrektywy nr 98/79/WE lub 93/42/EWG decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych i nie podlegają obowiązkowi posiadania dopuszczenia do obrotu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wskazał w Rozdziale IV pkt 2, że Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie odnoszące się do zaoferowanych produktów (odczynniki, materiały kontrolne) o dopuszczeniu ich do stosowania zgodnie z przepisami ustawy wyrobach medycznych. Tym samym Zamawiający przesądził, iż wymaga zaoferowania odczynników i materiałów kontrolnych, które są wyrobami medycznymi.

PYTANIE 2

Dotyczy ROZDZIAŁ IV Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych pkt 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty tylko tych stron które potwierdzają wymagane parametry oceniane i wyrazi na załączenie całej ulotki?

Uzasadnienie: Ponieważ materiały informacyjne oferowanych produktów są ogólnodostępne w bibliotece technicznej wykonawcy, zostały zabezpieczone przez modyfikacjami przez osoby trzecie. W związku z tym wykonawca nie ma możliwości wycięcia fragmentu strony

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił, iż oczekuje załączenia tylko tych stron ulotek z których będzie wynikać potwierdzenie spełniania parametrów ocenianych z uwagi możliwość sprawnej i szybkiej weryfikacji i oceny dokumentów. Z tych względów Zamawiający nie wymagał dołączenia do oferty całej ulotki odczynnikowej. Zamawiający dopuszcza dołączenie przez Wykonawcę całej ulotki pod warunkiem jasnego i czytelnego oznaczenia w jej treści miejsc w których zostały opisane parametry oceniane.

PYTANIE 3

Dotyczy SWZ Rozdział V i Rozdział XVII § 4 Dzierżawa analizatora

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie analizatora do 30 dni od dnia podpisania umowy?
Uzasadnienie: W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i ograniczoną dostępnością podzespołów niezbędnych do produkcji aparatu producent potrzebuje więcej czasu na dostawę aparatu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownej modyfikacji umowy.

PYTANIE 4

Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana Prokalcytonina była Prokalcytoniną BRAHMS?

Uzasadnienie: BRAHMS PCT oprócz tego, że służy do oceny ryzyka progresji ciężkiej sepsy oraz szoku septycznego, dostarcza algorytm dotyczący podejmowania decyzji odnośnie kontynuowania lub zaprzestania antybiotykoterapii. Dzięki algorytmowi dla antybiotykoterapii w przypadku pacjentów z zapaleniem dolnych dróg oddechowych test PCT BRAHMS może mieć również zastosowanie u pacjentów z COVID. Prokalcytonina BRAHMS to marker opisany w ponad 5000 publikacjach.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga aby metoda oznaczania prokalcytoniny była wystandaryzowana wobec testu BRAHMS PCT i w związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy w formularzu asortymentowo-cenowym (Zał. 1) doprecyzowując nazwę odczynnika i zmienia nazwę Prokalcytonina na Prokalcytonina (BRAHMS PCT).

PYTANIE 5

Dotyczy Załącznik nr 1a do SWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania rocznika produkcji aparatu, jeśli producent zapewni o tym, że będzie to analizator nie starszy niż z 2016 roku?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie odstępuje od wymogu podania roku produkcji oferowanego analizatora.

PYTANIE 6

Dotyczy Załącznik nr 1a do SWZ PARAMETRY OCENIANE

Czy Zamawiający dopuści przyznanie punktów w przypadku, gdy testy odczynnikowe, kalibratory oraz kontrole znajdują się w jednym zestawie odczynnikowym?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający określił precyzyjnie zasady przyznawania punktacji, nie wymaga to dodatkowych wyjaśnień, ani modyfikacji.

PYTANIE 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie udostępnienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania aparatu Vidas: „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu , przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych Osobowych”?

Uzasadnienie: Niniejsze rozwiązanie zapewnia bezpieczne środowisko połączeniowe oraz możliwość szybszego reagowania i rozwiązania problemów technicznych, szybszy dostęp do diagnostyki zakłóceń pracy urządzenia i udzielania dodatkowych porad merytorycznych. Jednocześnie stanowi jedyną drogę zdalnego przeprowadzenia nieodpłatnych, obowiązkowych aktualizacji oprogramowania aparatu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownej modyfikacji umowy.

PYTANIE 8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora fabrycznie nowego?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga zaoferowania analizatora fabrycznie nowego.

PYTANIE 9

Dotyczy Załącznik nr 1

Czy szacunkowa liczba oznaczeń podana w tabeli ODCZYNNIKI uwzględnia testy na kalibrację i kontrole? Czy Zamawiający oczekuje, że w części 3 formularza asortymentowo-cenowego KONTROLA wewnętrznlaboratoryjna (kalibratory, kontrole) na 24 m-ce Wykonawca uwzględni kalibratory i materiały kontrolne niezbędne do wykonania podanej liczby badań?

ODPOWIEDŹ:

W tabeli formularza asortymentowo-cenowego w części 1. ODCZYNNIKI „szacunkowa liczba oznaczeń” dotyczy szacunkowej liczby badań i nie uwzględnia liczby testów dotyczących kalibracji i kontroli. Zamawiający oczekuje, że w tabeli formularza asortymentowo-cenowego, w części 3. KONTROLA WEWNĄTRZLABORATORYJNA (kalibratory, kontrole) na 24 m-ce, Wykonawca uwzględni kalibratory i materiały kontrolne niezbędne do wykonania podanej liczby badań zgodnie z procedurą testów.

Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca zmodyfikował tabelę w przypadku gdy dana procedura badawcza wymaga do danego parametru dwóch lub więcej odczynników. Zamawiający wskazał powyższą sytuację w sposób precyzyjny w postanowieniach par. 1 ust. 2 projektu umowy.

PYTANIE 10

Dotyczy Załącznik nr 1

MATERIAŁY ZUŻYWALNE materiały zużywalne do drukarki (toner, folia)

Prosimy o podanie parametrów drukarki i rodzaju materiałów zużywalnych do niej wymaganych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w tej części formularza asortymentowo-cenowego wpisać wszystkie niezbędne materiały zużywalne do oferowanego analizatora?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań co do parametrów drukarki i rodzaju materiałów zużywalnych do niej wymaganych. Zamawiający oczekuje, że w części 2. MATERIAŁY ZUŻYWALNE formularza asortymentowo-cenowego Wykonawca wpisze wszystkie niezbędne materiały zużywalne do oferowanego analizatora do wykonania wskazanej liczby badań, uwzględniając ilości podane w części dotyczącej kalibracji i kontroli. Zamawiający wskazał powyższą sytuację w sposób precyzyjny w postanowieniach par. 1 ust. 2 projektu umowy.

PYTANIE 11

Dotyczy Załącznik nr 1a, pkt 2

Oznaczenia wykonywane metodą immunoenzymatyczną.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni automatycznego analizatora immunochemicznego o wysokiej wydajności pracującego w oparciu o metodę chemiluminescencji?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie precyzuje metody detekcji reakcji antygen-przeciwciało i w związku z powyższym dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora pracującego w oparciu o metodę chemiluminescencji, z tym zastrzeżeniem, że nie jest to metoda wymagana i inne metody też zostaną uznane za prawidłowe.

PYTANIE 12

Dotyczy Załącznik nr 1a, pkt 3

Analizator o wymiarach nie większych niż Szer./głęb./wys. 90cm/60cm/50cm

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu o wymiarach nieznacznie innych niż w opisie przedmiotu zamówienia: szer. 99 cm/głęb. 61 cm/wysok. 47 cm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu o wymiarach nie większych niż szer.99 cm, głęb.61 cm, wys. 50cm.

PYTANIE 13

Dotyczy Załącznik nr 1a pkt 4

Analizator bezigłowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni automatycznego analizatora immunochemicznego pracującego, podobnie jak zdecydowana większość dostępnych rozwiązań na rynku, w oparciu o pobieranie zarówno próbek pacjentów jak i odczynników za pomocą sond? Analizator immunochemiczny pracuje w technologii zabezpieczającej przed efektem przeniesienia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza analizator pracujący w technologii zabezpieczającej przed możliwością kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami).

PYTANIE 14

Dotyczy Załącznik nr 1a pkt 9

Trwałość odczynników gotowych do użycia dłuższa niż 3 miesiące po otwarciu opakowania. Otwarcie zestawu nie powoduje skrócenia terminu ważności zawartych w nim odczynników

Czy Zamawiający dopuści analizator, dla którego odczynniki są gotowe do użycia, a ich trwałość wynosi minimum 28 dni po otwarciu opakowania? Oferowane odczynniki są konfekcjonowane w opakowaniach 2 x 50 testów w jednym opakowaniu. Przy założeniu minimalnej trwałości 1 opakowania roboczego minimum 28 dni trwałość całego opakowania wynosi 56 dni. Dla wymaganej przez Zamawiającego liczby badań poszczególnych parametrów odczynniki te zostaną w pełni wykorzystane w czasie ich trwałości po otwarciu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż w wyniku analizy Zamawiający stwierdził w niektórych okresach miesięcznych zużycie mniejszej ilości testów niż wskazana przez Wykonawcę.

PYTANIE 15

Dotyczy Załącznik nr 1a pkt 11

Oprogramowanie analizatora w języku polskim

Czy Zamawiający dopuści analizator immunochemiczny z oprogramowaniem w języku angielskim? Zarówno instrukcja obsługi analizatora jak i wszystkie inne materiały niezbędne do prawidłowej pracy są w języku polskim, a oprogramowanie analizatora jest bardzo intuicyjne i proste w obsłudze.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 16

Dotyczy Rozdział III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia:

Analizator oraz odczynniki wraz z materiałami kontrolnymi muszą pochodzić od jednego producenta – producenta analizatora

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiałów kontrolnych niezależnego producenta (innego niż producent analizatora)? Oferowany materiał kontrolny posiada wartości zaadoptowane przez firmę i dedykowane dla oferowanego analizatora.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 17

Czy zamawiający wyraża zgodę na podłączenie analizatorów do usługi zdalnego dostępu o nazwie ProService? Usługa umożliwi serwisowi technicznemu i aplikacyjnemu na zdalne rozwiązywanie problemów”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem uwzględnienia, że wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

PYTANIE 18

Dotyczy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca dostarczy zamówione odczynniki w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych na swój koszt i

ryzyko w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, o którym mowa, w ust. 1 niniejszego paragrafu. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.”?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 19

Dotyczy § 3 ust. 9 oraz SWZ Wymagania dla przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie terminu ważności odczynników min 3 miesiące zgodnie z zapisem w Załączniku nr 1a pkt 9

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 20

Dotyczy § 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Dostępność telefonicznych porad inżyniera serwisowego codziennie, całodobowo, 7 dni w tygodniu także w dni świąteczne i wolne od pracy. Dostępność telefoniczna do inżynierów serwisowych bezpośrednio. Reakcja telefoniczna serwisu w ciągu 3 godz. od zgłoszenia awarii. W razie potrzeby przyjazd serwisu w ciągu 24h od zgłoszenia awarii (w godz. 8:00-15:00).”?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 21

Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy do Zamawiającego w stosunku do terminu wynikającego z postanowień § 3 ust. 3 Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 1% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki,”?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 22

Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości umowy brutto, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę,”?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 23

Dotyczy § 3.3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 4 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 24

Dotyczy § 9.1.1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na: „za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy do Zamawiającego w stosunku do terminu wynikającego z postanowień § 3 ust. 3 Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki,”?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 25

Dotyczy § 9.1.2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na: za zwłokę w dokonaniu wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w § 6 ust. 1, w wysokości 0,1% wartości wadliwego towaru brutto za każdy dzień zwłoki”?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 26**Dotyczy § 9.1.3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na: „w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy brutto, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zwinionych przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę”? Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości gwarantowanej części umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 137 ustawy PZP w związku z wejściem w życie z dniem 16.04.2022 r. ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), która przewiduje w art. 7 obowiązek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3

i zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy nakłada obowiązek dostosowania dokumentacji postępowania w terminie 14 dni od daty wejścia w życie ustawy dokonuje następującej modyfikacji:

PRZED MODYFIKACJĄ:**ROZDZIAŁ VI.****PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp.
2. Zamawiający przewiduje następującą fakultatywną podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp:
Wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, podlega wykluczeniu.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 lub 2 jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
 - 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

- 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
- 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy;
 - b) zreorganizował personel;
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli;
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów;
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 4, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 4, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
6. Okresy, w których muszą nastąpić okoliczności określone w pkt 1 SWZ sankcjonowane wykluczeniem zostały określone w art. 111 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W SWZ

(...)

7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez dodanie dokumentów (załączników), tj.:

- 1) formularza OFERTA,
- 2) formularza asortymentowo-cenowego – załącznik nr 1
- 3) formularza – opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a
- 4) oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (oświadczenie JEDZ) – załącznik nr 2
- 5) przedmiotowych środków dowodowych określonych w rozdziale IV SWZ
- 6) pełnomocnictwa (o ile dotyczy).

(...)

PO MODYFIKACJI:

ROZDZIAŁ VI.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp.
2. Zamawiający przewiduje następującą fakultatywną podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp:

Wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, podlega wykluczeniu.

3. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”.**

Zgodnie z art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę:

- 1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
- 2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;

- 3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.

Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 9 na podstawie:

- 1) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
- 2) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN

Na potwierdzenie okoliczności, o której mowa w pkt. 3 Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 lub 2 jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
 - 4) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
 - 5) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
 - 6) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - f) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy;
 - g) zreorganizował personel;
 - h) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli;
 - i) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów;
 - j) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
8. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
9. Okresy, w których muszą nastąpić okoliczności określone w pkt 1 niniejszego Rozdziału sankcjonowane wykluczeniem zostały określone w art. 111 ustawy Pzp, a w przypadku pkt 3 niniejszego Rozdziału wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności.
10. **W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy**

ROZDZIAŁ XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W SWZ

(...)

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez dodanie dokumentów (załączników), tj.:

- 1) formularza OFERTA,
- 2) formularza asortymentowo-cenowego – załącznik nr 1
- 3) formularza – opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a
- 4) oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (oświadczenie JEDZ) – załącznik nr 2
- 5) przedmiotowych środków dowodowych określonych w rozdziale IV SWZ

- 6) **oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy UOBN**
 - 7) pełnomocnictwa (o ile dotyczy).
- (...)

Załączniki do odpowiedzi:

1. Załącznik nr 1 do SWZ (formularz asortymentowo – cenowy) po modyfikacji
2. Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy

ZATWIERDZIŁ
DYREKTOR SZPITALA
mgr Ewa Piotrowska