



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
📧 zam.publ@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

ZP/32/2024

Łódź, dnia 02.05.2024 r.

„Nadbudowa z łądowiskiem, przebudowa i doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej przy ul. Pankiewicza 16 w Łodzi” na potrzeby SP ZOZ CSK UM w Łodzi

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Mając na uwadze treść zamieszczonych przez Zamawiającego wyjaśnień SWZ z dnia 29 kwietnia br., wnosimy o sprecyzowanie odpowiedzi w zakresie zgłoszonym poniżej:

1. W treści odpowiedzi numer 17 do zestawu pytań nr 19 Zamawiający odniósł się do kwestii zakresu dostaw wymaganych w postępowaniu. Wykonawca zadający pytanie zwracał uwagę na fakt, że wielokrotnie pojawiały się już, w innych pytaniach, wątpliwości Wykonawców co do tego, jaki konkretnie asortyment dostarczyć ma Wykonawca. Wykonawca wniósł zatem, aby Zamawiający dokładnie sprecyzował, co Wykonawca ma w postępowaniu dostarczyć.

W odpowiedzi Zamawiający wskazał (podkreślenie nasze):

Zamawiający w SWZ pisząc poniższe „Wykonawca.....” sprecyzował zapis w zakresie dostawy urządzeń, sprzętu, systemu enumeratywnie wskazanego poniżej.

„Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest, w szczególności do dostawy:

1. *Zestawu 2 - lamp operacyjnych z monitorem i kamerą – 2 szt.*
2. *Kolumny anestezjologicznej – sufitowej – 6 szt.*
3. *Kolumny chirurgicznej sufitowej – 4 szt.*
4. *Systemu integra basic do zarządzania salami operacyjnymi – 4 szt.*
5. *Lampy zabiegowej – 3 szt.”*

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający z jednej strony pisze o wyliczeniu enumeratywnym, z drugiej zaś utrzymuje sformułowanie „w szczególności”, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w zakresie postępowania ZP/32/2024 Wykonawca nie dostarcza żadnych innych elementów poza:

1. Zestawem 2 - lamp operacyjnych z monitorem – 2 szt.
2. Kolumną anestezjologiczną – sufitową – 6 szt.
3. Kolumną chirurgiczną sufitową – 4 szt.
4. Systemem integra basic do zarządzania 4 salami operacyjnymi – 1 szt.

5. Lampą zabiegowej – 3 szt.”

Prosimy tym samym o potwierdzenie, że nieaktualne są wcześniejsze odpowiedzi Zamawiającego w takim zakresie, w jakim wskazują na konieczność dostawy innych elementów. Przykładem są chociażby odpowiedzi Zamawiającego z dnia 22 kwietnia br.: nr 15 z Zestawu 8 oraz numer 69 z Zestawu 25, w których Zamawiający wskazywał na konieczność dostawy 6 szt. kolumn do sal wybudzeń, a więc elementu, który nie jest ujęty w powyższym, wyczerpującym wykazie z pkt 1-5.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność dostarczenia sprzętu z wykazu 1-5. Zamawiający zaznacza jednocześnie, że w ramach prac budowlanych należy dostarczyć również inne elementy wyposażenia trwale związane z budynkiem wykazane w postępowaniu, np. kolumny do sal wybudzeń.

2. W treści odpowiedzi numer 17 do zestawu pytań nr 19 Zamawiający wskazuje (podkreślenie nasze), że zakres dostaw obejmuje Zestaw 2 – lamp operacyjnych z monitorem i kamerą – 2 szt., jednakże w pkt 28 tabeli „Dwukopułowa bezcieniowa lampa operacyjna” Zamawiający wskazuje, że lampa ma mieć jedynie możliwość zainstalowania kamery 4K w przyszłości. Aby usunąć dostrzeżoną sprzeczność prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje dostarczenia lampy już wyposażonej w kamery, czy jedynie lampy, która umożliwi wyposażenie jej w kamery w przyszłości przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność zainstalowania dwóch zestawów lamp operacyjnych z kamerami 4K na etapie wykonawstwa (po 1 kamerze na każdy zestaw lamp).

3. W dniu 29 kwietnia Zamawiający opublikował 5 dokumentów, które po wypełnieniu przez Wykonawców stanowią będą podmiotowe środki dowodowe. Prosimy o potwierdzenie:
- Ze jeśli w danym wierszu, w kolumnie „Parametr wymagany” Zamawiający zapisał „TAK”, w kolumnie „Oferowane parametry” lub „Parametry oferowane” Wykonawca również zapisuje „TAK”, jeśli oferuje element zgodny ze wskazanymi w tabeli parametrami.
 - Jeśli Zamawiający nie potwierdza, prosimy o informację, co dokładnie wpisać ma w kolumnie „Oferowane parametry” lub „Parametry oferowane” Wykonawca, który oferuje element zgodny ze wskazanymi w tabeli parametrami

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wpisanie słowa tak przez oferenta jest potwierdzeniem parametrów, jednocześnie zastrzegając że w przypadku wpisania słowa „tak” i przepisaniu wartości parametrów również uzna warunek za spełniony.

- Ze jeśli w danym wierszu, w kolumnie „Wartość wymagana” Zamawiający zapisał „TAK”, w kolumnie „Opis parametru” Wykonawca również zapisuje „TAK”, jeśli oferuje element zgodny ze wskazanymi w tabeli parametrami
 - Jeśli Zamawiający nie potwierdza, prosimy o informację, co dokładnie wpisać ma w kolumnie „Opis parametru” Wykonawca, który oferuje element zgodny ze wskazanymi w tabeli parametrami

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wpisanie słowa tak przez oferenta jest potwierdzeniem parametrów, jednocześnie zastrzegając że w przypadku wpisania słowa „tak” i przepisaniu wartości wymaganych również uzna warunek za spełniony.

- Czy polecenie „Tak / podać” lub „Tak, podać” jest tożsame z poleceniem „Podać”?

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. W przypadku polecenia „tak/ podać” lub „tak, podać” należy wpisać zarówno słowo „tak” jak i podać wartość oferowanego parametru. Nie jest ono tożsame z poleceniem „podać”, gdyż w tym przypadku należy wpisać jedynie wartość parametru”.

- d. Czy Wykonawca, we wstępnej sekcji dokumentów oznaczonej jako „Rodzaj oferowanego sprzętu” lub „Nazwa oferowanego systemu” podać ma jakikolwiek inny parametr niż nazwa i model? Zamawiający wskazał: „nazwa, model, itp.” – Wykonawca musi zaś wiedzieć, czego konkretnie wymaga Zamawiający, nie może zaś domniemywać, jakie dane są do nazwy i modelu „podobne”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż nazwa i model produktu muszą zostać bezwzględnie podane w powyższym polu. Jest to bezwzględnie wymagane dla spełnienia warunku. Inne informacje dotyczące danego asortymentu mogą zostać w tym polu podane i nie powodują odrzucenia oferty.

- e. Że w dokumentach, które nie mają postaci tabel (kolumna anestezjologiczna sufitowa i kolumna chirurgiczna sufitowa) Wykonawca oferujący element zgodny ze wskazanymi w dokumencie parametrami wypełnia tylko sekcję „rodzaj oferowanego sprzętu”

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikuje wykaz parametrów do formy tabelarycznej.

- f. Co dokładnie Wykonawca ma wpisać w kolumnie „prezentacja” w tabeli „Opis funkcjonalności systemu integracji sal operacyjnych zintegrowanego z systemem anestezjologicznym na bloku operacyjnym”

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikuje zapis w tabeli.

- g. W tabelach występują wiersze, gdzie w kolumnie dotyczącej wymaganych wartości Zamawiający zdaje się wskazywać punktację dla odpowiedzi TAK i brak punktacji dla odpowiedzi NIE
- czy oznacza to, że Zamawiający wprowadza dodatkowe kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej?
 - Czy Wykonawca może udzielić odpowiedzi NIE bez narażenia się na odrzucenie oferty?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikuje zapis w tabeli. Zamawiający nie planuje dodatkowego kryterium oceny.

Biorąc pod uwagę, że dopiero w dniu 29 kwietnia br. po godz. 23.00 (a więc *de facto*, z punktu widzenia skuteczności komunikacji, dopiero 30 kwietnia br.), Zamawiający po raz pierwszy opublikował informację co do tego, jak wyglądać mają przedmiotowe środki dowodowe w postępowaniu, jednocześnie zaś informacja ta trafia do Wykonawców w przeddzień tzw. długiego weekendu obejmującego, oprócz soboty i niedzieli, dwa dni ustawowo wolne od pracy, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 21 maja br. Zwracamy także uwagę, że w opublikowanych wzorach przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający zmodyfikował parametry dostarczanego sprzętu w porównaniu z parametrami wynikającymi z dokumentacji projektowej i z dotychczasowych odpowiedzi, co wymaga dodatkowych działań Wykonawców związanych z ofertowaniem

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Udzielone odpowiedzi, wyjaśnienia należy czytać łącznie z dokumentami zamówienia.

Kinga Miśkiewicz