

**Łódź, dnia 26.03.2025**

**Wszyscy Wykonawcy**

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:**

**„Dostawa i wyposażenie wielorazowe na potrzeby Klinik i Oddziałów dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251”**

### **Pytanie 1**

**Dotyczy: Pakiet nr 19: Materace zmiennociśnieniowe**

**Załącznik nr 3 do SWZ Parametry techniczne**

**Poz. 1 – Materac zmiennociśnieniowy o konstrukcji pęcherzyk**

Tabela Wymagania ogólne pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści pompę o ochronie przed wilgocią IP21?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści pompę o ochronie przed wilgocią IP21 z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

### **Pytanie 2**

**Dotyczy: Pakiet nr 19: Materace zmiennociśnieniowe**

**Załącznik nr 3 do SWZ Parametry techniczne**

**Poz. 1 – Materac zmiennociśnieniowy o konstrukcji pęcherzyk**

Tabela Parametry techniczne urządzenia pkt.2 : Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy o konstrukcji pęcherzykowej o wymiarach 190 x 85 cm +/- 5 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

### **Pytanie 3**

**Dotyczy: Pakiet nr 19: Materace zmiennociśnieniowe**

**Załącznik nr 3 do SWZ Parametry techniczne**

**Poz. 2 – Materac zmiennociśnieniowy o konstrukcji rurowej**

Tabela Wymagania ogólne pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści pompę o ochronie przed wilgocią IP21?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści pompę o ochronie przed wilgocią IP21 z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

### **Pytanie 4**

**Dotyczy: Pakiet nr 19: Materace zmiennociśnieniowe**

**Załącznik nr 3 do SWZ Parametry techniczne**

**Poz. 2 – Materac zmiennociśnieniowy o konstrukcji rurowej**

Tabela Parametry techniczne urządzenia pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy o konstrukcji rurowej o wytrzymałości mechanicznej do 260 kg? – pozostałe wymagane parametry pozostają zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

### **Pytanie 5**

**dot. SWZ termin dostawy zamówień**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydłużenie termin dostawy poszczególnych zamówień do 10 dni roboczych. Jest to czas niezbędny do przygotowania produkcji, wyprodukowanie i dostawę

wskazanego asortymentu. Duże ilości, określone przez Zamawiającego w tym postępowaniu, wykluczają możliwość magazynowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający wydłuży czas dostawy w pakietach 29 oraz 39 maksymalnie do 10 dni roboczych.

#### **Pytanie 6**

**dot. Załącznik nr 3 do SWZ – Parametry techniczne**

**dot. PAKIET nr 29. Leżanka dwusekcyjna – 20szt.**

Prosimy o określenie, ile leżanek ma być wyposażonych w stópki, a ile w koła. Doprecyzowanie tego parametru ma znaczący wpływ na cenę oferowanego produktu.

**Odpowiedź:** Wszystkie leżanki mają być wyposażone tylko w stópki bez kółek

#### **Pytanie 7**

**dot. Załącznik nr 3 do SWZ – Parametry techniczne**

**dot. PAKIET nr 29. Leżanka dwusekcyjna – 20szt.**

Czy Zamawiający dopuści leżankę z regulacją kąta nachylenia zagłówka w zakresie +/-45°?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 8**

**dot. Załącznik nr 3 do SWZ – Parametry techniczne**

**dot. PAKIET nr 29. Leżanka dwusekcyjna – 20szt.**

Czy Zamawiający dopuści leżankę o długości całkowitej 1850 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SWZ, jednocześnie nie wpływając na funkcjonalność produktu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 9**

**dot. Załącznik nr 3 do SWZ – Parametry techniczne**

**dot. PAKIET nr 29. Leżanka dwusekcyjna – 20szt.**

Czy Zamawiający dopuści leżankę o masie własnej do 30 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 10**

**dot. Załącznik nr 3 do SWZ – Parametry techniczne**

**dot. PAKIET nr 29. Leżanka dwusekcyjna – 20szt.**

Czy Zamawiający wymaga, aby producent leżanek posiadał certyfikaty Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 oraz Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001?

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie wymagać Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 oraz Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001

#### **Pytanie 11**

**dot. PAKIET nr 39. Wózek oddziałowy z trzema wyjmowanymi pojemnikami oraz drucianym koszem – 30szt.**

Czy Zamawiający dopuści wózek oddziałowy o wysokości 890 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SWZ, jednocześnie nie wpływając na funkcjonalność produktu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 12**

**dot. PAKIET nr 39. Wózek oddziałowy z trzema wyjmowanymi pojemnikami oraz drucianym koszem – 30szt**

Czy Zamawiający dopuści wózek oddziałowy o długości całkowitej 680 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 13**

**dot. PAKIET nr 39. Wózek oddziałowy z trzema wyjmowanymi pojemnikami oraz drucianym koszem – 30szt**

Czy Zamawiający dopuści wózek oddziałowy ze stelażem aluminiowo - stalowym lakierowanym proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiające dowolną regulację wysokości pótek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów, z uchwytem do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm stanowiącym zintegrowany element konstrukcji?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ**

#### **Pytanie 14**

**dot. PAKIET nr 39. Wózek oddziałowy z trzema wyjmowanymi pojemnikami oraz drucianym koszem – 30szt**

Czy Zamawiający wymaga, aby producent wózków oddziałowych posiadał certyfikaty Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 oraz Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001?

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie wymagać Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 oraz Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001

#### **Pytanie 15**

**dot. umowa**

dot. § 3. ust 2 oraz § 5 ust. 11- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu montażu oraz przeszkolenia w zakresie pakietów: 24,25,26,27,29,30,31,33,34,37,39 zw. względu na fakt i że asortyment będący przedmiotem zamówienia jest dostarczany złożony gotowy do użytku a jego obsługa ma charakter typowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu montażu oraz przeszkolenia w zakresie pakietów: 24,25,26,27,29,30,31,33,34,37,39 ze względu na fakt i że asortyment będący przedmiotem zamówienia jest dostarczany złożony gotowy do użytku a jego obsługa ma charakter typowy.

#### **Pytanie 16**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Lampę posiadającą pobór mocy 145 W?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 17**

Dotyczy pakietu nr 40 poz. 3 – 147x95cm (szer. x wys.) –

1.czy prawidłowo oznaczona jest szerokość i wysokość (czy nie odwrotnie?) 2. na parawany stelażowe zazwyczaj jest na tunel (górze + dół zasłony), a nie taśmę do równomiernego marszczenia, co ma być ?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską poprawny zapis powinien być 147x95cm ( wys. x szer.)

**Pytanie 18**

Dotyczy pakietu nr 11: II. Parametry techniczne urządzenia, pkt 23,24:

23	Waga urządzenia: nie większa niż 280 g (bez baterii)	Tak /Podać
24	Wymiary: 140x 100 x 90 mm ± 10 mm	Tak /Podać

Zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie wagi i wymiarów ciśnieniomierza, który spełnia wszystkie inne kryteria opisane w przedmiocie zamówienia tj. 152 x 105 x 85 mm i wadze bez baterii 337 g.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 19**

Dotyczy pakietu 3: pozycja 1,2,3, II. Parametry techniczne urządzenia, pkt 5:

5	Przeznaczony do ciśnieniomierza typu OMRON M3 Comfort, M6 Comfort	Tak	
---	---	-----	--

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza mankiety innych producentów kompatybilnych z ciśnieniomierzami Omron tzw. zamienniki, czy wymaga mankietów oryginalnych według opisów w pozycji 1,2,3, współpracujących z ww. ciśnieniomierzami. tj marki Omron M3 Comfort i M6 Comfort. Zwracamy uwagę, że oryginalne mankiety producenta dedykowane do ww. urządzeń, są rekomendowane przez producenta ciśnieniomierza, dają pewność diagnostyczną i powtarzalność pomiarów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga oryginalnych mankietów według opisów w pozycji 1,2,3, współpracujących z ww. ciśnieniomierzami. Tj. marki Omron M3 Comfort i M6 Comfort

**Pytanie 20****Dotyczy Pakiet 43:**

Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowy fotel z roku produkcji 2024?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 21****Dotyczy Pakiet 43:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis zamiast „Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia” – Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia max 48h?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 22****Dotyczy Pakiet 44:**

Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowy wózek z roku produkcji 2024?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 23****Dotyczy Pakiet 44:**

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna”? Oferowany wózek nie jest urządzeniem elektrycznym, nie posiada możliwości podłączenia do zasilania, akumulatorów ani baterii.

**Odpowiedź:** Zamawiający przychylił się do prośby, zrezygnuje z zapisu „Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna”

**Pytanie 24****Dotyczy Pakiet 44:**

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „Ochrona przed wilgocią lub równoważna IP22”? Jest to norma mówiąca o zabezpieczeniu przed skraplającą się wodą. Oferowany wózek posiada materac wodo i ognioodporny, urządzenie można obficie spryskiwać środkami dezynfekującymi, co nie odbiega od wymaganej normy.

**Odpowiedź:** Zamawiający przychylił się do prośby, zrezygnuje z zapisu „Ochrona przed wilgocią lub równoważna IP22”

**Pytanie 25****Dotyczy Pakiet 44:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis zamiast „Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia” – Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia max 48h?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 26****Dotyczy Pakiet 1**

poz. 1, 2 prosimy o dopuszczenie długości 50 cm i szerokości 14,5 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 27****Dotyczy Pakiet 1**

Pozycja 3 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 21-27 cm długości 39,5 cm i szerokości 11,5 cm lub

rozmiaru 18-26 cm długości 39 cm i szerokości 11,5 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 28****Dotyczy Pakiet 1**

Pozycja 4 prosimy o dopuszczenie długości 69 cm i szerokości 15,5 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 29****Dotyczy Pakiet 1**

Pozycja 5, 6, 7 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm, długości 65 cm i szerokości 17,5 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 30**

##### **Dotyczy Pakiet 1**

Pozycja 8, 9 prosimy o dopuszczenie długości 21 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 31**

##### **Dotyczy Pakiet 1**

Pozycja 10, 11 prosimy o dopuszczenie długości 29 cm i szerokości 8,8 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 32**

##### **Dotyczy Pakiet 1**

Pozycja 12, 13 prosimy o dopuszczenie długości 39 cm i szerokości 11,5 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 33**

##### **Dotyczy Pakiet 1**

Pozycja 14 - Prosimy o dopuszczenie

mankietu z wyjmowanym pęcherzem w rozmiarze 14-21 cm , długości 30 cm i szerokości 9,5 cm  
lub

mankietu bez pęcherza w rozmiarze 13-21,5 cm, długości 30,5 cm i szerokości 8,2 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 34**

##### **Dotyczy Pakiet 16**

Prosimy o wskazanie wielkości zapotrzebowania dla poszczególnych rozmiarów: S, M, L, XL, ponieważ różnią się ceną.

**Odpowiedź:** Zamawiający na dzień udzielania odpowiedzi nie jest w stanie oszacować potencjalnej ilości zamówień poszczególnych rozmiarów

#### **Pytanie 35**

##### **Pakiet 41**

Poz. 1 **ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH** pkt. 4 i 5

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów wykonanych z pianki i medycznego żelu silikonowego z powłoką poliuretanową, bez zawartości lateksu

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 36**

##### **Pakiet 41**

Poz. 2 **ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH** pkt. 4 i 5

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów wykonanych z pianki i medycznego żelu silikonowego z powłoką poliuretanową, bez zawartości lateksu

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 37****Pakiet 41****Poz. 3 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

pkt. 1, 4 i 5 prosimy o dopuszczenie

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera o wymiarach 50,5 x 9,2 x 7,5 cm wykonanego z medycznego żelu silikonowego z powłoką poliuretanową, bez zawartości lateksu lub

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera o wymiarach 50,5 x 14 x 11 cm wykonanego z pianki i medycznego żelu silikonowego z powłoką poliuretanową, bez zawartości lateksu

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 38****Pakiet 41****Poz. 4 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

pkt. 1, 4 i 5 prosimy o dopuszczenie

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera o wymiarach 40,5 x 9,5 x 7,5 cm wykonanego z medycznego żelu silikonowego z powłoką poliuretanową, bez zawartości lateksu lub

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera o wymiarach 40 x 14 x 11 cm wykonanego z pianki i medycznego żelu silikonowego z powłoką poliuretanową, bez zawartości lateksu

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 39****Pakiet 41****Poz. 5 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

pkt. 5 i 6 Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów wykonanych z pianki i medycznego żelu silikonowego z powłoką poliuretanową, bez zawartości lateksu

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 40**

Prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z parametru w pakiecie nr 7 od poz. 1 do poz. 16 dot. „ochrony przed wilgocią lub równoważna- IP 22 lub równoważna”. Normy szczelności IP, dotyczą urządzeń elektronicznych, a wymagany sprzęt przez Zamawiającego to urządzenia mechaniczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający przychylił się do prośby, rezygnuje z zapisu „Ochrona przed wilgocią lub równoważna IP22”

**Pytanie 41**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego odnośnie pakietu nr 7 poz. 1, poz. 2, poz. 3 dot. stopnia siły ssania regulatora próżni. Czy w/w pakiecie wystąpiła omyłka pisarska w jednostce ciśnienia i zamiast wymagania „stopień siły ssania 115 l/min +/- 5l/min przy -950 bar” powinno być „stopień siły ssania 115 l/min +/- 5l/min przy -950 mbar”? Regulator próżni o ciśnieniu -950 bar nie jest możliwy fizycznie do osiągnięcia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza że nastąpiła omyłka pisarska powinno być „stopień siły ssania 115 l/min +/- 5l/min przy -950 mbar”

**Pytanie 42****Pakiet nr 41 Pozycjonery**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w ramach Pakietu nr 41

**Pozycja 2** - Pozycjoner krążek/pozycjoner głowy w kształcie misy o wymiarach: 14x6x3,5 cm wykonany w 100% z poliuretanu, wzmocniony powłoką poliuretanową, podwójne zgrzewy, Nie zawiera silikonu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i de-zynteckcji. Wyrób medyczny klasa I,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 43****Pakiet nr 41 Pozycjonery**

**Pozycja 3** - Pozycjoner półwałek bez rdzenia z pianki o wymiarach 50x15x10 cm wykonany w 100% z poliuretanu, wzmocniony powłoką poliuretanową, podwójne zgrzewy, Nie zawiera silikonu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji. Wyrób me-dyczny klasa I,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 44****Pakiet nr 41 Pozycjonery**

**Pozycja 4** - Pozycjoner półwałek bez rdzenia z pianki o wymiarach 40x10x8,5cm wykonany w 100% z poliuretanu, wzmocniony powłoką poliuretanową, podwójne zgrzewy, Nie zawiera silikonu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji. Wyrób me-dyczny klasa I,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 45****Pakiet nr 41 Pozycjonery**

**Pozycja 5** - Pozycjoner pod piętę o wymiarach 20x11x7 cm wykonany w 100% z poliuretanu, wzmocniony powłoką poliuretanową, podwójne zgrzewy, Nie zawiera silikonu, lateksu, ftalanów, elastyczny i wygodny w użyciu, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji. Wyrób medyczny klasa I?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 46****Dotyczy pakietu nr 16:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw pasów bez oznaczonych otworów systemem numeryczno-literowym ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 47****Dotyczy pakietu nr 41, poz. 1 :**

Czy Zamawiający dopuści pozycjoner krążek/ pozycjoner głowy w kształcie misy o wymiarach 20x7x5 cm?

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 48****Dotyczy pakietu nr 41, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści pozycjoner krążek/ pozycjoner głowy w kształcie misy o wymiarach 14x5x2,5 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

**Pytanie 49**

**Dotyczy PAKIET 21 WAGI OSOBOWE Z WZROSTOMIERZEM**

Czy zamawiający dopuści wagę osobową o obciążeniu minimalnym 2 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 50**

**Dotyczy PAKIET 21 WAGI OSOBOWE Z WZROSTOMIERZEM**

Czy zamawiający dopuści wzrostomierz z podziałką co 1mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 51**

**Dotyczy PAKIET 21 WAGI OSOBOWE Z WZROSTOMIERZEM**

Czy Zamawiający wymagać będzie wagi medycznej legalizowanej wyposażonej w poziomice, co pozwala na jej precyzyjne ustawienie.

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie wymagać wagi medycznej legalizowanej wyposażonej w poziomice, co pozwala na jej precyzyjne ustawienie.

**Pytanie 52**

**Dotyczy PAKIET 21 WAGI OSOBOWE Z WZROSTOMIERZEM**

Czy Zamawiający dopuści wagę o konstrukcji wykonanej ze stali malowanej proszkowo z mocowaniem wyświetlacza na kolumnie? Rozwiązanie tożsame z wymagany.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 53**

**Dotyczy PAKIET 21 WAGI OSOBOWE Z WZROSTOMIERZEM**

Czy Zamawiający dopuści wagi z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 54**

**Dotyczy PAKIET 21 WAGI OSOBOWE Z WZROSTOMIERZEM**

Czy Zamawiający dopuści wagi ze złączem USB (przewód w zestawie pozwala na transmisję danych pomiarowych)? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 55**

##### **Dotyczy PAKIET 21 WAGI OSOBOWE Z WZROSTOMIERZEM**

Czy Zamawiający dopuści wagi z innym miernikiem wagowym? Zastosowanie nazwy miernika PUE C315 w tabeli wskazuje na konkretnego producenta wag, a co za tym idzie utrudnia uczciwą konkurencję.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 56**

##### **Dotyczy PAKIET 21 WAGI OSOBOWE Z WZROSTOMIERZEM**

Czy Zamawiający dopuści wagi gdzie:

wilgotność względna powietrza:  $15 \div 85\%$

temperatura pracy:  $5 \div +35\text{ }^{\circ}\text{C}$  ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 57**

##### **Dotyczy PAKIET 21 WAGI OSOBOWE Z WZROSTOMIERZEM**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę zasilaną oprócz zasilania sieciowego (zasilacz w zestawie) - b Odp.:

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ ateryjnie (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy)

#### **Pytanie 58**

##### **Dotyczy PAKIET 21 WAGI OSOBOWE Z WZROSTOMIERZEM**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o wymiarach:

- wymiary szalki:  $360 \times 310\text{ mm}$

- wymiary miernika:  $170 \times 90 \times 45\text{ mm}$

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 59**

##### **Dotyczy PAKIET 21 WAGI OSOBOWE Z WZROSTOMIERZEM**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie parametru stopień ochrony konstrukcji oraz stopień ochrony miernika?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 60**

**Dotyczy: PAKIET 21 WAGI OSOBOWE Z WZROSTOMIERZEM**

Czy zamawiający wymaga wpisu wag do rejestru wyrobów medycznych ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wpisu wag do rejestru wyrobów medycznych

#### **Pytanie 61**

**Dotyczy: WAGI NIEMOWLĘCE**

Czy Zamawiający dopuści wagi z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 62**

**Dotyczy: WAGI NIEMOWLĘCE**

Czy Zamawiający dopuści wagę ze złączem USB (przewód w zestawie pozwala na transmisję danych pomiarowych)? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 63**

**Dotyczy: WAGI NIEMOWLĘCE**

Czy Zamawiający dopuści wagi z innym miernikiem wagowym? Zastosowanie nazwy miernika PUE C315 w tabeli wskazuje na konkretnego producenta wag, a co za tym idzie utrudnia uczciwą konkurencję.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 64**

**Dotyczy: WAGI NIEMOWLĘCE**

Czy Zamawiający dopuści wagę z klawiaturą – 3 przyciski oraz wyświetlaczem wbudowanym w obudowę wagi

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 65****Dotyczy: WAGI NIEMOWLĘCE**

Czy Zamawiający dopuści wagę gdzie:

- wilgotność względna powietrza:  $15 \div 85\%$
- temperatura pracy:  $5 \div +35\text{ }^{\circ}\text{C}$  ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 66****Dotyczy: WAGI NIEMOWLĘCE**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę zasilaną oprócz zasilania sieciowego (zasilacz w zestawie) - bateryjnie (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy)

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 67****Dotyczy: WAGI NIEMOWLĘCE**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie parametru stopień ochrony konstrukcji oraz stopień ochrony miernika? Proszę zwrócić uwagę iż wagi niemowlęce nie są ustawione na ziemi czy podłodze ale z reguły postawione są wyżej np. na wózku lub jakiejś szafce.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie parametru stopień ochrony konstrukcji oraz stopień ochrony miernika

**Pytanie 68****Dotyczy: WAGI NIEMOWLĘCE**

Czy Zamawiający wymagać będzie wagę ze zdejmowaną szalką? Takie rozwiązanie umożliwia przekształcenie z wagi niemowlęcej w wagę podłogową dla dzieci o wadze do 20 kg.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 69****Dotyczy:****WAGI NIEMOWLĘCE**

Czy zamawiający wymaga wpisu wag do rejestru wyrobów medycznych ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wpisu wag do rejestru wyrobów medycznych

**Pytanie 70**

**Dotyczy**

**WAGA KRZESEŁKOWA**

Czy Zamawiający dopuści wagę z obciążeniem minimum 2 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 71**

**Dotyczy: WAGA KRZESEŁKOWA**

Czy Zamawiający dopuści wagę z obciążeniem minimum 1kg ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 72**

**Dotyczy**

**WAGA KRZESEŁKOWA**

Czy Zamawiający dopuści wagi z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 73**

**Dotyczy**

**WAGA KRZESEŁKOWA**

Czy Zamawiający dopuści wagi ze złączem USB (przewód w zestawie pozwala na transmisję danych pomiarowych)? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 74**

**Dotyczy WAGA KRZESEŁKOWA**

Czy Zamawiający dopuści wagi z innym miernikiem wagowym. Zastosowanie nazwy miernika PUE C315 w tabeli wskazuje na konkretnego producenta wag, a co za tym idzie utrudnia uczciwą konkurencję.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 75****Dotyczy WAGA KRZESEŁKOWA**

Czy Zamawiający dopuści wagę gdzie:

- wilgotność względna powietrza:  $15 \div 85\%$
- temperatura pracy:  $5 \div +35\text{ }^{\circ}\text{C}$  ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 76****Dotyczy WAGA KRZESEŁKOWA**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę zasilaną oprócz zasilania sieciowego (zasilacz w zestawie) - bateryjnie (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy)

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 77****Dotyczy WAGA KRZESEŁKOWA**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o wymiarach:

- wymiary szalki:  $460 \times 480\text{ mm}$
- wymiary urządzenia:  $1020 \times 590 \times 960\text{ mm}$  ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 78****Dotyczy WAGA KRZESEŁKOWA**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o wymiarach:

- wymiary szalki:  $360 \times 440\text{ mm}$
- wymiary urządzenia:  $1040 \times 640 \times 950\text{ mm}$  ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 79****Dotyczy WAGA KRZESEŁKOWA**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie parametru stopień ochrony konstrukcji oraz stopień ochrony miernika?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie parametru stopień ochrony konstrukcji oraz stopień ochrony miernika

#### **Pytanie 80**

**Dotyczy**

WAGA KRZESEŁKOWA

Czy zamawiający wymaga wpisu wag do rejestru wyrobów medycznych ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wpisu wag do rejestru wyrobów medycznych

#### **Pytanie 81**

**Dotyczy:** PAKIET NR 40 ZASŁONY DO PARAWANÓW

Czy wymiary zasłony w pozycji nr 3 jest prawidłowe? Wysokość 95cm / szerokość 147cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską poprawny zapis powinien być 147x95cm ( wys. x szer.)

#### **Pytanie 82**

**Dotyczy PAKIET NR 40 ZASŁONY DO PARAWANÓW**

Czy wymiary zasłony w pozycji nr 2 jest prawidłowe? Wysokość 150cm / szerokość 210cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską poprawny zapis powinien być 210x150cm ( wys. x szer.)

#### **Pytanie 82**

**Termin płatności**

Prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SWZ oraz projekcie umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT.

#### **Pytanie 83**

**Pakiet 7 poz. 1 Lp. 12**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika bezpieczeństwa do regulatora próżni o pojemności 150 ml, z możliwością sterylizacji w 121 st. C. Pragniemy zauważyć, iż zastosowanie pojemnika bezpieczeństwa o większej pojemności zwiększa bezpieczeństwo stosowania regulatora.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 84**

**Pakiet 7 poz. 2 Lp. 12**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika bezpieczeństwa do regulatora próżni o pojemności 150 ml, z możliwością sterylizacji w 121 st. C. Pragniemy zauważyć, iż zastosowanie pojemnika bezpieczeństwa o większej pojemności zwiększa bezpieczeństwo stosowania regulatora.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 85**

##### **Pakiet 7 poz. 3 Lp. 12**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uchwytu szynowego zespolonego z węzem o długości 1,5m, co nieznacznie odbiega od wymaganego wymiaru.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 86**

##### **Pakiet 7 poz. 3 Lp. 13**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika bezpieczeństwa do regulatora próżni o pojemności 150 ml, z możliwością sterylizacji w 121 st. C. Pragniemy zauważyć, iż zastosowanie pojemnika bezpieczeństwa o większej pojemności zwiększa bezpieczeństwo stosowania regulatora.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 87**

##### **Pakiet 7 poz. 4-8, II. Parametry techniczne urządzenia Lp. 1**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania jakim jest przepływomierz tlenu z płynną regulacją podawanego tlenu mierzoną poprzez odczyty z rotametrów. Pragniemy zauważyć, że przepływomierze z nastawem skokowym pozbawione są elementu pozwalającego odczytać rzeczywisty przepływ tlenu w przypadku spadku ciśnienia w instalacji tlenu medycznego lub w przypadku uszkodzenia elementu dozującego tlen, zatem proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest rozwiązaniem lepszym od wymaganego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 88**

##### **Pakiet 7 poz. 4-8, II. Parametry techniczne urządzenia Lp. 2**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przepływomierza z maksymalnym ciśnieniem 500 kPa. Pragniemy zauważyć, iż proponowane przez nas rozwiązanie jest najczęściej wykorzystywane i wystarczające do pracy w środowisku szpitalnym, optymalne dla instalacji tlenu medycznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 89**

##### **Pakiet 7 poz. 4-8, II. Parametry techniczne urządzenia Lp. 2**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przepływomierza pracującego w zakresie ciśnienia 400-500 Bar. Pragniemy zauważyć, iż jest to ciśnienie optymalne dla instalacji tlenu medycznego, przy którym pomiar przepływu jest wiarygodny (przy ciśnieniu wyższym lub niższym przepływ jest niemiernodajny).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 90**

##### **Pakiet 7 poz. 6, II. Parametry techniczne urządzenia Lp. 3**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodu 1,5m zespolonego z uchwytem mocowania szynowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 91**

##### **Pakiet 7 poz. 9-10, II. Parametry techniczne urządzenia Lp. 3**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przepływomierza z maksymalnym ciśnieniem 500 kPa. Pragniemy zauważyć, iż proponowane przez nas rozwiązanie jest najczęściej wykorzystywane i wystarczające do pracy w środowisku szpitalnym, optymalne dla instalacji tlenu medycznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 92****Umowa § 9**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w związku z tym, iż przewiduje się dostawy częściowe asortymentu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w związku z tym, iż przewiduje się dostawy częściowe asortymentu.

**Pytanie 93****Umowa § 5 ust. 3**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu naprawy sprzętu do 5 do roboczych, a w przypadku konieczności importu części z zagranicy do 20 dni roboczych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 94****Umowa § 5 ust. 6 – Pakiet 7**

1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie asortymentu z pakietu 7, z uwagi na fakt, iż producenci regulatorów próżni/przepływomierzy/akcesoriów nie przewiduje dla owych wyrobów wykonywania przeglądów w czasie trwania gwarancji. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie asortymentu z pakietu 7.

**Pytanie 95****Umowa § 10 ust. 1**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy do wysokości 0,1 % wartości dostawy za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy do wysokości 0,1 % wartości dostawy za każdy dzień zwłoki.

**Pytanie 96****Umowa § 10 ust. 1**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w instalacji i uruchomieniu przedmiotu umowy do wysokości 0,1 % wartości dostawy za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w instalacji i uruchomieniu przedmiotu umowy do wysokości 0,1 % wartości dostawy za każdy dzień zwłoki.

**Pytanie 97****Umowa § 10 ust. 1**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za opóźnienie w przeprowadzeniu szkolenia do wysokości 0,1 % wartości dostawy za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej za opóźnienie w przeprowadzeniu szkolenia do wysokości 0,1 % wartości dostawy za każdy dzień zwłoki.

**Pytanie 98****Umowa § 10 ust. 1**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji do wysokości 0,1 % wartości dostawy za każdy dzień z włoki.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji do wysokości 0,1 % wartości dostawy za każdy dzień z włoki.

#### **Pytanie 99**

##### **Umowa § 10 ust. 1**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw do wysokości 0,1 % wartości dostawy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego w § 5 ust. 3 umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw do wysokości 0,1 % wartości dostawy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego w § 5 ust. 3 umowy.

#### **Pytanie 100**

##### **Pakiet 7 Zamówienia częściowe**

W związku z zapisami umowy dotyczącymi jej zawarcia na okres 24 miesięcy z potencjalnym Wykonawcą, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o oszacowanie potencjalnej ilości zamówień, w ramach których Zamawiający przewiduje wykorzystanie ilości przedmiotu zamówienia z pakietu 7. Informacja ta jest niezbędna do oszacowania realnych kosztów realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem kosztów dostaw i transportu.

**Odpowiedź:** Zamawiający na dzień udzielania odpowiedzi nie jest w stanie oszacować potencjalnej ilości zamówień

#### **Pytanie 101**

##### **Termin realizacji - Pakiet 7**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania dostawy częściowej do 21 dni od daty złożenia zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wydłuży czas dostawy maksymalnie do 10 dni roboczych.

#### **Pytanie 102**

##### **Termin realizacji - Pakiet 30**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania dostawy częściowej do 28 dni od daty złożenia zamówienia. Pragniemy zauważyć, iż przedmiotem zamówienia są wyroby wielkogabarytowe, niemagazynowane przez producentów, a produkowane na specjalne zamówienie. W związku z tym, iż Zamawiający zastrzega sobie również prawo do skorzystania z prawa opcji, co wpłynie na ilości wskazane w formularzu asortymentowo-cenowym, Wykonawca nie jest w stanie zmagazynować takiej ilości asortymentu, ponieważ nie jest w stanie realnie oszacować zapotrzebowania Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wydłuży czas dostawy maksymalnie do 10 dni roboczych.

#### **Pytanie 103**

##### **Termin realizacji - Pakiet 32**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania dostawy częściowej do 28 dni od daty złożenia zamówienia. Pragniemy zauważyć, iż przedmiotem zamówienia są wyroby wielkogabarytowe, niemagazynowane przez producentów, a produkowane na specjalne zamówienie. W związku z tym, iż Zamawiający zastrzega sobie również prawo do skorzystania z prawa opcji, co wpłynie na ilości wskazane w formularzu asortymentowo-cenowym, Wykonawca nie jest w stanie zmagazynować takiej ilości asortymentu, ponieważ nie jest w stanie realnie oszacować zapotrzebowania Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wydłuży czas dostawy maksymalnie do 10 dni roboczych.

#### **Pytanie 104**

##### **Termin realizacji - Pakiet 44**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania dostawy częściowej do 28 dni od daty złożenia zamówienia. Pragniemy zauważyć, iż przedmiotem zamówienia są wyroby wielkogabarytowe, niemagazynowane przez producentów, a produkowane na specjalne zamówienie. W związku z tym, iż Zamawiający zastrzega sobie również prawo do skorzystania z prawa opcji, co wpłynie na ilości wskazane w formularzu asortymentowo-cenowym, Wykonawca nie jest w stanie zmagazynować takiej ilości asortymentu, ponieważ nie jest w stanie realnie oszacować zapotrzebowania Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wydłuży czas dostawy maksymalnie do 10 dni roboczych.

**Pytanie 105****Zamówienia częściowe – Pakiet 30**

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu zamówień częściowych i zgodę na realizację zamówienia w ramach pakietu 30 za pomocą dostawy jednorazowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę jednorazową i nie zrezygnuje z wymogu zamówień częściowych

**Pytanie 106****Zamówienia częściowe – Pakiet 32**

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu zamówień częściowych i zgodę na realizację zamówienia w ramach pakietu 32 za pomocą dostawy jednorazowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę jednorazową i nie zrezygnuje z wymogu zamówień częściowych

**Pytanie 107****Zamówienia częściowe – Pakiet 44**

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu zamówień częściowych i zgodę na realizację zamówienia w ramach pakietu 44 za pomocą dostawy jednorazowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę jednorazową i nie zrezygnuje z wymogu zamówień częściowych

**Pytanie 108****Zamówienia częściowe – Pakiet 30**

W związku z zapisami umowy dotyczącymi jej zawarcia na okres 24 miesięcy z potencjalnym Wykonawcą, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o oszacowanie potencjalnej ilości zamówień, w ramach których Zamawiający przewiduje wykorzystanie ilości przedmiotu zamówienia. Pragniemy zauważyć, iż przedmiotem zamówienia są wyroby wielkogabarytowe, niemagazynowane przez producentów, a produkowane na specjalne zamówienie. W związku z tym, iż Zamawiający zastrzega sobie również prawo do skorzystania z prawa opcji, co wpłynie na ilości wskazane w formularzu asortymentowo-cenowym, Wykonawca nie jest w stanie zmagazynować takiej ilości asortymentu, ponieważ nie jest w stanie realnie oszacować zapotrzebowania Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający na dzień udzielania odpowiedzi nie jest w stanie oszacować potencjalnej ilości zamówień

**Pytanie 109****Zamówienia częściowe – Pakiet 32**

W związku z zapisami umowy dotyczącymi jej zawarcia na okres 24 miesięcy z potencjalnym Wykonawcą, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o oszacowanie potencjalnej ilości zamówień, w ramach których Zamawiający przewiduje wykorzystanie ilości przedmiotu zamówienia. Pragniemy zauważyć, iż przedmiotem zamówienia są wyroby wielkogabarytowe, niemagazynowane przez producentów, a produkowane na specjalne zamówienie. W związku z tym, iż Zamawiający zastrzega sobie również prawo do skorzystania z prawa opcji, co wpłynie na ilości wskazane w formularzu asortymentowo-cenowym, Wykonawca nie jest w stanie zmagazynować takiej ilości asortymentu, ponieważ nie jest w stanie realnie oszacować zapotrzebowania Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający na dzień udzielania odpowiedzi nie jest w stanie oszacować potencjalnej ilości zamówień

**Pytanie 110****Zamówienia częściowe – Pakiet 44**

W związku z zapisami umowy dotyczącymi jej zawarcia na okres 24 miesięcy z potencjalnym Wykonawcą, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o oszacowanie potencjalnej ilości zamówień, w ramach których Zamawiający przewiduje wykorzystanie ilości przedmiotu zamówienia. Pragniemy zauważyć, iż przedmiotem zamówienia są wyroby wielkogabarytowe, niemagazynowane przez producentów, a produkowane na specjalne zamówienie. W związku z tym, iż Zamawiający zastrzega sobie również prawo do skorzystania z prawa opcji, co wpłynie na ilości wskazane w formularzu asortymentowo-cenowym, Wykonawca nie jest w stanie zmagazynować takiej ilości asortymentu, ponieważ nie jest w stanie realnie oszacować zapotrzebowania Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający na dzień udzielania odpowiedzi nie jest w stanie oszacować potencjalnej ilości zamówień

**Pytanie 111****Pakiet 30**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie stolików oddziałowych z pakietu 30, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów w czasie trwania gwarancji, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie stolików oddziałowych z pakietu 30

**Pytanie 112****Pakiet 32**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie wózków na leki z pakietu 32, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów w czasie trwania gwarancji, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie wózków na leki z pakietu 32

**Pytanie 113****Pakiet 44**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie wózków do przewożenia pacjentów z pakietu 44, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów w czasie trwania gwarancji, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy.

Zamawiający odstępuje od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie wózków do przewożenia pacjentów z pakietu 44

**Pytanie 114****Pakiet 30**

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi. Oferowane meble medyczne są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych mebli medycznych przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od wymogu przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi

**Pytanie 115****Pakiet 32**

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi. Oferowane meble medyczne są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych mebli medycznych przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od wymogu przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi

**Pytanie 116****Pakiet 44**

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi. Oferowane meble medyczne są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom,

czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych mebli medycznych przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od wymogu przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi

#### **Pytanie 117**

##### **Pakiet 30**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie asortymentu producenta, który jest w trakcie procesu certyfikacji dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży oświadczenie producenta stolików oddziałowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie wymagać Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 oraz Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001

#### **Pytanie 118**

##### **Pakiet 30**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez producenta stolików oddziałowych Certyfikatu producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne).

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie wymagać Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 oraz Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001

#### **Pytanie 119**

##### **PAKIET NR 30- STOLIKI ODDZIAŁOWE 20 szt.**

Poz. II.1\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka wykonanego w całości ze stali nierdzewnej AISI304 wysokiej jakości przeznaczonej do produkcji wyrobów medycznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 120**

##### **PAKIET NR 30- STOLIKI ODDZIAŁOWE 20 szt.**

Poz. II.2\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika o stelażu ze stalowej rurki o średnicy 25 mm. Tego typu rozwiązanie gwarantuje stabilne i odporne rozwiązanie konstrukcyjne dla wózków medycznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania możliwości mycia tac o wielkości zapisanej w SWZ

#### **Pytanie 121**

##### **PAKIET NR 30- STOLIKI ODDZIAŁOWE 20 szt.**

Poz. II.4\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika z 4 wysoce mobilnymi kołami w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm w kolorze szarym, w tym dwa z blokadą. Proponowany parametr jest parametrem wyższy zapewniającym większą stabilność i łatwość w prowadzeniu wózków.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania możliwości mycia tac o wielkości zapisanej w SWZ

#### **Pytanie 122**

##### **PAKIET NR 30- STOLIKI ODDZIAŁOWE 20 szt.**

Poz. II.5\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika o wymiarach bez wyposażenia dodatkowego wynoszących: 995x695x1010 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Proponowane wymiary nieznacznie różnią się od wymaganych i nie wpływają na funkcjonalność stolika.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 123**

##### **PAKIET NR 30- STOLIKI ODDZIAŁOWE 20 szt.**

Poz. II.6\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika o wymiarach blatów wynoszących: 900x600 mm (szerokość x głębokość). Proponowane wymiary nieznacznie różnią się od wymaganych i nie wpływają na funkcjonalność stolika.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 124**

##### **PAKIET NR 30- STOLIKI ODDZIAŁOWE 20 szt.**

Poz.II.7\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika o wymiarach powierzchni użytkowej blatów wynoszących: 860x560 mm (szerokość x głębokość). Proponowane wymiary nieznacznie różnią się od wymaganych i nie wpływają na funkcjonalność stolika.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 125**

##### **PAKIET NR 44- WÓZEK DO PRZEWÓŻENIA PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ, DROBNYCH ZABIEGÓW I KRÓTKIEGO POBYTU (LECZENIA I REKONWALESCENCJI) 8 szt.**

Poz. I.8\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o ochronie IPX4.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania możliwości mycia tac o wielkości zapisanej w SWZ

#### **Pytanie 126**

##### **PAKIET NR 44- WÓZEK DO PRZEWÓŻENIA PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ, DROBNYCH ZABIEGÓW I KRÓTKIEGO POBYTU (LECZENIA I REKONWALESCENCJI) 8 szt.**

Poz. II.4\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z leżem 3 segmentowym, zwiększającym komfort pacjenta, zwłaszcza z odniesieniu do planowanego wykorzystania wózków tj. nie tylko do przewozu pacjenta w pozycji leżącej i drobnych zabiegów, ale również do krótkiego pobytu – leczenia i rekonwalescencji.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania możliwości mycia tac o wielkości zapisanej w SWZ

#### **Pytanie 127**

##### **PAKIET NR 44- WÓZEK DO PRZEWÓŻENIA PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ, DROBNYCH ZABIEGÓW I KRÓTKIEGO POBYTU (LECZENIA I REKONWALESCENCJI) 8 szt.**

Poz. II.5\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie leża z możliwością włożenia kasety RTG od strony wezgłowia, z płytą, którą można przesuwąć wzdłuż całej długości platformy materaca, co jest parametrem wyższym ponieważ umożliwia umieszczenie kasety w dowolnym miejscu wymaganym przez użytkownika i nie ogranicza miejsca przeznaczonego do prześwietlenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 128**

**PAKIET NR 44- WÓZEK DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ, DROBNYCH ZABIEGÓW I KRÓTKIEGO POBYTU (LECZENIA I REKONWALESCENCJI) 8 szt.**

Poz. II.6.\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka bez podziałki w poprzek i wzdłuż leża.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 129**

**PAKIET NR 44- WÓZEK DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ, DROBNYCH ZABIEGÓW I KRÓTKIEGO POBYTU (LECZENIA I REKONWALESCENCJI) 8 szt.**

Poz. II.7.\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednolitej platformy leża spełniającej wszystkie wymagania przezierności, zaokrąglonej (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwą do dezynfekcji, wykonaną z laminatu warstwowego radio przepuszczalnego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania możliwości mycia tac o wielkości zapisanej w SWZ

**Pytanie 130**

**PAKIET NR 44- WÓZEK DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ, DROBNYCH ZABIEGÓW I KRÓTKIEGO POBYTU (LECZENIA I REKONWALESCENCJI) 8 szt.**

Poz. II.9\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozstawu pomiędzy kolumnami wynoszącego 880 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 131**

**PAKIET NR 44- WÓZEK DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ, DROBNYCH ZABIEGÓW I KRÓTKIEGO POBYTU (LECZENIA I REKONWALESCENCJI) 8 szt.**

Poz. II.11.\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie długości całkowitej wózka wynoszącej 2100 mm, różniącej się nieznacznie i nie wpływającej na parametry użytkowe wózka.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 132**

**PAKIET NR 44- WÓZEK DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ, DROBNYCH ZABIEGÓW I KRÓTKIEGO POBYTU (LECZENIA I REKONWALESCENCJI) 8 szt.**

Poz. II.12.\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szerokości całkowitej wózka z opuszczonymi barierkami wynoszącej 830 mm, różniącej się nieznacznie i nie wpływającej na parametry użytkowe wózka.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 133**

**PAKIET NR 44- WÓZEK DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ, DROBNYCH ZABIEGÓW I KRÓTKIEGO POBYTU (LECZENIA I REKONWALESCENCJI) 8 szt.**

Poz. II.13.\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szerokości całkowitej wózka z podniesionymi barierkami wynoszącej 890 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 134**

**PAKIET NR 44- WÓZEK DO PRZEWÓŻENIA PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ, DROBNYCH ZABIEGÓW I KRÓTKIEGO POBYTU (LECZENIA I REKONWALESCENCJI) 8 szt.**

Poz. II.14.\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie leża o większych wymiarach niż wymagane, a zwiększających komfort pacjenta, wynoszących: długość 1950 mm, szerokość 700 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 135**

**PAKIET NR 44- WÓZEK DO PRZEWÓŻENIA PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ, DROBNYCH ZABIEGÓW I KRÓTKIEGO POBYTU (LECZENIA I REKONWALESCENCJI) 8 szt.**

Poz. II.15.\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składanych poniżej poziomu materaca, ergonomicznych rączek do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy oraz wyjmowanych od strony nóg pacjenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania możliwości mycia tac o wielkości zapisanej w SWZ

#### **Pytanie 136**

**PAKIET NR 44- WÓZEK DO PRZEWÓŻENIA PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ, DROBNYCH ZABIEGÓW I KRÓTKIEGO POBYTU (LECZENIA I REKONWALESCENCJI) 8 szt.**

Poz. II.18.\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka ze wszystkimi kołami z systemem antystatycznym. Z uwagi, że wszystkie koła są antystatyczne prosimy o dopuszczenie tych kół bez oznaczenia odrębnym kolorem dla identyfikacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania możliwości mycia tac o wielkości zapisanej w SWZ

#### **Pytanie 137**

**PAKIET NR 44- WÓZEK DO PRZEWÓŻENIA PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ, DROBNYCH ZABIEGÓW I KRÓTKIEGO POBYTU (LECZENIA I REKONWALESCENCJI) 8 szt.**

Poz. II.20.\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie hydraulicznej regulacji wysokości leża dostępnej z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie: 56 – 88 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 138**

**PAKIET NR 44- WÓZEK DO PRZEWÓŻENIA PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ, DROBNYCH ZABIEGÓW I KRÓTKIEGO POBYTU (LECZENIA I REKONWALESCENCJI) 8 szt.**

Poz. II.23.\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie centralnego systemu blokowania kół obsługiwany dwoma dźwigniami nożnymi umiejscowionymi po obu dłuższych stronach wózka, trójpozycyjny: jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie139**

**PAKIET NR 44- WÓZEK DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ, DROBNYCH ZABIEGÓW I KRÓTKIEGO POBYTU (LECZENIA I REKONWALESCENCJI) 8 szt.**

Poz. II.24.\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie barierek bocznych bez elementu aktywującego zaznaczonego odrębnym kolorem (żółtym).

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania możliwości mycia tac o wielkości zapisanej w SWZ

#### **Pytanie 140**

**PAKIET NR 44- WÓZEK DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ, DROBNYCH ZABIEGÓW I KRÓTKIEGO POBYTU (LECZENIA I REKONWALESCENCJI) 8 szt.**

Poz. II.33.\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materaca, którego specjalny pokrowiec ogranicza przesuwanie na praformie materaca, bez mocowania na rzepy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 141**

**PAKIET NR 44- WÓZEK DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ, DROBNYCH ZABIEGÓW I KRÓTKIEGO POBYTU (LECZENIA I REKONWALESCENCJI) 8 szt.**

Poz. II.35.\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka bez możliwości zamontowania dedykowanego opcjonalnego pionowego uchwytu na butlę z tlenem, z mocowaniem w każdym narożu leża montowany/demontowany bez użycia narzędzi, w trzech rozmiarach do wyboru. W oferowanym wózku butlę tlenową (o poj. do 7 litrów) umieścić można w wyprofilowanej przestrzeni w podwoziu wózka zabudowanym pokrywą z tworzywa sztucznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 142**

**PAKIET NR 44- WÓZEK DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ, DROBNYCH ZABIEGÓW I KRÓTKIEGO POBYTU (LECZENIA I REKONWALESCENCJI) 8 szt.**

Poz. II.37.\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie teleskopowego wieszaka infuzyjnego 2-częściowego ze stali nierdzewnej, z regulacją wysokości, z 2 haczykami, z regulacją za pomocą śruby o obciążeniu do 2,5 kg. Tego typu rozwiązanie jest ogólnie stosowane w uchwytach na kroplówki.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 143**

**Dotyczy Pakiet nr. 26**

Prosimy o informację, ile zamówień częściowych Zamawiający przewiduje złożyć w ramach pakietu nr 26. Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na dostawę częściową w terminie do 42 dni (6 tygodni) od złożenia zapotrzebowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający na dzień udzielania odpowiedzi nie jest w stanie oszacować potencjalnej ilości zamówień. Zamawiający wydłuży czas dostawy maksymalnie do 10 dni roboczych

**Pytanie 144**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 4 szuflady – 15 szt.**

Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów wózka bez wyposażenia dodatkowego:

- szerokość 720 mm
- głębokość 620 mm
- wysokość od podłoża do blatu 985 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 145**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 4 szuflady – 15 szt.**

Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów szafki:

- szerokość 650 mm
- głębokość 550 mm
- wysokość z kołami do blatu 985 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 146**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 4 szuflady – 15 szt.**

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 4 szuflady:

- 3 x szuflada o wysokości frontu 150 mm
- 1 x szuflada o wysokości frontu 225 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 147**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 4 szuflady – 15 szt.**

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów powierzchni użytkowej szuflad:

- przy wysokości frontów 3 x 150 mm: 390 x 450 x 130 mm
- przy wysokości frontu 1 x 225 mm: 390 x 450 x 200 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 148**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 4 szuflady – 15 szt.**

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie frontów szuflad bez konieczności wygłuszania i stosowania uszczelki zapewniającej pyłoszczelność?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 149**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 4 szuflady – 15 szt.**

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konstrukcji wózka wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie, pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, odporną na zarysowania i korozję (odporność powłoki na odrywanie przetestowana zgodnie z normą UNI EN ISO 2409); wyposażenie dodatkowe w oferowanym wózku będzie zamocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do specjalnego stelaża zamontowanego nad blatem wózka?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 150**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 4 szuflady – 15 szt.**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konstrukcji wózka pokrytej farbą epoksydową w kolorze szarym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 151**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 4 szuflady – 15 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym nie ma konieczności stosowania rozwiązania opisanego w pkt. 9?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 152**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 4 szuflady – 15 szt.**

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego boki szafki i szuflady wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor szary?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 153**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 4 szuflady – 15 szt.**

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego blat z wysokiej jakości tworzywa w kolorze szarym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron z bandami o wysokości ok. 45 mm po bokach i ok. 75 mm z tyłu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 154**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 4 szuflady – 15 szt.**

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego blat bez możliwości łatwego demontażu?

Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 155**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 4 szuflady – 15 szt.**

Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, zamocowane na całej szerokości szuflady, wykonane z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa, z możliwością wyboru koloru przez Zamawiającego (do wyboru 6 kolorów jak na wzorniku poniżej)?



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 156**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 4 szuflady – 15 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie posiadającego parametrów opisanych w pkt. 15?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 157**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 4 szuflady – 15 szt.**

Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka w kolorze szarym z możliwością wyboru koloru uchwytów szuflad przez Zamawiającego (do wyboru 6 kolorów jak na wzorniku poniżej)?



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 158**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 4 szuflady – 15 szt.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez szyn instrumentalnych? W oferowanym wózku wyposażenie dodatkowe jest mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub na specjalnym stelażu nad blatem wózka (bez konieczności stosowania szyn instrumentalnych do jego montowania).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 159**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 4 szuflady – 15 szt.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego 1 x wieszak na kroplówki z regulacją wysokości, zakończony głowicą z tworzywa na 2 haczyki?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 160**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 4 szuflady – 15 szt.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 x pojemnika do worka na odpady wykonanego z wysokiej jakości tworzywa, przystosowanego do worka o pojemności 14l, wyposażonego w pokrywę z możliwością otwierania jej kolaniem, a także pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej na czas pracy (w celu dokładnej dezynfekcji i mycia komponentów wózka możliwość szybkiego wyjęcia pojemnika na odpady oraz wypięcia całego kosza z wózka bez użycia narzędzi), wymiary ok. 300 x 315 x 400 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 161**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 4 szuflady – 15 szt.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 1 x uchwyt do prowadzenia stalowy, mocowany z boku wózka?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 162**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 4 szuflady – 15 szt.**

Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym dodatkowe akcesoria mocowane są bezpośrednio do korpusu wózka lub na specjalnym stelażu nad blatem wózka?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 163**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów wózka bez wyposażenia dodatkowego:

- szerokość 720 mm
- głębokość 620 mm
- wysokość od podłoża do blatu 985 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 164**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów szafki:

- szerokość 650 mm
- głębokość 550 mm
- wysokość z kołami do blatu 985 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ.

#### **Pytanie 165**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 5 szuflad:

- 2 x szuflada o wysokości frontu 75 mm
- 2 x szuflada o wysokości frontu 150 mm
- 1 x szuflada o wysokości frontu 225 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 166**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów powierzchni użytkowej szuflad:

- przy wysokości frontów 2 x 75 mm: 390 x 450 x 5,5 mm
- przy wysokości frontów 2 x 150 mm: 390 x 450 x 130 mm
- przy wysokości frontu 1 x 225 mm: 390 x 450 x 200 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 167**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie frontów szuflad bez konieczności wygłuszania i stosowania uszczelki zapewniającej pyłoszczelność?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 168**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konstrukcji wózka wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie, pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, odporną na zarysowania i korozję (odporność powłoki na odrywanie przetestowana zgodnie z normą UNI EN ISO 2409); wyposażenie dodatkowe w oferowanym wózku będzie zamocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do specjalnego stelaża zamontowanego nad blatem wózka?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 169**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konstrukcji wózka pokrytej farbą epoksydową w kolorze szarym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 170**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym nie ma konieczności stosowania rozwiązania opisanego w pkt. 9?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 171**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego boki szafki i szuflady wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor szary?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 172**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego blat z wysokiej jakości tworzywa w kolorze szarym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron z bandami o wysokości ok. 45 mm po bokach i ok. 75 mm z tyłu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 173**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego blat bez możliwości łatwego demontażu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 174**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, zamocowane na całej szerokości szuflady, wykonane z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa, z możliwością wyboru koloru przez Zamawiającego (do wyboru 6 kolorów jak na wzorniku poniżej)?



Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 175**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie posiadającego parametrów opisanych w pkt. 15?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 176**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka w kolorze szarym z możliwością wyboru koloru uchwytów szuflad przez Zamawiającego (do wyboru 6 kolorów jak na wzorniku poniżej)?



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 177**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez szyn instrumentalnych? W oferowanym wózku wyposażenie dodatkowe jest mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub na specjalnym stelażu nad białem wózka (bez konieczności stosowania szyn instrumentalnych do jego montowania).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 178**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego 1 x nadstawkę dwurzędową na 10 uchylnych, transparentnych pojemników (5+5), stelaż nadstawki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo z elementami chromowanymi (bez możliwości regulacji wysokości)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 179**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego 1 x wieszak na kroplówki z regulacją wysokości, zakończony głowicą z tworzywa na 2 haczyki?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 180**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego 1 x uchwyt na butlę z tlenem ze stali malowanej proszkowo (bez podłoża antypoślizgowego), wyposażony w regulowane pasy zabezpieczające?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 181**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego 1 x pojemnik na cewniki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, wym. 148 x 615 x 79 mm, który będzie zamocowany do korpusu wózka?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 182**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 x pojedynczego uchwytu na pudełko rękawiczek, zabezpieczonego z czterech stron, wykonanego ze stali malowanej proszkowo, wymiary 140 x 195 x 215 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 183**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 x uchwytu z pojemnikiem na zużyte igły, mocowanego do stelaża nadstawki, wykonanego ze stali lakierowanej proszkowo, wyposażonego w pasek zabezpieczający pojemnik, przystosowany do pojemników o różnej pojemności w celu dostosowania do rozmiaru pojemnika Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 184**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 x pojemnika do worka na odpady wykonanego z wysokiej jakości tworzywa, przystosowanego do worka o pojemności 14l, wyposażonego w pokrywę z możliwością otwierania jej kolaniem, a także pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej na czas pracy (w celu dokładnej dezynfekcji i mycia komponentów wózka możliwość szybkiego wyjęcia pojemnika na odpady oraz wypięcia całego kosza z wózka bez użycia narzędzi), wymiary ok. 300 x 315 x 400 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 185**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 1 x uchwyt do prowadzenia stalowy, mocowany z boku wózka?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 186**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad i nadstawkę – 15 szt.**

Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym dodatkowe akcesoria mocowane są bezpośrednio do korpusu wózka lub na specjalnym stelażu nad blatem wózka?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 187**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad – 15 szt.**

Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów wózka bez wyposażenia dodatkowego:

- szerokość 720 mm
- głębokość 620 mm
- wysokość od podłoża do blatu 985 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 188**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad – 15 szt.**

Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów szafki:

- szerokość 650 mm
- głębokość 550 mm
- wysokość z kołami do blatu 985 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 189**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad – 15 szt.**

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 5 szuflad:

- 2 x szuflada o wysokości frontu 75 mm
- 2 x szuflada o wysokości frontu 150 mm
- 1 x szuflada o wysokości frontu 225 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 190**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad – 15 szt.**

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów powierzchni użytkowej szuflad:

- przy wysokości frontów 2 x 75 mm: 390 x 450 x 5,5 mm
- przy wysokości frontów 2 x 150 mm: 390 x 450 x 130 mm
- przy wysokości frontu 1 x 225 mm: 390 x 450 x 200 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 191**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad – 15 szt.**

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie frontów szuflad bez konieczności wygłuszania i stosowania uszczelki zapewniającej pyłoszczelność?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 192**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad – 15 szt.**

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konstrukcji wózka wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie, pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, odporną na zarysowania i korozję (odporność powłoki na odrywanie przetestowana zgodnie z normą UNI EN ISO 2409); wyposażenie dodatkowe w oferowanym wózku będzie zamocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do specjalnego stelaża zamontowanego nad blatem wózka?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 193**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad – 15 szt.**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konstrukcji wózka pokrytej farbą epoksydową w kolorze szarym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 194**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad – 15 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym nie ma konieczności stosowania rozwiązania opisanego w pkt. 9?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 195**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad – 15 szt.**

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego boki szafki i szuflady wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor szary?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 196**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad – 15 szt.**

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego blat z wysokiej jakości tworzywa w kolorze szarym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron z bandami o wysokości ok. 45 mm po bokach i ok. 75 mm z tyłu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego opisanego w SWZ

**Pytanie 197**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad – 15 szt.**

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego blat bez możliwości łatwego demontażu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 198**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad – 15 szt.**

Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, zamocowane na całej szerokości szuflady, wykonane z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa, z możliwością wyboru koloru przez Zamawiającego (do wyboru 6 kolorów jak na wzorniku poniżej)?



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 199**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad – 15 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie posiadającego parametrów opisanych w pkt. 15?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 200**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad – 15 szt.**

Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka w kolorze szarym z możliwością wyboru koloru uchwytów szuflad przez Zamawiającego (do wyboru 6 kolorów jak na wzorniku poniżej)?



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 201**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad – 15 szt.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez szyn instrumentalnych? W oferowanym wózku wyposażenie dodatkowe jest mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub na specjalnym stelażu nad blatem wózka (bez konieczności stosowania szyn instrumentalnych do jego montowania).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 202**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad – 15 szt.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego 1 x wieszak na kroplówki z regulacją wysokości, zakończony głowicą z tworzywa na 2 haczyki?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 203**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad – 15 szt.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego 1 x pojemnik na cewniki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, wym. 148 x 615 x 79 mm, który będzie zamocowany do korpusu wózka?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 204**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad – 15 szt.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 x uchwytu z pojemnikiem na zużyte igły, mocowanego nad blatem wózka, wykonanego ze stali lakierowanej proszkowo, wyposażonego w pasek zabezpieczający pojemnik, przystosowany do pojemników o różnej pojemności w celu dostosowania do rozmiaru pojemnika Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 205**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad – 15 szt.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 x pojemnika do worka na odpady wykonanego z wysokiej jakości tworzywowa, przystosowanego do worka o pojemności 14l, wyposażonego w pokrywę z możliwością otwierania jej kolanem, a także pozostawienia pokrywy w pozycji otwartej na czas pracy (w celu dokładnej dezynfekcji i mycia komponentów wózka możliwość szybkiego wyjęcia pojemnika na odpady oraz wypięcia całego kosza z wózka bez użycia narzędzi), wymiary ok. 300 x 315 x 400 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 206**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad – 15 szt.**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 1 x uchwyt do prowadzenia stalowy, mocowany z boku wózka?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 207**

**Dotyczy: pakiet nr 26 – Wózek zabiegowy wyposażony w 5 szuflad – 15 szt.**

Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym dodatkowe akcesoria mocowane są bezpośrednio do korpusu wózka lub na specjalnym stelażu nad blatem wózka?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 208****Dotyczy: pakiet nr 37 – Asystor – 20 szt.**

Prosimy o informację, ile zamówień częściowych Zamawiający przewiduje złożyć w ramach pakietu nr 37. Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na dostawę częściową w terminie do 42 dni (6 tygodni) od złożenia zapotrzebowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający na dzień udzielania odpowiedzi nie jest w stanie oszacować potencjalnej ilości zamówień. Zamawiający wydłuży czas dostawy maksymalnie do 10 dni roboczych

**Pytanie 209****Dotyczy: pakiet nr 37 – Asystor – 20 szt.**

Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szuflad o wysokości frontów: 3 x 150 mm, 1 x 225 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 210****Dotyczy: pakiet nr 37 – Asystor – 20 szt.**

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie, pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową w kolorze szarym, odpornej na zarysowania i korozję; fronty szuflad wykonane z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa w kolorze szarym, możliwość wyboru przez Zamawiającego koloru uchwytów szuflad (do wyboru 6 kolorów jak na zdjęciu poniżej)?



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 211****Dotyczy: pakiet nr 37 – Asystor – 20 szt.**

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wierzchniej części korpusu szafki z polem odkładowczym stanowiącym powierzchnię roboczą o wymiarach ok. 470 x 570 mm, korpus szafki bez konieczności stosowania materiału wygłuszającego, niechłonnego wilgoci, minimalizującego wibracje?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 212****Dotyczy: pakiet nr 37 – Asystor – 20 szt.**

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie blatu wykonanego z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa z pogłębieniem?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 213****Dotyczy: pakiet nr 37 – Asystor – 20 szt.**

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytów szuflad bez ostrych krawędzi wykonanych z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa z możliwością wyboru koloru przez Zamawiającego (do wyboru 6 kolorów jak na zdjęciu poniżej)?



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 214**

**Dotyczy: pakiet nr 37 – Asystor – 20 szt.**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podstawy osłoniętej estetyczną obudową z tworzywa ABS, wyposażonej w pojedyncze koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa koła z blokadą?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 215**

**Dotyczy: pakiet nr 37 – Asystor – 20 szt.**

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokości całkowitej 1065 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 216**

**Dotyczy: pakiet nr 37 – Asystor – 20 szt.**

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podstawy o wymiarach 720 x 620 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 217**

**Dotyczy: pakiet nr 37 – Asystor – 20 szt.**

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki o wymiarach 650 x 550 x 985 mm (szerokość x głębokość x wysokość od podłoża do blatu)?



*(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 218**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Prosimy o informację, ile zamówień częściowych Zamawiający przewiduje złożyć w ramach pakietu nr 44. Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na dostawę częściową w terminie do 42 dni (6 tygodni) od złożenia zapotrzebowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający na dzień udzielania odpowiedzi nie jest w stanie oszacować potencjalnej ilości zamówień. Zamawiający wydłuży czas dostawy maksymalnie do 10 dni roboczych

**Pytanie 219**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Prosimy o wykreślenie zapisów w pkt. 7 i 8, gdyż wydaje się, że nie dotyczą one wózków do przewożenia pacjentów.

**Odpowiedź:** Zamawiający przychylił się do prośby, zrezygnuje z zapisu „Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna” oraz zapisu „Ochrona przed wilgocią lub równoważna IP22”

#### **Pytanie 220**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego konstrukcję kolumnową, opartą na dwóch kolumnach cylindrycznych z gumową osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (jak na zdjęciu poniżej)? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganiem przez Zamawiającego.



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 221**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego leże wykonane z materiału przeziernego dla promieniowania RTG na całej długości leża (od głowy do stóp), z możliwością włożenia kasety RTG tylko od strony wezgłowia i od strony nóg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 222**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w tacę na kasety RTG z paskami ułatwiającymi pozycjonowanie kasety RTG?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 223**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego leże wykonane z płyt HPL (nie posiadających ostrych krawędzi i rogów), łatwych do dezynfekcji, odpornych na działanie środków chemicznych i uszkodzeń? Płyty HPL są bardzo trwałe, posiadają wysoką odporność na ścieranie, zadrapania, uderzenia, są także łatwe do czyszczenia i dezynfekcji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 224**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka pokrywę o udźwigu do 25 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 225**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego rozstaw pomiędzy kolumnami o wymiarze zaprojektowanym przez danego producenta (bez konieczności podawania konkretnych cm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 226**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maksymalnego obciążenia roboczego wózka do 310 kg? Oferowany parametr jest znacznie lepszy niż wymagany przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

**Pytanie 227**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości całkowitej wózka 2143 mm (+/- 10 mm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

**Pytanie 228**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 12 i 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szerokości całkowitej wózka z opuszczonymi i podniesionymi barierkami 778 mm (+/- 10 mm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

**Pytanie 229**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leża (przestrzeni dla pacjenta) o wymiarach: długość 1885 mm, szerokość 610 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 230**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy kierunkowej zapewniające znacznie lepsze manewrowanie i sterowaniem wózkiem, które będzie aktywowane za pomocą dźwigni nożnej dostępnej od strony nóg pacjenta? Oferowane rozwiązanie będzie tak samo funkcjonalne jak wymagane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 231**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym piąte koło (wymagane przez Zamawiającego w pkt. 16) będzie antystatyczne (bez konieczności oznaczania go odrębnym kolorem dla identyfikacji)? Oferowane rozwiązanie będzie tak samo funkcjonalne jak wymagane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 232**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hydraulicznej regulacji wysokości leża dostępnej z obu stron wózka za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 60 cm – 92 cm (+/- 1 cm) mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca? Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 233**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w centralny system hamulcowy z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół w zakresie obrotu wokół osi i toczenia (wózek będzie posiadał osobną dźwignię nożną aktywującą koło kierunkowe)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 234**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym dźwignie blokady kół będą wyraźnie oznaczone kolorami informującymi o stanie użycia blokady (kolor czerwony koła zablokowane / kolor czarny koła odblokowane)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 235**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego centralny system blokowania kół obsługiwany dźwigniami dostępnymi przy każdym kole (od strony głowy i od strony nóg), każda dźwignia dwupozycyjna – jazda swobodna i hamulec (wózek będzie posiadał osobną dźwignię nożną aktywującą koło kierunkowe)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

#### **Pytanie 236**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w barierki boczne wykonane ze stali lakierowanej oraz stali nierdzewnej, składane (elementy aktywujące zaznaczone odrębnym kolorem - czerwonym) z gładką, nie wyprofilowaną na całej długości powierzchnią (nie tworzywową) ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian; wózek będzie także posiadał od strony szczytu głowy i nóg wyprofilowane osłony tworzywowe, które można wykorzystać uchwyty do pchania / ciągnięcia na końcu wózka?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ.

**Pytanie 237**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego regulację segmentu pleców manualną ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0° do 90° (+/- 5°)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

**Pytanie 238**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym nie ma konieczności unoszenia segmentu nóg w celu łatwiejszego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni bezpośrednio pod leżem?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ.

**Pytanie 239**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pozycji Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowanej hydraulicznie w zakresie +/- 20° (+/- 2°)? Oferowany zakres jest zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

**Pytanie 240**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 30) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego haczyki na worki urologiczne po obu stronach leża? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

**Pytanie 241**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 31) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w materac piankowy w pokrowcu wykonanym z poliestru i poliuretanu, nie zawierającym lateksu (bez konieczności stosowania powierzchni antypoślizgowej), nieprzemakalnego, o grubości 10 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

**Pytanie 242**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 32) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca w pokrowcu ognioodpornym spełniającym standardy niepalności zgodnie z BS7175 CRIB 5 M1 – potwierdzone w materiałach producenta sprzętu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

**Pytanie 243**

**Dotyczy: pakiet nr 44 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) – 8 szt.**

Czy (w pkt. 37) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w teleskopowy wieszak infuzyjny ze stali nierdzewnej, składany, 3-częściowy, z regulacją wysokości, z 2 hakami, obsługiwany oburącz, max. obciążenie 4 kg – 1 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

**Pytanie 244**

**Pakiet nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rok produkcji 2024?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 245**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z workiem samorozprężalny o pojemności 1650ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 246**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z funkcją podłączenia zastawki PEEP przy użyciu dodatkowej złączki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 247**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zastawkę z przestrzenią martwą  $\leq 65\text{ml}$ ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 248**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający wyłącznie jedną maskę w rozmiarze 5?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 249**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fabryczny zestaw z maską nr.5 a maskę nr.4 dołączoną osobno?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

#### **Pytanie 250**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rezerwuar tlenu o pojemności 2000ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ.

#### **Pytanie 251**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z objętością wyrzutową  $\geq 600\text{ml}$ ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 252**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw, który może być sterylizowany w 20 cyklach?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 253**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rok produkcji 2024?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 254**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z workiem samorozprężalnym o pojemności 600ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 255**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z funkcją podłączenia zastawki PEEP przy użyciu dodatkowej złączki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 256**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zastawkę z przestrzenią martwą  $\leq 20\text{ml}$ ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 257**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający wyłącznie jedną maskę w rozmiarze 2?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 258**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fabryczny zestaw z maską nr.2 a maskę nr.3 dołączoną osobno?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 259**

**Pakiet nr 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rezerwuar tlenu o pojemności 1600ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 260**

**Pakiet nr 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z objętością wyrzutową  $\geq 150\text{ml}$ ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 270**

**Pakiet nr 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw, który może być sterylizowany w 20 cyklach?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 271**

**Pakiet nr 6, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści rok produkcji 2024?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 272**

**Pakiet nr 6, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z funkcją podłączenia zastawki PEEP przy użyciu dodatkowej złączki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 273**

**Pakiet nr 6, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zastawkę z przestrzenią martwą  $\leq 7\text{ml}$ ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 274**

**Pakiet nr 6, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający wyłącznie jedną maskę w rozmiarze 1?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 275**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści fabryczny zestaw z maską nr.1 a maskę nr.0 dołączoną osobno?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 276**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści rezerwuar tlenu o pojemności 1600ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 277**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z objętością wyrzutową  $\geq 20\text{ml}$ ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 278**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw, który może być sterylizowany w 20 cyklach?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 279**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści rok produkcji 2024?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 280**

##### **Pakiet nr 6, pozycja 4**

Czy Zamawiający odstąpi od wyceny pozycji 4, jeśli resuscytatory z pozycji 1, 2, 3 są pakowane w walizkę z rączką?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 281**

**Pakiet nr 6, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści rękojeść w rozmiarze 160mm długości i 29mm szerokości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 282**

**Pakiet nr 6, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści rok produkcji 2024?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 283**

**Pakiet nr 6, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści rękojeść w rozmiarze 160mm długości i 19mm szerokości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 284**

**Pakiet nr 6, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści rok produkcji 2024?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 285**

**Pakiet nr 6, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści rękojeść w rozmiarze 125mm długości i 32mm szerokości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 286**

**Pakiet nr 6, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści rok produkcji 2024?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 287****Pakiet nr 6, pozycja 5-7**

Czy Zamawiający dopuści rękojeść z chwytem radełkowanym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 288****Pakiet nr 6, pozycja 5-7**

Czy Zamawiający dopuści rękojeść z oznaczeniami tzw. Zielonego Standardu w formie obwódki w części górnej uchwytu, oraz zielonego dna zakrętki zabezpieczającej baterie?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 289****Pakiet nr 6, pozycja 5-7**

Czy Zamawiający dopuści rękojeści, których boczna ścianka jest oznaczona numerem LOT, rozmiarem rękojeści, znakiem CE i rodzajem źródła światła?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 290****Pakiet nr 6, pozycja 5-7**

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie kodu QR na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 291****Pakiet nr 6, pozycja 5-7**

Czy Zamawiający dopuści rękojeści, których opakowanie jednostkowe jest wyłącznie nazwą producenta, bez logo?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 292****Pakiet nr 6, pozycja 5-7**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wytrzymałości rękojeści pod naciskiem 20kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 293****Pakiet nr 6, pozycja 5-7**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania funkcji uniemożliwiającej kontakt rękojeści z tyżką po złożeniu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 294****Pakiet nr 6, pozycja 5-7**

Czy Zamawiający dopuści możliwość sterylizacji do 2000 cykli?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 295****Pakiet nr 6, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści rok produkcji 2024?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 296****Pakiet nr 6, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści mankiet ciśnieniowy z manometrem skalowany czarno-biało?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 297****Pakiet nr 6, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści mankiet ciśnieniowy z gruszką pozbawioną obrotowego zaworu odcinającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

**Pytanie 298****Pakiet nr 6, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści mankiet ciśnieniowy zawierający śladowe ilości ftalanów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 299**

##### **Dotyczące pozycji: Waga osobowa kolumnowa ze wzrostomierzem**

Prosimy o rezygnację z wymogu obciążenia minimalnego: 40g. Parametr ten nie wpływa na jakość oferowanych produktów.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 300**

##### **Dotyczące pozycji: Waga osobowa kolumnowa ze wzrostomierzem**

Prosimy o dopuszczenie podziałki - 1 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 301**

##### **Dotyczące pozycji: Waga osobowa kolumnowa ze wzrostomierzem**

Prosimy o dopuszczenie portu komunikacyjnego – USB. Zwracamy uwagę, że interfejs RS232 jest przestarzałą technologią, którą zastąpiła nowa USB, jest to rozwiązanie nowsze technologicznie i obecnie powszechnie stosowane.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 302**

##### **Dotyczące pozycji: Waga osobowa kolumnowa ze wzrostomierzem**

Prosimy o dopuszczenie wilgotności względnej powietrza 15%-85%.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

#### **Pytanie 303**

##### **Dotyczące pozycji: Waga osobowa kolumnowa ze wzrostomierzem**

Prosimy o dopuszczenie temperatury pracy w zakresie od +5st. C do +35st. C.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

#### **Pytanie 304**

##### **Dotyczące pozycji: Waga osobowa kolumnowa ze wzrostomierzem**

Określenie „*Miernik PUE C315*” jest to nazwa handlowa dla panelu wagowego firmy Radwag. Prosimy w związku z tym o wykreślenie słów „*Miernik PUE C315*” i zastąpienie ich następującymi „*Panel wagowy*”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

#### **Pytanie 305**

**Dotyczące pozycji:** Waga osobowa kolumnowa ze wzrostomierzem

Czy zamawiający dopuszcza wagę bez podświetlanego wyświetlacza?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

#### **Pytanie 306**

**Dotyczące pozycji:** Waga osobowa kolumnowa ze wzrostomierzem

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem „Stopień ochrony miernik: IP 43” rozumie funkcjonalnie zabezpieczenie miernika przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 1,0 mm i zabezpieczoną przed rozpyloną wodą padającą pod kątem do 60 st. od pionu.

**Odpowiedź :** Zamawiający pod pojęciem „Stopień ochrony miernik: IP 43” rozumie funkcjonalnie zabezpieczenie miernika przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 1,0 mm i zabezpieczoną przed rozpyloną wodą padającą pod kątem do 60 st. od pionu.

#### **Pytanie 307**

**Dotyczące pozycji:** Waga niemowlęca ze wzrostomierzem

Prosimy o rezygnację z wymogu obciążenia minimalnego: 100g/200g. Parametr ten nie wpływa na jakość oferowanych produktów.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 308**

**Dotyczące pozycji:** Waga niemowlęca ze wzrostomierzem

Czy zamawiający dopuści materiał szalki, który jest ciepły, nie powodujący dyskomfortu dla badanego niemowlaka?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 309**

**Dotyczące pozycji:** Waga niemowlęca ze wzrostomierzem

Czy zamawiający dopuszcza wagę bez podświetlanego wyświetlacza?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 310**

##### **Dotyczące pozycji: Waga niemowlęca ze wzrostomierzem**

Prosimy o dopuszczenie portu komunikacyjnego – USB. Zwracamy uwagę, że interfejs RS232 jest przestarzałą technologią, którą zastąpiła nowa USB, jest to rozwiązanie nowsze technologicznie i obecnie powszechnie stosowane.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 311**

##### **Dotyczące pozycji: Waga niemowlęca ze wzrostomierzem**

Określenie „*Miernik PUE C315*” jest to nazwa handlowa dla panelu wagowego firmy Radwag. Prosimy w związku z tym o wykreślenie słów „*Miernik PUE C315*” i zastąpienie ich następującymi „*Panel wagowy*”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 312**

##### **Dotyczące pozycji: Waga niemowlęca ze wzrostomierzem**

Prosimy o dopuszczenie temperatury pracy w zakresie od +5st. C do +35st. C.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 313**

##### **Dotyczące pozycji: Waga niemowlęca ze wzrostomierzem**

Prosimy o dopuszczenie szalki o wymiarach: 560 x 290 x 65 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 314**

##### **Dotyczące pozycji: Waga niemowlęca ze wzrostomierzem**

Czy zamawiający dopuszcza wagę bez podświetlanego wyświetlacza?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

#### **Pytanie 315**

##### **Dotyczące pozycji: Waga niemowlęca ze wzrostomierzem**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem „Stopień ochrony miernik: IP 43” rozumie funkcjonalnie zabezpieczenie miernika przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 1,0 mm i zabezpieczoną przed rozpyloną wodą padającą pod kątem do 60 st. od pionu.

**Odpowiedź:** Zamawiający pod pojęciem „Stopień ochrony miernik: IP 43” rozumie funkcjonalnie zabezpieczenie miernika przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 1,0 mm i zabezpieczoną przed rozpyloną wodą padającą pod kątem do 60 st. od pionu.

#### **Pytanie 316**

##### **Dotyczące pozycji: Waga krzeselkowa**

Prosimy o rezygnację z wymogu obciążenia minimalnego: 10g. Parametr ten nie wpływa na jakość oferowanych produktów.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 317**

##### **Dotyczące pozycji: Waga krzeselkowa**

Prosimy o dopuszczenie temperatury pracy w zakresie od +0st. C do +40st. C.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 318**

##### **Dotyczące pozycji: Waga krzeselkowa**

Prosimy o dopuszczenie wilgotności względnej powietrza 15%-85%.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 319**

##### **Dotyczące pozycji: Waga krzeselkowa**

Czy zamawiający dopuszcza wagę bez podświetlanego wyświetlacza?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 320**

##### **Dotyczące pozycji: Waga krzeselkowa**

Prosimy o dopuszczenie portu komunikacyjnego – USB. Zwracamy uwagę, że interfejs RS232 jest przestarzałą technologią, którą zastąpiła nowa USB, jest to rozwiązanie nowsze technologicznie i obecnie powszechnie stosowane.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 321**

**Dotyczące pozycji: Waga krzesłkowa**

Określenie „*Miernik PUE C315*” jest to nazwa handlowa dla panelu wagowego firmy Radwag. Prosimy w związku z tym o wykreślenie słów „*Miernik PUE C315*” i zastąpienie ich następującymi „*Panel wagowy*”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 322**

**Dotyczące pozycji: Waga krzesłkowa**

Czy zamawiający dopuszcza wagę bez podświetlanego wyświetlacza?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

#### **Pytanie 323**

**Dotyczące pozycji: Waga krzesłkowa**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem „Stopień ochrony miernik: IP 43” rozumie funkcjonalnie zabezpieczenie miernika przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 1,0 mm i zabezpieczoną przed rozpyloną wodą padającą pod kątem do 60 st. od pionu.

**Odpowiedź:** : Zamawiający pod pojęciem „Stopień ochrony miernik: IP 43” rozumie funkcjonalnie zabezpieczenie miernika przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 1,0 mm i zabezpieczoną przed rozpyloną wodą padającą pod kątem do 60 st. od pionu.

#### **Pytanie 324**

**Dotyczące pozycji: Stetoskop**

Prosimy o dopuszczenie stetoskopu o wadze do 153g, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 325**

**Dotyczy: PAKIET NR 44 Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) -8 szt.**

**Pkt 10.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z udźwignym maksymalnym 320 kg ?

**JEST TO PARAMETR LEPSZY OD OPISANEGO, Z KORZYSCIĄ DLA ZAMAWIAJACEGO**

**Odpowiedź.:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

#### **Pytanie 326**

**Pkt 11.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o długości całkowitej 2160 mm ?

**JEST TO PARAMETR LEPSZY OD OPISANEGO, Z KORZYSCIĄ DLA ZAMAWIAJACEGO**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 327**

**Pkt 12, 13 , 14**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o wymiarach ? :

- Wymiary całkowite : 216 x 78 cm
- Wymiary leża: 197 x 70 cm
- Szerokość całkowita wózka z poniesionymi oraz opuszczonymi barierkami 78 cm

**SĄ TO PARAMETRY LEPSZE OD OPISANYCH, Z KORZYSCIĄ DLA ZAMAWIAJACEGO**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 328**

**Pkt 18.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek wyposażony w system antystatyczny bez oznaczenia koła odrębnym kolorem dla identyfikacji ?

Koło oznaczone odrębnym kolorem w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność i użyteczność systemu antystatycznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 329**

**Pkt 20.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek wyposażony hydrauliczną regulację wysokości leża dostępną z trzech stron wózka ( oba dłuższe boki wózka oraz po stronie nóg), za pomocą dźwigni nożnej w zakresie: 58 – 91 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) ?

**JEST TO PARAMETR LEPSZY OD OPISANEGO, Z KORZYSCIĄ DLA ZAMAWIAJACEGO**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

#### **Pytanie 330**

**Pkt 24.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek wyposażony barierki boczny wykonane z anodowanego aluminium, składane wzdłuż ramy leża ( element aktywujący oznaczony odrębnym kolorem – srebrnym ) z gładką, wyprofilowaną na całej długości powierzchnią ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian, wyprofilowane z uchwytyami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 331**

**Pkt 27,28**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek wyposażony w regulację przechyłów: Trendelenburga/AntyTrendelenburga regulowaną hydraulicznie w zakresie 18° przy użyciu pedałów nożnych dostępnych trzech stron wózka (oba dłuższe boki wózka oraz po stronie nóg) ?

**JEST TO PARAMETR LEPSZY OD OPISANEGO, Z KORZYSCIĄ DLA ZAMAWIAJACEGO**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 332**

**Pkt 32.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek wyposażony w zdejmowalny 10 cm materac wykonany z wysokiej jakości elastycznej pianki (35kg/m<sup>3</sup>). Pokrowiec PVC powlekany Jersey-em - Antybakteryjny i trudnopalny (klasa M1) ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 333**

**Pkt 33.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek wyposażony w materac montowany do ramy leża za pomocą specjalnych uchwytów uniemożliwiających samoczynne przesuwanie ?

**JEST TO PARAMETR Z KORZYSCIĄ DLA ZAMAWIAJACEGO**

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

**Pytanie 334**

Prosimy Zamawiającego o sprawdzenie czy nie zaszła omyłka pisarska i czy przy materiałach wielorazowy konieczne jest, aby powiadamiać Zamawiającego z wyprzedzeniem o zamiarze dostawy sprzętu. Zwłaszcza, że zgodnie z kryteriami oceny termin dostawy jest określony od 2 do 5 dni roboczych.

**Odpowiedź:** Nie zaszła omyłka pisarska ze strony Zamawiającego.

**Pytanie 335**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu powiadamiania Zamawiającego o terminie dostawy z wyprzedzeniem dla pakietu 2 i pakietu 4.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu powiadamiania Zamawiającego o terminie dostawy z wyprzedzeniem dla pakietu 2 i pakietu 4.

**Pytanie 336**

Jeśli Zamawiający pozostawi w zapisach obowiązek powiadomienia Zamawiającego o dostawie, prosimy o określenie, który termin jest prawidłowy:

- w punkcie V SWZ określony jest termin 3 dniowy
- we wzorze umowy w § 2 pkt 4 określony jest termin 1 dniowy

**Odpowiedź:** Zamawiający uaktualnił we wzorze umowy w § 2 pkt 4 termin 3 dniowy

#### **Pytanie 337**

##### **dotyczy pakietu 2 i 4**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu roku produkcji 2025. Realizacja dostaw w przetargu jest określona na okres 2 lata. Istnieje możliwość, że wykonawca za 2 lata nie będzie posiadał akcesoriów typu mankiety wyprodukowanych w 2025 roku.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis na Rok produkcji  $\geq 2025$ , urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane

#### **Pytanie 338**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 Ust. 1, 2:

Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w stosunku do wartości umowy brutto:

- za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki,
- za zwłokę w instalacji i uruchomieniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki,
- za opóźnienie w przeprowadzeniu szkolenia w wysokości 0,3 % wartości dostawy, której dotyczy opóźnione szkolenie za każdy dzień zwłoki,
- za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości 0,3 % wartości reklamowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki,
- za zwłokę w usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw w wysokości 0,3 % wartości wadliwej części dostawy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego w § 5 ust. 3 umowy,
- za zwłokę w wykonaniu przeglądu gwarancyjnego w wysokości 0,1 % wartości, przedmiotu umowy, którego dotyczy niewykonany przegląd za każdy dzień zwłoki,

Przekroczenie z winy Wykonawcy terminu przekazania przedmiotu umowy do użytkowania, o którym mowa w § 2 ust. 2 o jeden miesiąc, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy i naliczania kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wyżej wymienionych postanowień przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 Ust. 1, 2 oraz przekroczenia z winy Wykonawcy terminu przekazania przedmiotu umowy do użytkowania, o którym mowa w § 2 ust. 2.

#### **Pytanie 339**

##### **Dotyczy SWZ – rozdz. XVIII – dla pakietu nr 8**

Prosimy o dodanie do kryterium oceny ofert terminu dostawy max. 20 dni roboczych.

Jednocześnie prosimy o naniesienie zmian w tym zakresie do formularza asortymentowo-cenowego dla pakietu nr 8.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do kryterium oceny ofert terminu dostawy max. 20 dni roboczych.

#### **Pytanie 340**

##### **Dotyczy SWZ – rozdz. V pkt. 2 oraz Załącznika nr 8 do SWZ - §3 ust. 2 pkt. 2.2-2.3 i ust. 3 – dla pakietu nr 8**

Prosimy o usunięcie powyższych zapisów, ponieważ nie dotyczą dostaw części zamiennych wyszczególnionych w pakiecie nr 8.

**Odpowiedź:** Zamawiający w zakresie w/w pakietu dodaje zapis (jeśli dotyczy)

**W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zwraca uwagę, aby w przypadku dopuszczenia innych parametrów bądź produktów niż określone w SWZ, w Załączniku nr 2 – Formularzu asortymentowo-cenowym, oraz 3-Parametry techniczne zaznaczyć gwiazdką (\*) daną pozycję w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” i wpisać na kolorowo oferowany parametr oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\*-poz. Nr ... dokonano zmiany zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego”.**

**Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

Pozostałe zapisy bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania

Sekretarz Komisji Przetargowej

Aleksandra Owczarek