

Tarnów, dnia 10.11.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W  
POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ

ul. Lwowska 178 a

33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.89 .KK..... /20

**Dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę staplerów, endostaplarów, osprzętu do elektrochirurgii dla Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie( numer sprawy : 89/2020)**

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.11.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

**ZAKRES 12. OSPRZĘT DO ELEKTROCHIRURGII I ODDYMIACZA**

**Pytanie 1 Poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie dł. 3,2 m

**Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 2 Poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie dł. 3,2 m

**Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 3 Poz. 4 i 5**

Prosimy o wydzielenie pozycji 4 i 5 do oddzielnego zakresu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 4 Poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie elektrody biernej jednorazowego użytku, dwudzielnej, przystosowanej do systemu zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem REM, pokrytej hydrożelem o grubości 1,1mm, w kształcie prostokątnym o wymiarach 20,2x10,1 cm, szerokość podłączenia 4x2,5cm dla pacjentów o masie ciała < 15 kg lub <5 kg – do wyboru przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia częściowego.

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 5 Poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie kabla dł. 3m

**Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 6 Poz. 6**

Prosimy o dopuszczenie kabla dł. 5m

**Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 7 Poz. 7**

Prosimy o dopuszczenie dł. 3,2m

**Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 8 Poz. 8**

Prosimy o dopuszczenie dł. aktywnej około 2,5 cm

**Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 9 Poz. 10 i 11**

Prosimy o wydzielenie pozycji 10 i 11 do oddzielnego zakresu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 10 Poz. 10**

Prosimy o podanie o jaki włącznik chodzi - do diatermii (jaki model) czy do ewakuatora (jaki model)?

**Odp. Opisane elementy w pozycjach od 1 do 10 stanowią osprzęt do generatora Valleylab firmy Medtronic.**

**Pytanie 11 Poz. 11**

Prosimy o podanie modelu ewakuatora

**Odp. Oddymiacz RapidVac firmy Medtronic.**

**ZAKRES 20. MONOPOLARNA ELEKTRODA KULKOWA**

**Pytanie 12 Poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie kulki fi 4mm

**Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.**

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ A/a

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie  
*Anna Czech*

*[Handwritten signature]*