

Gdynia, dnia 23-10-2024 r

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup urządzeń medycznych w ramach programu „Narodowa Strategia Onkologiczna w zakresie zadania „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków” dla Szpitala Morskiego im. PCK - Szpital Pomorski Sp. z o.o.”

Nr sprawy - D25M/251/N/39-75rj/24

I. Zamawiający – Szpital Pomorski Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań, które wpłynęły po terminie ustawowym na ich zadawanie wraz z odpowiedziami:

Pytanie 59 do zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych z kontrolą temperatury od +5 st. C powyżej temperatury otoczenia do 120 st. C? Właściwie do lizy lub elucji nie będziemy potrzebować tak wysokiej temperatury, ponieważ zestaw do ekstrakcji oparty jest na roztworze. Nie potrzebujemy nawet temperatury powyżej 100°C, zwykle około 80°C.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem
Sekretarz Komisji Przetargowej
Małgorzata Brancewicz-Malec

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Małgorzata Brancewicz-Malec