



Wrocław, 23 czerwca 2022r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.44.2022

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 10 poz. 1-6:**

Prosimy o dopuszczenie 4 warstwowej włókniny SMMS o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 1: SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 10 poz. 1-6:**

Prosimy o dopuszczenie arkuszy naprzemiennie pakowanych: kolor niebieski/zielony.

**Odpowiedź na pytanie nr 2: SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 14 poz. 1:**

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia uchwytu. Testy Des Check nie wymagają zastosowania żadnego, dodatkowego oprzyrządowania.

**Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SWZ, posiadające nadruk symbolu jednoznacznego kierunku otwierania tylko od strony folii, z uwagi na bieżącą kontrolę wzrokową wyrobów sterylizowanych podczas otwierania pakietu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

**Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 8:**

Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych, spełniających wymagania SWZ, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną i papieru?

**Odpowiedź na pytanie nr 5: SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 8:**

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający oczekuje, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

**Odpowiedź na pytanie nr 6: SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 7 dotyczy projektowanych postanowień umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie postanowienia § 1 ust. 13 jako rażąco niekorzystnego dla Wykonawcy?

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 8 dotyczy projektowanych postanowień umowy:**

Czy Zamawiający zmieni § 8 ust. 1 – 3 nadając mu treść:

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:
  - w wysokości: ...% (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą) ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy towaru
    - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3 lub §5 ust. 4 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze;
    - w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w §1 ust 12 za każdy dzień zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów;
    - w wysokości 5% ceny brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Maksymalna wysokość kar umownych za zwłokę, nie może przekroczyć dwukrotności kary za odstąpienie od umowy.
3. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiający pomniejszy płatność za faktury naliczone kary umowne, z zastrzeżeniem przepisów wyłączających taką możliwość.

**Odpowiedź na pytanie nr 8: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).**