



SZP-ET/225/2022

Złotów, dnia 15.04.2022 r.

## Do wiadomości wszystkich zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem

Dotyczy postępowania nr **10/ZP/2022**

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem 10/ZP/2022, którego przedmiotem jest: **„Dostawa podłoży mikrobiologicznych do hodowli drobnoustrojów tlenowych oraz beztlenowych z próbek krwi i innych płynów ustrojowych, oraz sprzęt do przesiewania próbek pozytywnych wraz z dierzawą urządzenia - analizatora do posiewów próbek krwi i innych płynów ustrojowych (część 4)”. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p udziela wyjaśnień dotyczących SWZ o następującej treści:**

### Pytanie nr 1

Załącznik nr 1a do SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, kryterium oceny ofert - punktowane parametry analizatora; Tabela nr 1 punkt nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży pediatrycznych zwalidowanych do objętości krwi 0,5-4 ml (lub mniejszej niż 0,5) zwłaszcza, że w Załącznik nr 2 do SWZ parametrach granicznych Zamawiający wymaga zaoferowania „podłoży pediatrycznych z inaktywatorami antybiotyków zwalidowanych do posiewów małej ilości krwi w objętości 0,5 ml lub mniejszej”.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

### Pytanie nr 2

Załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 9 – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu poprzez dodanie sformułowania „w dni robocze” tj.: „W przypadku awarii aparatu czas usunięcia naprawy maksymalnie do 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia.”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu załącznika nr 2 do SWZ „Wymagane parametry graniczne analizatora do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych – w ramach czyszu dierzawnego” w pkt 9, tym samym zmienia brzmienie załącznika nr 4 do SWZ w § 9 ust. 7 i 11.**

### Jest:

§ 9.7. Wykonawca zapewni bezpłatny autoryzowany serwis na czas trwania umowy w miejscu eksploatacji sprzętu (dojazd, robocizna inżyniera serwisowego dotycząca interwencji oraz przeglądów okresowych, wymiana części zamiennych oraz wszystkich akcesoriów). Czas usunięcia awarii max. 48 godzin.

§ 9.11. Jeśli awaria nie zostanie usunięta w ciągu **48 godzin** od zgłoszenia, do czasu usunięcia awarii Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu równoważne urządzenie zastępcze, zapewniając ciągłość pracy laboratorium. Wykonawca będzie pokrywał koszty dostarczenia i odbioru sprzętu zastępczego.

### Powinno być:

7. Wykonawca zapewni bezpłatny autoryzowany serwis na czas trwania umowy w miejscu eksploatacji sprzętu (dojazd, robocizna inżyniera serwisowego dotycząca interwencji oraz przeglądów

okresowych, wymiana części zamiennych oraz wszystkich akcesoriów). Czas usunięcia awarii maksymalnie **48 godzin w dni robocze**.

11. Jeśli awaria nie zostanie usunięta w ciągu maksymalnie **48 godzin w dni robocze** od zgłoszenia, do czasu usunięcia awarii Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu równoważne urządzenie zastępcze, zapewniając ciągłość pracy laboratorium. Wykonawca będzie pokrywał koszty dostarczenia i odbioru sprzętu zastępczego.

#### **Pytanie nr 3**

Załącznik nr 2 do SWZ; Wymagane parametry graniczne analizatora do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych – w ramach czynszu dzierżawnego pkt 3 - Czy Zamawiający dopuści analizator z wbudowanym komputer sterującym analizatorem z zewnętrznym monitorem, klawiaturą i myszką?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.**

#### **Pytanie nr 4**

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, wnosimy o wydłużenie terminu dostawy aparatu do 8 tygodni.

Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta oraz mając na uwadze skomplikowane procedury z tym związane, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy analizatora z dotychczasowych dwóch tygodni do ośmiu tygodni.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie, wyłącznie w przypadku jeżeli na wydłużony czas dostawy analizatora zgodnego z SWZ Wykonawca dostarczy analizator opisany w pytaniu nr 3.**

#### **Pytanie nr 5**

Załącznik nr 2 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia pkt. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty dokumentów dopuszczających produkty do obrotu, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych ?

Uzasadnienie: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dyrektywami unijnymi jednostka notyfikowana nie bierze udziału w procedurze oceny zgodności wszystkich wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro spoza wykazu A i B, w celu ich oznakowania znakiem CE, wytwórca przeprowadza procedurę zgodności samodzielnie, bez udziału jednostki notyfikowanej, co w konsekwencji oznacza, że dla tych produktów nie wydaje się certyfikatu zgodności.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie nr 6**

Załącznik nr 2 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia pkt. 7 – Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie produktów z minimalnym terminem ważności 7 miesięcy od daty dostawy?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu załącznika nr 2 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt 7, tym samym zmienia brzmienie załącznika nr 2 do SWZ w pkt 7.**

**Jest:**

7. Wykonawca gwarantuje odpowiednio wysoką jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia w ilościach i asortymencie podanym w ofercie przetargowej z zachowaniem terminów przydatności (minimum **12 miesięczny** okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy). Zamawiający wyraża zgodę na możliwość dostarczania produktów z terminem ważności krótszym niż wymagany za każdorazową, uprzednią, pisemną zgodą upoważnionego przez Zamawiającego pracownika Laboratorium.

**Powinno być:**

7. Wykonawca gwarantuje odpowiednio wysoką jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia w ilościach i asortymencie podanym w ofercie przetargowej z zachowaniem terminów przydatności (minimum **7 miesięczny** okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy). Zamawiający wyraża zgodę na możliwość dostarczania produktów z terminem ważności krótszym niż wymagany za każdorazową, uprzednią, pisemną zgodą upoważnionego przez Zamawiającego pracownika Laboratorium.

**Pytanie nr 7**

Pytania do Umowy (Zał. nr 4):

7. §7.5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Do każdej dostawy Wykonawca dołącza fakturę z numerem umowy lub numerem zamówienia.

W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby Zamawiającego lub faktur elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem maila na adres: .....”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu załącznika nr 4 do SWZ w § 7 ust. 5, tym samym zmienia jego brzmienie.**

**Jest:**

§ 7. 5.

Do każdej dostawy Wykonawca dołącza fakturę z numerem umowy.

**Powinno być:**

§ 7. 5.

Do każdej dostawy Wykonawca dołącza fakturę z numerem umowy lub numerem zamówienia. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby Zamawiającego lub faktur elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem maila na adres: **mikrolab@szpital.zlotow.pl**.

**Pytanie nr 8**

§8.2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze (w szczególności produktów niepełnowartościowych, dostarczonych w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu, niewłaściwie oznakowanym), Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym zdarzeniu, który winien wymienić wadliwy towar na wolny od wad, w terminie 4 dni roboczych licząc od daty rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego wiadomością e-mail na adres e-mail Wykonawcy: [ ].”?

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ poprzez zmianę brzmienia załącznika nr 4 do SWZ w § 8 ust. 2.**

**Jest:**

§ 8. 2. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze (w szczególności produktów niepełnowartościowych, dostarczonych w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu, niewłaściwie oznakowanym), Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym zdarzeniu, który winien wymienić wadliwy towar na wolny od wad, w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, wiadomością e-mail na adres e-mail Wykonawcy: [ ].

**Powinno być:**

§ 8. 2. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze (w szczególności produktów niepełnowartościowych, dostarczonych w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu, niewłaściwie

oznakowanym), Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym zdarzeniu (zgłoszenie reklamacji przez Zamawiającego odbędzie się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Wykonawcy: [ ]), który to w ciągu **3 dni** od zgłoszenia przez Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu, powinien ustosunkować się do wniesionej reklamacji, oraz następnie w przypadku uznania reklamacji za zasadną, winien wymienić wadliwy towar na wolny od wad, w terminie **4 dni** roboczych od uznania reklamacji.

#### **Pytanie nr 9**

§9.2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy aparatu do 21 dni, a tym samym modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zobowiązuje się zainstalować urządzenie w ramach czynszu dzierżawnego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przeprowadzić szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia [ ] 2022 r. oraz zapewnić jego sprawne działanie przez cały okres trwania umowy.”?

**Odpowiedź: Zamawiający domniemywa, że pytanie dotyczy §9 ust. 1. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu załącznika nr 4 do SWZ w § 9 ust. 1, tym samym zmienia jego brzmienie.**

**Jest:**

§ 9. 1. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować urządzenie w ramach czynszu dzierżawnego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przeprowadzić szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia, w nieprzekraczalnym terminie **14 dni**, licząc od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia [ ] 2022 r. oraz zapewnić jego sprawne działanie przez cały okres trwania umowy.

**Powinno być:**

§ 9. 1. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować urządzenie w ramach czynszu dzierżawnego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przeprowadzić szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia, w nieprzekraczalnym terminie **21 dni**, licząc od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia [ ] 2022 r. oraz zapewnić jego sprawne działanie przez cały okres trwania umowy.

#### **Pytanie nr 10**

§10.1.1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„w wysokości 2,5% wartości brutto niedostarczonego towaru w wypadku zwłoki – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”?

Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości kary umownej. Wskazana kara jest karą rażąco wygórowaną i w żaden sposób nieadekwatną do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.**

#### **Pytanie nr 11**

§10.1.2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„w wysokości 3,5% wartości brutto reklamowanego towaru w przypadku nie dokonania obowiązków gwarancyjnych, zgodnie z § 8 ust. 2 i 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.**

#### **Pytanie nr 12**

§10.1.3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„w wysokości 350 zł - w przypadku braku realizacji obowiązku wskazanego w § 9 ust. 7, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu awarii (w przypadku nie spełnienia wymogów Zamawiającego opisanych w ust. 12)”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu załącznika nr 4 do SWZ w § 10 ust. 1, pkt 3), tym samym zmienia jego brzmienie.**

**Jest:**

3) w wysokości 500 zł - w przypadku braku realizacji obowiązku wskazanego w § 9 ust. 7, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu awarii (w przypadku nie spełnienia wymogów Zamawiającego opisanych w ust. 12)

**Powinno być:**

3) w wysokości **350 zł** - w przypadku braku realizacji obowiązku wskazanego w § 9 ust. 7, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu awarii (w przypadku nie spełnienia wymogów Zamawiającego opisanych w ust. 12).

### **Pytanie nr 13**

§10.1.4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy wskazanej w § 4 ust. 1, w przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.**

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/599271>)

2. a/a

Sporządził: Bożena Schmidt – Dział Techniczno-Administracyjny,

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: [przetargi@szpital.zlotow.pl](mailto:przetargi@szpital.zlotow.pl)