

DZP.271.30.2023-4

Bielsko-Biała dn. 24.07.2023 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów do dezynfekcji dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej (znak sprawy: DZP.271.30.2023).

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ o treści :

Pytanie 1:

Pakiet 1, poz. 11

W związku z zakończeniem produkcji preparatu SutriHeal Forte 5% prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu SutriHeal Forte 10% - preparatu do leczenia ran zakażonych i niezakażonych na bazie wyciągu z żywicy świerku o składzie: Petrolatum, ParaffinumLiquidum, NorwaySpruce (Piceaabies) Resin, Alcohol Denat., Cera Microcristallina, SorbitanOleate, Cera Alba, HydrogenatedCastorOil, StearicAcid. Opakowanie tuba 15g . Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również preparat SutriHeal Forte 10% - preparatu do leczenia ran zakażonych i niezakażonych na bazie wyciągu z żywicy świerku o składzie: Petrolatum, ParaffinumLiquidum, NorwaySpruce (Piceaabies) Resin, Alcohol Denat., Cera Microcristallina, SorbitanOleate, Cera Alba, HydrogenatedCastorOil, StearicAcid. Opakowanie tuba 15g. Wyrób medyczny.

Pytanie 2:

Pakiet 4, poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekują w/w pozycji chusteczek w opakowaniu tuba (tak jak jest to opisane w kolumnie opis przedmiotu zamówienia) czy w opakowaniu typu wkład (tak jak jest to opisane w kolumnie J.m).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w/w pozycji chusteczek w opakowaniu typu wkład.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 5 do SWZ dla pakietu nr 4 poz 1 w kolumnie "Opis przedmiotu zamówienia", który otrzymuje brzmienie:

"Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie – typu wkład zawierająca min. 200 szt, chusteczek. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papowa) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. Okres trwałości po otwarciu 3 miesiące. Wyrób medyczny kl. IIA"

Pytanie 3:

Pakiet 4, poz. 6

W związku z aktualizacją dokumentów zgodnie z nowymi wytycznymi rozporządzenia BPR (rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych) oraz MDR (rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych) prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek typu IncidinOxyWipe S wykazujących

działanie bójczą na S (C. difficile) zgodnie z normą EN 16615 – 15 min. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również chusteczki typu IncidinOxyWipe S wykazujące działanie bójczą na S (C. difficile) zgodnie z normą EN 16615 – 15 min. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 4:

Dot. projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SILA WYŻSZA

- 1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.*
- 2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej.*
- 3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.*
- 4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.*
- 5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian i podtrzymuje zapisy SWZ.

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

mgr Barbara Frymorgen

