



PCZ/II-ZP/24/2023

Żnin, dn. 19.12.2023 r.

**Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzącego w trybie podstawowym na dostawę Echokardiografu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r.poz.1605 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiada na pytania, które wpłynęły od Wykonawców biorących udział w postępowaniu:

**Pytanie 1** - pkt A5 - Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z Pamięcią dynamiczną dla trybu M-mode lub D-mode 360s?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 2** - A16 - Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z regulacją głębokości pola obrazowania od 2cm do 55cm, a z wyświetlanym obrazem od 0cm do 55cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 3** - pkt A17 - Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z ilością ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika w ilości 64? Wartość podana w zapytaniu ofertowym jest ograniczeniem konkurencji. Podany parametr (300) ewidentnie wskazuje na aparat USG marki Fujifilm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 64**

**Pytanie 4** - pkt A18 - Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z podstawą jezdną z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania trzech z nich oraz blokadą kierunku jazdy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: podstawę jezdną z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania minimum trzech kół oraz blokadą kierunku jazdy.**

**Pytanie 5** - pkt B4 - Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z obrazowaniem harmonicznym, 8 pasm częstotliwości?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 6** - pkt B15 - Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z możliwością jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z jednej niezależnej bramki dopplerowskiej w kombinacjach min. PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI? Ponownie podany parametr wskazuje na jednego producenta jakim jest Fujifilm. Ma to na celu ograniczenie konkurencji.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7** - pkt. B19 - Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z liczbą wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „compound” w ilości 7?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 8** - pkt. B25 - Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z możliwością zmian map koloru w color Dopplerze 12 map?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 9** - pkt E3 - Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z głowicą kardiologiczną z obrazowaniem harmonicznym z 3 pasmami częstotliwości?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 10** - pkt F1 - Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z możliwością rozbudowy systemu o głowicę liniową, o zakresie częstotliwości 3-14MHz, liczbie elementów 256, szer. Skanu 50mm oraz 8 pasmach częstotliwości harmonicznej?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Pytanie 11** - pkt F2 - Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci CineLoop z 1 niezależnego kursora?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Zamawiający wymaga aby **wszystkie zmiany**, na które Zamawiający wyraził zgodę powyższymi odpowiedziami, wprowadzane przez Wykonawcę w Zestawieniu warunków i parametrów technicznych (Załącznik nr 2 do SWZ składanej oferty, **winny być** w danej pozycji parametrów oferowanych **wytluszczone i/lub podkreślone** oraz opisane przez Wykonawcę „Lp. ..., ..., ... - zmiana dopuszczona odpowiedziami na pytania z dnia .....r.”

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. ekonomiczno-administracyjnych  
  
Ewa Galas-Gąsior