



UWM.DZP.243.1300.2024
(Zam. 292/2024/TP-I/DZP)

Olsztyn, 11 lipca 2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania nr 292/2024/TP-I/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt.: „Dostawa aparatury laboratoryjnej i sprzętu medycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie”

Odpowiedzi na pytania nr 5

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia odpowiedź na otrzymane pytania:

Pytanie nr 1

Dot. Części nr 2 – Destylator parowy Kjeldahla

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na destylator Kjeldahla o wymiarach: szer. 455 x głęb. 391 x wys. 730 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na ofertę z aparatem o przedstawionych wymiarach. Stanowisko badawcze, w którym planowana jest instalacja dopuszcza wymiary urządzenia takie jak przedstawione we wniosku (specyfikacja opisu przedmiotu zamówienia). Przekroczenie wskazanego rozmiaru będzie problematyczne dla instalacji aparatu.

Z poważaniem,

Kanclerz

mgr inż. Bogusław Stec

/podpisano elektronicznie/

Odpowiedzi udzielił – Łukasz Barczak

Sporządziła: Wiesława Szepiła