

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OGÓLNA SPECYFIKACJA

1 Wstęp

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego i nienoszących śladów uszkodzeń defibrylatora AED dla Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Parametry	
WARUNKI TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE	
Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny	
Użytkownik w czasie korzystania z urządzenia jest prowadzony przez jednoznaczne polecenie głosowe w języku polskim	
Rodzaj urządzenia	Automatyczny, przenośny defibrylator zewnętrzny AED z funkcją analizy rytmu serca, z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dzieci.
Stan defibrylatora	Fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 nie będący przedmiotem wystawowym, ekspozycyjnym ani szkoleniowym, pozbawiony blokad serwisowych. Produkt I gatunku, pełnowartościowy.
Tryb pracy defibrylatora	Automatyczny z samoczynnym wyzwalaniem impulsu.
Sygnalizacja sprawności, gotowości do pracy, defibrylatora	Braku lub nieprawidłowym podłączeniu elektrod O prowadzonej analizie rytmu serca i ewentualnych zakłóceniach w tym komunikat o
	wykrytym ruchu pacjenta o wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia
	Gotowości urządzenia do pracy
	Technicznej sprawności lub jej braku
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEKTROD	
Minimum dwie pary elektrod samoprzylepnych. Na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie dokładny rysunek, określający miejsce prawidłowego ich naklejenia.	
Możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami.	
Obudowa lub torba na urządzenie wyposażona w kieszeń do przechowywania dwóch kompletów elektrod	
Możliwość użycia elektrod pediatrycznych	

Zewnętrzna obudowa urządzenia ma być odporna na uszkodzenia mechaniczne (tworzywo zapewniające odporność na upadek z wysokości minimum 1 metra)
WYMAGANE AUTOTESTY
Urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej
Urządzenie posiada możliwość przeprowadzenia testów obwodów elektrycznych inicjowanych przez użytkownika
WYMAGANIA DOTYCZĄCE REJESTROWANIA I PRZENOSZENIA DANYCH
Możliwość rejestrowania takich danych jak dokładny czas włączenia urządzenia, zdarzenia zasadnicze takie jak: wykrycie ruchu uszkodzonego, zalecenie wykonywania defibrylacji, informację o wykonanej defibrylacji
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH PRACY URZĄDZENIA
Temperatura pracy i czuwania od 0°C do minimum 50°C
Wilgotność względna od 10% - 95%
Udokumentowana testami odporność na wibracje
Tolerancja na wstrząsy i upadki
WODOODPORNOŚĆ / SZCZELNOŚĆ
Minimum IP 55
Pyłoszczelny
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA
Bateria/e nietładowalna – okres żywotności minimum 5 lat
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTYCZNYCH
Algorytm postępowania według obowiązujących wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010r.
Aktualizacja oprogramowania na koszt producenta minimum 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru
CERTYFIKATY
Deklaracja zgodności CE zgodna z dyrektywą medyczną 93/42/EEC PN-EN60601 lub równoważna
GWARANCJA
Minimum 6 lat na urządzenie
Minimum 5 lat na baterie
Minimum 5 lat na elektrody
SZAFKA WEWNĘTRZNA
Szafka wewnętrzna do przechowywania defibrylatora AED wewnątrz budynku Sądu. Fabrycznie nowa, wykonana z metalu lub tworzyw sztucznych wysokiej jakości. Część frontowa przezroczysta albo zawiera okienko inspekcyjne wykonane z materiału przeszkłonego np. szkło , plexiglas czy poliwęglan w części odsłaniające defibrylator i umożliwiającej wizualną kontrolę stanu i sprawności urządzenia. Szafka dostosowana wielkością do proponowanego defibrylatora, nie większa niż 50x50x25 cm. Szafka wyposażona w alarm akustyczny i świetlny aktywujący się w momencie otwarcia szafki. Szafka zamykana na zamek umożliwiający pełne zamknięcie i otwarcie szafki bez użycia klucza w sposób zapewniający pełne zamknięcie.

Defibrylator AED musi pochodzić z aktualnej produkcji i być wyprodukowane nie później niż w 2021 roku, być modelami ogólnie dostępnymi na polskim rynku, których parametry techniczne

można potwierdzić w katalogach drukowanych lub na stronach internetowych producentów. Nie dopuszcza się modeli w wersjach specjalnych, ani składania ofert częściowych lub wariantowych.

3 Dostawa

Dostawa odbędzie się w dniu pracy dla Zamawiającego w godzinach od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Sądu. Wszelkie koszty transportu pozostają po stronie Dostawcy.