



WszSL.FZ.381.22/54/ 801 / 2022

Legnica 11.08.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

**POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM Z
MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI NA DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO
KARDIOMONITORÓW, ELEKTROKARDIOGRAFÓW ORAZ BATERII ALKALICZNYCH**

znak sprawy WSzSL/FZ-54/22

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz.1129), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Dotyczy Części nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czujnik całościowy, nierozłączny?

W odpowiedzi na zapytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Dotyczy Części nr 2 poz. 7

Prosimy o podanie numeru katalogowego kabla obecnie stosowanego przez Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami.

W odpowiedzi na zapytanie: Nr katalogowy HP-2585-I

Pytanie nr 3

Dotyczy Części nr 2 poz. 9

Prosimy o podanie numeru katalogowego kabla obecnie stosowanego przez Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami.

W odpowiedzi na zapytanie: Nr katalogowy CR007-6201B.

Pytanie nr 4

Dotyczy Części nr 2 poz. 10

Prosimy o podanie numeru katalogowego kabla obecnie stosowanego przez Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami.

W odpowiedzi na zapytanie: Nr katalogowy CR007-6201B

Pytanie nr 5

Pytanie 1 Część 1 pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

W odpowiedzi na zapytanie: Nr katalogowy U401-A



Pytanie nr 6

Pytanie 2 Część 1 pozycja 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

W odpowiedzi na zapytanie: **Nr katalogowy U403-01P, U403S-01P**

Pytanie nr 7

Pytanie 3 Część 1 pozycja 4

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

W odpowiedzi na zapytanie: **Nr katalogowy U401-A**

Pytanie nr 8

Pytanie 4 Część 1 pozycja 5

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

W odpowiedzi na zapytanie: **Nr katalogowy U401-A**

Pytanie nr 9

Pytanie 5 Część 1 pozycja 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

W odpowiedzi na zapytanie: **Numer katalogowy A1418-SA203PV. Nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający oczekuje czujnika typu Biolight. SWZ została odpowiednio zmodyfikowana.**

Pytanie nr 10

Pytanie 6 Część 1 pozycja 6

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujników o długości 3mb? reszta bez zmian.

W odpowiedzi na zapytanie: **Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

Pytanie nr 11

Pytanie 7 Część 2 pozycja 7

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu.

W odpowiedzi na zapytanie: **Nr katalogowy HP-2585-I**

Pytanie nr 12

Pytanie 8 Część 2 pozycja 9

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu.

W odpowiedzi na zapytanie: **Nr katalogowy CR007-6201B**

Pytanie nr 13

Pytanie 9 Część 2 pozycja 10

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu.

W odpowiedzi na zapytanie: **Nr katalogowy CRR007-6201B**



Pytanie nr 13

Część 4 poz.1

Jaką technologię oczekuje zamawiający? Nellcor, Nellcor OxiMax, Masimo?


W odpowiedzi na zapytanie: **Pytanie nie dotyczy asortymentu w Części 4.**

UWAGA

1. Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

2. Zamawiający wskazuje, iż przy składaniu oferty w formularzu ofertowym, w kolumnie „opis oferowanego przedmiotu zamówienia” należy, w przypadku braku modyfikacji formularza ofertowego, dokładnie określić oferowany parametr, a także powołać się na numer pozytywnie udzielonej odpowiedzi.

Z poważaniem,


ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
lek. med. Tomasz Uher