



Znak: AE/ZP-27-53/21

Tarnów, 2021-12-17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 214.000 EURO) na dostawę procesora tkankowego 1 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 8** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 8 regulacji temperatury stacji parafinowych w zakresie 45 - 70°C.
2. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 17** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 17 dwóch trybów startu programu: ustawienie daty, godziny zakończenia procesu i uruchomienie programu natychmiastowo.
3. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 17** – Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu w poz. 17, ustawienia programowanego końca procesu jest w zupełności wystarczające.
4. **Dotyczy SWZ** – Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, iż termin wykonania umowy tj. 60 dni od daty podpisania umowy został wyrażony w dniach roboczych ?
5. **Dotyczy SWZ** – Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, iż termin wykonania umowy tj. 60 dni od daty podpisania umowy został wyrażony w dniach roboczych ?
6. **Dotyczy pkt. 24.15 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** – Prosimy o modyfikację zapisów wzoru umowy w pkt. 24.15 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
7. **Dotyczy pkt. 24.15 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** – Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w pkt. 24.15, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w przypadku:
1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego - karę w wysokości 10% wartości umowy netto.
Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.
8. **Dotyczy pkt. 24.15 a), b) i d) SWZ – Projektowane postanowienia umowy** – Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji zapisów do projektu umowy w pkt. 24.15 a), b) i d) poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio do a) 0,1% , b) 2% oraz d) 0,1% zamiast obecnych z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. W tym miejscu należy

przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie, gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

9. Dotyczy pkt. 24 SWZ – Projektowane postanowienia umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy? Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji. Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13). Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

10. Dotyczy pkt. 24 SWZ – Projektowane postanowienia umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej? Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

11. Dotyczy pkt. 24.13 SWZ – Projektowane postanowienia umowy – Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację zapisów umowy dotyczącej gwarancji zapis pkt. 24.13 poprzez dodanie sformułowania o poniższej treści: Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany części lub elementu na nowy, jeżeli w okresie gwarancyjnym zostaną dokonane 3 naprawy gwarancyjne dotyczące tej samej części lub elementu, a urządzenie nadal będzie wykazywać uszkodzenia uniemożliwiające używanie sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.

12. Pytanie Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza również zaferowanie procesora tkankowego z regulacją temperatury stacji parafinowych w zakresie 45 - 70°C.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza również zaferowanie dwóch trybów startu programu: ustawienie daty, godziny zakończenia procesu i uruchomienie programu natychmiastowo zamiast ustawienia opóźnienia startu w przypadku programowanego początku procesu do minimum 80 h.

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad.2.



Ad. 4

Zamawiający informuje, iż odpowiedzią Ad.8 z dnia 13.12.2021r. zmienił treść SWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia do 80 dni od daty podpisania umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin ten dotyczy dni kalendarzowych.

Ad. 5

Zamawiający informuje, iż odpowiedzią Ad.8 z dnia 13.12.2021r. zmienił treść SWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia do 80 dni od daty podpisania umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin ten dotyczy dni kalendarzowych.

Ad. 6

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.15 SWZ.

Ad. 7

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.15 SWZ

Ad. 8

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.15 a) SWZ **zapis o treści:**

„a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,”

zmienia na zapis o treści:

„a) 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,”

2/w pkt.24.15 b) SWZ **zapis o treści:**

„b) 5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,”

zmienia na zapis o treści:

„b) 2 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,”

3/w pkt.24.15 d) SWZ **zapis o treści:**

„d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:

- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
- dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
- demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,”

zmienia na zapis o treści:

„d) 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:

- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
- dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
- demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,”

Ad. 9

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.16 SWZ **zapis o treści:**

„24.16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.24.15. SWZ nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.”

zmienia na zapis o treści:

„24.16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.24.15. SWZ nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.”

Ad. 10

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24 SWZ.

Ad. 11

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.13 SWZ.

Ad. 12

Zamawiający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.), przed upływem terminu składania ofert nie dokonuje badania i oceny parametrów zaferowanego przez Wykonawcę urządzenia. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem oraz poglądami doktryny nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek



Czy Zamawiający dopuści procesor próżniowy o następujących parametrach w odniesieniu do ofertowanych:

| Lp. | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane. Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
|-----|---|---|---|
| 1. | Procesor tkankowy typu karuzelowego | TAK | Procesor tkankowy typu próżniowego |
| 2. | Pojemność koszyka transportowego – minimum 120 kasetek | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 3. | Możliwość załadunku minimum dwóch koszy transportowych jednocześnie. | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 4. | Maksymalna pojemność procesora minimum 240 kasetek | TAK Punktacja: Warunek minimum 0 pkt. Wartość maksymalna 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 5. | Materiał wykonania koszyka transportowego – stal nierdzewna. | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 6. | Całkowita liczba stacji – minimum 12 | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 7. | Liczba stacji parafinowych – minimum 3 | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 8. | Regulacja temperatury stacji parafinowych w zakresie nie mniejszym niż od 45°C do 75°C | TAK | Regulacja temperatury stacji parafinowych w zakresie od 52°C do 65°C |
| 9. | Skok regulacji temperatury stacji parafinowych nie większy niż 1°C | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 10. | Możliwość pełnego wyjęcia podgrzewanych pojemników na parafinę z urządzenia bez użycia jakichkolwiek narzędzi | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 11. | Liczba stacji odczynnikowych – minimum 9 | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 12. | Materiał wykonania stacji odczynnikowych odporny na działanie alkoholu, ksylenu, parafiny, formaliny. | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 13. | Objętość każdej stacji minimum 1,8 litra | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 14. | System zapobiegający mieszaniu się odczynników. | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 15. | Zabezpieczenie przed włożeniem koszyka z preparatami do stacji parafinowej z zastygniętą parafiną | TAK | Parafina pompowana w stanie ciekłym do komory reakcyjnej.- nowocześniejsze rozwiązanie |
| 16. | Zakres regulacji czasu inkubacji koszyka transportowego z preparatami w stacjach w | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |

| | | | |
|----------------------------|---|---|---|
| | zakresie nie mniejszym niż: od 1 minuty do 90 h | | |
| 17. | Ustawienia opóźnienia startu w przypadku programowanego początku procesu do minimum 80 h | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 18. | Ustawienia programowanego końca procesu – do minimum 80 h | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 19. | Możliwość przerywania procesu w dowolnym momencie | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 20. | Funkcja agitacji (mieszania odczynnika w stacji odczynnikowej) | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 21. | Możliwość zapamiętania minimum 10 kompletnych, niezależnych od siebie programów | TAK Punktacja: Warunek minimum 0 pkt. Wartość maksymalna 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 22. | Możliwość zabezpieczania dostępu do wprowadzania zmian hasłem lub blokada klawiatury | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 23. | Sygnalizacja końca programu | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 24. | Wyświetlacz LCD wskazujący aktualne parametry pracy | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 25. | Wbudowany zegar czasu rzeczywistego | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 26. | Wbudowany lub zewnętrzny system zasilania awaryjnego (UPS) pozwalający na podtrzymanie pracy urządzenia w przypadku braku zasilania sieciowego | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 27. | Wbudowany system odprowadzania oparów odczynnikowych wraz z filtrem z węgla aktywnego. | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 28. | Na wyposażeniu urządzenia dociskacz do koszyka transportowego w przypadku pracy z niepełnym załadunkiem | TAK | System procesora tkankowego typu próżniowego nie wymaga tego typu dociskaczy |
| 29. | Menu do obsługi urządzenia w języku polskim lub języku angielskim | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| 30. | Zasilanie: 100-230V, 50/60Hz | TAK | Tak, Wykonawca spełnia ten warunek |
| Pozostałe wymagania | | | |
| 31. | Wszystkie dostarczone urządzenia i akcesoria po zamontowaniu i uruchomieniu mają być ze sobą kompatybilne i współpracować ze sobą zgodnie z przeznaczeniem. | TAK | Tak, wszystkie dostarczone urządzenia i akcesoria po zamontowaniu i uruchomieniu są ze sobą kompatybilne i współpracują ze sobą zgodnie z przeznaczeniem. |
| 32. | Wszystkie wymagane przeglądy, wraz z | TAK | Tak, wszystkie wymagane |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, w okresie gwarancji, wliczone w cenę oferty, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | | przeglądy, wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, w okresie gwarancji, wliczone w cenę oferty, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |
| 33. | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis w zakresie minimum 24 miesięcy na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym. | TAK Punktacja: Warunek minimum 0 pkt. Wartość maksymalna 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie | Tak, pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis w zakresie 24 miesięcy na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym. |
| 34. | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK | Tak, szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. |
| 35. | W okresie gwarancji przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK | Tak, w okresie gwarancji przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. |
| 36. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | TAK | Tak, wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. |