

Ldz. ... 1148 ... 2021

Olsztyn, dnia 16.07.2021 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania nr 166/2021/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020”

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 4

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1. dotyczy części nr 3

Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym części 3 (zamrażarka niskotemperaturowa):

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z wymiarach zewnętrznych: (SxGxW): 846 x 975 x 1997 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści zamrażarki o wymiarach zewnętrznych: (SxGxW): 846 x 975 x 1997 mm.

2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z 4 drzwiami wewnętrznymi?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zamrażarkę z 4 drzwiami wewnętrznymi, jednak pierwszeństwo będą miały oferty na zamrażarkę z 2 drzwiami wewnętrznymi (preferowane).

Z poważaniem,

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Odpowiedzi udzielił: dr inż. Beata Stasiewicz

Sporządziła: mgr Katarzyna Sądaj

mgr Katarzyna Sądaj

Katarzyna Sądaj