



Miejscowość 59-500 Złotoryja , dnia 04.03.2022

Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej w Złotoryi Anna Jędrusiak

Kwiska 1

59-500 Złotoryja

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: Dostawa Aparatu USG dla Przychodni Rejonowej w Złotoryi.

Numer postępowania 2022/BZP 00063835/01

Tryb postępowania: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)

Link do postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/576584>

Działając na mocy art. 222 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:

1. Otwarcie ofert odbyło się w 04-03-2022 godz. 10:30:00 w platformazakupowa.pl dniu

2. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

2.1 Dostawa Aparatu USG dla Przychodni Rejonowej w Złotoryi.

172800.00 BRUTTO PLN

3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Część 1 – Dostawa Aparatu USG dla Przychodni Rejonowej w Złotoryi.

Lp	Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy	Cena brutto 60%	Okres gwarancji 10%	Parametry techniczne punktowane - Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania 5%	Parametry techniczne punktowane - Panel sterowania 5%	Parametry techniczne punktowane - Dynamika aparatu min. 300 dB 5%	Parametry techniczne punktowane - Przetwornik min. 24 bit 3%	Parametry techniczne punktowane - Częstotliwość odświeżania obrazu 2D 3%	Parametry techniczne punktowane - Możliwość rozbudowy o: głowica liniowa szerokopasmow a 3%

1.	ProfiMedical Sp. z o.o. Sp. k. Mirosław Bestry Świętojańska 2a 41-400 Mysłowice	169992,00	24 miesiące	4 718 592	Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół 20cm oraz obrót +/- 180°	Dynamika aparatu 320 dB	Przetwornik 40 bit	Częstotliwość odświeżania obrazu 2D 1.900 Hz	Głowica liniowa L12-5, liczba elementów akustycznych 512,
----	---	-----------	-------------	-----------	---	-------------------------	--------------------	--	---

Część 1 - Dostawa Aparatu USG dla Przychodni Rejonowej w Złotoryi., kontynuacja

Lp	Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy	Parametry techniczne punktowane - Możliwość rozbudowy o: głowica przezprzełyko wa, wielopłaszczy znowa, wieloczęstotli wościowa 3%	Parametry techniczne punktowane - Możliwość rozbudowy o funkcję wyświetlania obrazu diagnostycznego o „na żywo” 3%
----	---	--	--

1.	ProfiMedical Sp. z o.o. Sp. k. Mirosław Bestry Świętojańska 2a 41-400 Mysłowice	Głowica przezprzełykowa X7-2t, ilość kryształów tworzących obraz 2.500 ,	Możliwość wyświetlania obrazu diagnostycznego o powyżej 80-ciu % powierzchni monitora
----	---	---	---

4. Skład komisji przetargowej:

Lp.	Rola	Imię i Nazwisko
1.	Przewodniczący	Anna Jędrysiak
2.	Sekretarz	Justyna Mardyla
3.	Członek	Beata Manowiec

Informacje dodatkowe:



SPOŁECZYSTWO PSYCHOLÓŻÓW
ZAKŁADÓW OPIEKI DZIECIĘCIEJ
PSYCHOGERIATRII I GERIATRII