



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę protez i łąt naczyniowych, znak sprawy ZP-24-034BN

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp,, SPSKM jako Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1, pakiet nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie protez naczyniowych z zewnętrzną aksamitną powierzchnią gwarantującą doskonałe wsparcie przyczepu sąsiadujących tkanek, wysoka odporność na rozszerzanie obwodowe, impregnowane kolagenem CXE wolnym od formaldehydów i aldehydu glutarowego, gładka i teksturowana ściana endoluminalna dla wsparcia wrastania komórek. Proteza na całej długości wyposażona w dwie czarne linie prowadzące pojedyncze i podwójne naprzeciw siebie, aby uniknąć skręcania protezy podczas zabiegu. Rozmiary wymagane przez Zamawiającego 12x6 oraz 18x9 o długości 45cm.

Odp. Nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 2, pakiet nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie protez naczyniowych z zewnętrzną aksamitną powierzchnią gwarantującą doskonałe wsparcie przyczepu sąsiadujących tkanek, wysoka odporność na rozszerzanie obwodowe, impregnowane kolagenem CXE wolnym od formaldehydów i aldehydu glutarowego, gładka i teksturowana ściana endoluminalna dla wsparcia wrastania komórek. Proteza na całej długości wyposażona w dwie czarne linie prowadzące pojedyncze i podwójne naprzeciw siebie, aby uniknąć skręcania protezy podczas zabiegu.

Pozycja A : 8-18mm / 15cm

Pozycja B : 6-10mm / 60cm

Pozycja D : 8mm / 100cm

Pozycja C : Proteza naczyniowa o miękkiej i elastycznej strukturze (dziany poliester), wysoka odporność na rozszerzanie obwodowe, wysoka stabilność wymiarowa, impregnowane kolagenem CXE wolnym od formaldehydów i aldehydu glutarowego. Przepuszczalność wody mniejsza niż 5ml/cm²/min.

Rozmiar : 6-10mm/40cm

Odp. Nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 3, pakiet nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łąt naczyniowych impregnowanych kolagenem CXE wolnym od formaldehydów i aldehydu glutarowego, o grubości mniejszej niż 0,5mm. Rozmiar 14x75mm.

Odp. Nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 4, pakiet nr 5

Czy zamawiający w zadaniu nr 5 wyodrębni pozycje a,b,c i dopuści następujące parametry? Proteza prosta, niezbrojona, Impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, jednowarstwowa, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetyleny (PTFE).

Proteza o ścianie regularnej: długość 10;20;30;40;50;70;80cm i średnice 4;5;6;7;8mm (w zależności od długości).

Proteza o ścianie cienkiej: długość 10;40;50;70;80cm i średnice 4;5;6;7;8mm (w zależności od długości)

Odp. Nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.



Pytanie 5, dotyczy §3 projektu umowy:

Czy Zamawiający uzna za skuteczne dostarczenie faktury w formacie pdf za pośrednictwem poczty e-mail? W przypadku zgody na powyższe, prosimy o uwzględnienie zapisu w umowie wraz ze wskazaniem adresu e-mail, na który należy przestać fakturę.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 6, dotyczy §4 ust. 2 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej do 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 7, dotyczy §4 ust. 3 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar do 20% wartości brutto umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 8, pakiet nr 5 poz. 1a

Czy w Pak. nr 5 poz. 1a Zamawiający dopuści protezy o średnicach od 5mm do 8mm i grubości ściany 0.64mm (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odp. Nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 9, pakiet nr 5 poz. 1b

Czy w Pak. nr 5 poz. 1b Zamawiający dopuści protezy cienkościenne, ze zbrojeniem 60cm przy średnicy 6mm oraz 70cm przy średnicy 8mm (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odp. Nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 10, pakiet nr 5 poz. 1c

Czy w Pak. nr 5 poz. 1c Zamawiający dopuści protezy o dł. 45cm i grubości ściany 0.64mm (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odp. Nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 11, pakiet nr 5 poz. 1d

Czy w Pak. nr 5 poz. 1d Zamawiający dopuści protezy cienkościenne (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odp. Nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 12, pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści protezę długości 50 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza protezy o długości 50cm. Zgodnie z art. 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Było: długości 45cm

Jest: długości 45cm (+5cm)

Było: Pakiet nr 1 Protezy naczyniowe dziane długości 45cm

Jest: Pakiet nr 1 Protezy naczyniowe dziane długości 45cm (+5cm)

Skorygowany Pakiet nr 1 w załączeniu.

UWAGA!!! Złożenie wraz z ofertą formularza asortymentowo – cenowego dla Pakietu numer 1 sprzed modyfikacji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Pytanie 13, pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści protezy długości 20, 40 oraz 70cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza protezy o długości 20cm, 70cm, 40cm. Zgodnie z art. 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:



Było: poz. 1a długość 15cm
Jest: poz. 1a długość 15cm (+5cm)
Było: poz. 1b długość 60cm
Jest: poz. 1b długość 60cm (+10cm)
Było: poz. 1c długość 30cm
Jest: poz. 1c długość 30cm (+10cm)
Skorygowany Pakiet nr 2 w załączeniu.

UWAGA!!! Złożenie wraz z ofertą formularza asortymentowo – cenowego dla Pakietu numer 2 sprzed modyfikacji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Pytanie 14, pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści protezy:

- pkt a. długości 70cm;
- pkt b. 6x80cm i 8x70cm, zbrojenie zewnętrzne na całej długości protezy z możliwością łatwego usunięcia zbrojenia bez uszkodzenia ściany protezy;
- pkt c. stożkowa 4-6 długości 45cm ;
- pkt d. 6x50cm, 7x50cm, 8x50cm, , zbrojenie zewnętrzne na całej długości protezy z możliwością łatwego usunięcia zbrojenia bez uszkodzenia ściany protezy? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza tylko protezy o długości: poz. 1c - 45cm i 1d - 50cm.

Zgodnie z art. 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Było: poz. 1c długość 40cm
Jest: poz. 1c długość 40cm (+5cm)
Było: poz. 1d długość 40cm
Jest: poz. 1d długość 40cm (+10cm)
Skorygowany Pakiet nr 5 w załączeniu.

UWAGA!!! Złożenie wraz z ofertą formularza asortymentowo – cenowego dla Pakietu numer 5 sprzed modyfikacji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Pytanie 15, dotyczy §4 projektu umowy:

Prosimy o zmniejszenie kar do:

- 0,5% - dot. pkt 1 (zamiast 2%)
- 10% - dot. pkt. 2
- 20 % - dot. kar łącznych – pkt. 3.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 16, dotyczy §2 pkt. 4 projektu umowy:

Zwracam uwagę na sprzeczność tego postanowienia z §1 ust. 5, gdzie określono zakres godzinowy: „od godz. 8.00 do godz. 14.00”

Odp. Zamawiający koryguje omyłkę w następujący sposób:

Było: §1 ust. 5 „Dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 14.00. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.”

Jest: §1 ust. 5 „Dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 7.00 do godz. 14.00. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.”

Było: §2 pkt. 4 „Wykonawca zobowiązany jest do podpisania nadanej paczki tytułem „Apteka Szpitalna - magazyn wyrobów medycznych” oraz do dostarczenia przesyłki do budynku nr 3 do magazynu wyrobów medycznych w godzinach pracy Apteki Szpitalnej 7:00-14:35 w dni robocze.”

Jest: §2 pkt. 4 „Wykonawca zobowiązany jest do podpisania nadanej paczki tytułem „Apteka Szpitalna - magazyn wyrobów medycznych” oraz do dostarczenia przesyłki do budynku nr 3



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach**

do magazynu wyrobów medycznych w godzinach od 7.00 do godz. 14.00. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.”

Zgodnie z art. 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz koryguje treść Rozdz. III pkt. 3 SWZ w zakresie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

BYŁO: „Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni **do dnia 07.06.2024r.**”
JEST: „Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni **do dnia 14.06.2024r.**”

**Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień
16.05.2024r. godz.: 08:00
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.: 08:30**