



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

DKD/ /2020/MW

Gdańsk, dnia 05.05.2020r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NR (2)

Dotyczy: Dostawa wyposażenia pomieszczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku w ramach zadania Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych - wyposażenie sali środowiskowej i chemicznej.

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygnatura akt 60/BZP-U.500.32/2020/MK Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ust. 1 i 2 przekazuje, poniższe wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 2

Sala Chemiczna: pozycja 24. Wstrząsarka z sitami.

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z zasilaniem 230 V oraz poborem mocy 150 VA?

Odpowiedź 2

Tak

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę obsługującą kolumnę z zestawem dziesięciu sit o wysokości 50mm, przy jednorazowym wytrząsaniu?

Odpowiedź 3

Tak

Pytanie 4

Prosimy o podanie wymiarów oczek oraz średnicy sit, jakimi Zamawiający jest zainteresowany.

Odpowiedź 4

Średnica sit 200 mm, średnica oczek 0.1 mm, 0,2 mm, 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm.

\$ImieNazwiskoPodpisujacego

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 13-05-2020