



**SPZOZ**  
W WIELUNIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU  
ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wieluń · e-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl  
NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 68 00 · Fax: 43 840 68 01

Wieluń, dnia 21.06.2022 r.

Numer sprawy: **SPZOZ-ZP/2/24/242/10/2022**

Do wszystkich zainteresowanych wykonawców,  
którzy pobrali SWZ

## **ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Sukcesywne dostawy środków do mycia i dezynfekcji.**

Zamawiający: SPZOZ w Wieluniu informuje, że za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma zakupowa) zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Spełniając wymóg art. 284 ust. 2 i ust. 6 poniżej udostępniamy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie 1**

*Pakiet 17*

*Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SWZ na bazie 2% chlorheksydyny i alkoholu etylowego.*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ i załączników do niej.

### **Pytanie 2**

*Dotyczy pakietu 23, poz.2 - Czy Zamawiający miał na myśli Wyrób medyczny klasy IIB, samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchloraowego 40 ppm i podchlorynu sodu 40 ppm spełniający pozostałe warunki swz?*

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

### **Pytanie 3**

*Dotyczy SWZ, Rozdz. VI. pkt.2,2 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie złożenia zezwolenie na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia w przypadku składania oferty na wyroby medyczne - dotyczy Pakietu 23.*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

### **Pytanie 4**

*Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 6 dopisać na końcu ustęp 7 o treści:*

*Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."*

*(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczenie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).*

*lub*

*o dopisanie na końcu paragrafu 6 ustęp 7 o treści:*



*Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany.*

*lub*

*o dopisanie na końcu paragrafu 6 ustęp 7 o treści:*

*"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto tejże faktury.*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy treści Projektu umowy.

### **Pytanie 5**

*Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający w trosce o zachowanie zasad uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji nr 1, 1.1, 2, 2.1. Podział pakietu nie narusza zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ i załączników do niej.

### **Pytanie 6**

*Zwracam się z wnioskiem o potwierdzenie, że wymóg posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej określony w pkt SWZ VI.2.2 dotyczy wykonawców oferujących produkty lecznicze.*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

### **Pytanie 7**

***Do pakietu nr 18 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat gotowy do użycia, wymagający aktywacji (do 15 minut) preparat w płynie do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów na poziomie sporobójczym na bazie kwasu nadoctowego, o pH 7-9 działający bójczo na B (*P.aeruginosa*, *S.aureus*, *E.hirae*, ), Tbc (*M. avium*, *M. terrae*), F (*C. albicans*, *A. Brasiliensis*), V (Polio, Adeno, Noro), S (*B. subtilis*, *B. cereus*, *C. difficile*) w czasie 5 min, zachowujący swoją aktywność biobójczą powyżej 14 dni, kontrolowaną za pomocą testów paskowych. Opakowanie 5000ml?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ i załączników do niej.

### **Pytanie 8**

***Do pakietu 18 poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści do oceny enzymatyczny preparat do manualnego i automatycznego mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestetycznego i innych wyrobów medycznych, na bazie kompleksu enzymatycznego, środków powierzchniowo czynnych, stabilizatorów, inhibitorów, stężenie robocze 0,5%, szerokie zastosowanie – mycie w myjniach do endoskopów, pH 6-8, wykazujący optymalne działanie myjące w czasie 5 minut, wyrób medyczny klasy I, kanister 5L?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ i załączników do niej.

### **Pytanie 9**

***Do pakietu nr 18 poz. 3:** Czy zamawiający dopuści do oceny paski konfekcjonowane w op. a'14 sztuk z przeliczeniem ilości op., kompatybilne z preparatem z poz.1?*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ i załączników do niej.

#### **Pytanie 10**

**Dotyczy pakietu nr 4, poz. nr 2** – Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny mydło konfekcjonowane w opakowania o pojemności 500ml z pompką zamiast 1000ml z pompką z odpowiednim przeliczeniem opakowań, tj. 120 op. 500ml zamiast 60 op. 1l?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ i załączników do niej.

#### **Pytanie 11**

**Dotyczy pakietu nr 9, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Suma Alcohol Spray na bazie mieszaniny alkoholi: etanol (do 78g) i izopropanol (do 3-10 g) do szybkiej dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych powierzchni, wyrobów medycznych. Bezbarwny i bezzapachowy, niezawierający w składzie substancji sklasyfikowanych jako drażniące drogi oddechowe, bez zawartości aldehydów, chloru i czwartorzędowych związków amonowych, niepozostawiający plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach, z możliwością stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością, wykazujący działanie bójcze wobec: B,F, Tbc, V/Polio, Adeno, Noro/ w czasie do 1 minuty, zarejestrowany produkt biobójczy, konfekcjonowany w opakowaniach 750ml w miejsce 1000 ml ze spryskiwaczem po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania zgodnie z regułą matematyczną?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ i załączników do niej.

#### **Pytanie 12**

**Dotyczy pakietu nr 9, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Mediquick, zawierający w składzie- 100 g płynu zawiera: 25,9 g Etanol, 11,8 g propan-2-ol, 0,2 g alkylobiguanide; zarejestrowany jako wyrób medyczny, wykazujący potwierdzone badaniami działanie- bakteriobójcze – 30 sek.; Tbc ( M.terrae) – 5 min.; drożdżakobójcze – 1 min.; wirusobójcze VACCINIA, HIV/HBV/HCV – 30 sek., Noro - 5 min., dopuszczony do kontaktu z żywnością?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ i załączników do niej.

#### **Pytanie 13**

**Dotyczy pakietu nr 12:** Czy Zamawiający dopuści do oceny dozownik uniwersalny o poniższych parametrach:

- wykonany z trwałych, wytrzymałych tworzyw – ABS i stal nierdzewna
- dedykowany do dozowania preparatów myjących, dezynfekujących oraz pielęgnujących
- dostosowany do butelek o pojemności 500 ml i 1000 ml – specjalny adapter w komplecie
- regulacja objętości dozy – 0.6 ml, 1.3 ml, 2.0 ml
- wyposażony w płytkę montażową, klucz, opcjonalnie w podstawkę pod dozownik
- łokciowe dozowanie preparatu po naciśnięciu na ramię dozownika
- przezroczysta pokrywa umożliwia identyfikację wkładu i kontrolę jego zużycia
- wymiary: wys. 335 mm, szer. 108 mm, głęb. 222 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ i załączników do niej.

#### **Pytanie 14**

**Dotyczy pakietu nr 18, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu termolabilnych endoskopów i innych wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego, posiadający w składzie nadtlenek wodoru do 5% i kwas octowy, z możliwością

zastosowania do dezynfekcji maszynowej, zachowujący aktywność biobójczą do 15 dni, z możliwością kontroli aktywności za pomocą testów paskowych, nie wymagający czasu aktywacji, wykazujący aktywność biobójczą wobec B, Tbc, F, V, S(B.cereus, B.subtilis, C.difficile) – 5 minut, o potwierdzonej skuteczności sporobójczej i działania bójczego wobec spor C.difficile R027 wg EN 17126, konfekcjonowany w opakowaniach 5l, zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. IIb?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ i załączników do niej.

#### Pytanie 15

**Dotyczy pakietu nr 18 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści do oceny enzymatyczny preparat do manualnego i automatycznego mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestetycznego i innych wyrobów medycznych, zawierający enzymy, niejonowe i kationowe środki powierzchniowo czynne, związki chelatujące, wykazujący skuteczność mycia w stężeniu roboczym od 0,3% do 1%, z możliwością zastosowania w myjniach do endoskopów, o pH w zakresie 8-9 w roztworze, o szybkim działaniu – już po 30 sek. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, konfekcjonowany w opakowaniach 5L?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ i załączników do niej.

#### Pytanie 16

Czy zamawiający w pakiecie 2 pozycji 1 dopuści preparat spełniający wymagania SWZ o spectrum: B, Tbc, F, V, HBV, HCV, HIV, Rota i noro. Konfekcjonowany w opakowaniach 5 l i 1 l z atomizerem tworzącym pianę z przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ i załączników do niej.

#### Pytanie 17

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycji 2 dopuści preparat spełniający zapisy SWZ posiadający w swoim składzie max do 70 % alkoholu . o spektrum działania B ( w tym MRSA), F, Tbc, V (HIV, HCV, HBV, Rota i Noro w czasie do 60 sek?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ i załączników do niej.

#### Pytanie 18

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycji 1 dopuści preparat spełniający wymagania SWZ o spektrum działania: B, F, Tbc, V ( HCV, HBV, HIV, Rota, Noro) ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ i załączników do niej.

#### Pytanie 19

Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuści preparat spieniający wymagania SWZ na bazie mieszaniny alkoholi: etanol ( max do 63,7 g), izopropanolu max do 7 g. o spektrum działania: B, F, Tbc, V (HCV, HIV, HBV, BVDV) Rota, vaccina, Noro?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ i załączników do niej.

#### Pytanie 20

Czy Zamawiający w pakiecie 12 pozycji 1 dopuści dozownik spełniający wymagania SWZ o wymiarach: szer. 10 cm, gł. 13,5 cm, wys. 28 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ i załączników do niej.

#### Pytanie 21

**Pakiet 12.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, ściennego uniwersalnego dozownika łokciowego, dostosowanego do butelek o pojemności **500ml i 1000l**, obudowa wykonana z tworzywa sztucznego ABS, części metalowe ze stali szlachetnej, zapewniającego proste i dokładne dozowanie środków do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji, łatwego w montażu i demontażu, do stosowania środków w opakowaniach oryginalnych (bez konieczności przelewania), wyjmowana pompka dozująca, regulowana ilość dozowanego preparatu od 1ml do 3 ml, wymiary dozownika: wys. 300mm, szer. 88mm, głębokość 210mm, długość ramienia: 195mm, kontrola ilości płynu w pojemniku jest możliwa w każdej chwili dzięki wygodnej konstrukcji dozownika, tzn. butelka z preparatem jest widoczna i zapewnia bieżący monitoring płynu, sposób dozowania preparatu eliminuje możliwość kapania i przeciekania preparatu?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ i załączników do niej.

## Pytanie 22

**Pakiet 14.Poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej o długości całkowitej 15,8 cm +/- 2mm, długość części gąbkowej 2,5 cm. Gąbka do toalety jamy ustnej z poprzecznym pofałdowaniem pokryta dwuwęglanem sodu w kolorze zielonym. Wykonana z tworzywa bez zawartości lateksu. Pakowana pojedynczo.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

## Pytanie 23

**Pakiet 14. Poz. 2.** Prosimy o dopuszczanie tamponów nasyconych 2% roztworem chlorheksydyny przeznaczonych do higienicznej dezynfekcji nieuszkodzonej i niezmienionej chorobowo skóry, bez użycia wody. Skuteczność bakteriobójcza już po 1 min. Skuteczność oferowanego produktu została potwierdzona badaniami wykonanymi wg norm: EN 13727, EN 13624, EN 1499. Łączna dawka chlorheksydyny: nie mniej 3000 mg / opakowanie. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej przed użyciem – 20 sek. / 600 W. Tampony wykonane z całkowicie syntetycznej włókniny poliestrowej, rozmiar min. 19 cm x 19 cm, 10 szt. w opakowaniu typu flip-top.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

## Pytanie 24

**Pakiet 14. Poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach **20 x 20 cm**, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością **aloesu, witaminy E** oraz simetikonu, **bez lateksu**, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z  **dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania**, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. **Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta)\* 8 myjek w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym.** Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ i załączników do niej.

## Pytanie 25

**Pakiet 14. Poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie : Szczoteczka do zębów z odsysaniem, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi, oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni. Łączna długość 18 cm +/- 4mm, długość części czyszczącej 2,5 cm +/-

4mm zawierająca 2700+/- 100 miękkich nylonowych włosków. Pakowana pojedynczo. **Wyrób medyczny zarejestrowany w klasie IIa.**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ, jeżeli mają wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.**

Zatwierdził:

.....

podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

(Na oryginale właściwy podpis: p.o. Dyrektora SPZOZ w Wieluniu Anna Freus)