

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  
w Białymstoku  
15-959 Białystok, ul. Zwycięstwa 26A  
NIP 542-00-13-897 REGON 000093734  
BDO 000014763

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu

Znak sprawy: WIW-AG.272.11.2024  
Nr ogłoszenia: 2024/BZP 00570965

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę sprzętu laboratoryjnego

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 26A, 15-959 Białystok, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2024 poz. 1320), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości oraz wprowadza następującą zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1. *Wykonawca pyta, czy w zakresie I części zamówienia Zamawiający dopuści autoklaw z zakresem programowania temperatury pracy w przedziale od 98 do 135 st. C oraz ciśnienia do 2,8 bar. Zdaniem Wykonawcy nie ma podstaw, aby prowadzić proces wyjaławiania w wyższych temperaturach i ciśnieniu.*

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie autoklawu z zakresem programowania temperatury pracy w przedziale od 98 do 135 st. C. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania autoklawu z zakresem programowania ciśnienia do 2,8 bar.**

2. *Wykonawca pyta, czy w zakresie I części zamówienia Zamawiający dopuści autoklaw o wymiarach komory sterylizacyjnej (śr. x gł.) 500 x 660 mm, przy zachowaniu wymogu pojemności. Zdaniem Wykonawcy komora o mniejszej głębokości jest dla Zamawiającego korzystniejsza, ponieważ jest łatwiejsza w załadunku i rozładunku autoklawu.*

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie autoklawu o wymiarach komory sterylizacyjnej (śr. x gł.) 500 x 660 mm, przy zachowaniu wymogu pojemności.**

3. *Wykonawca pyta, czy w zakresie I części zamówienia Zamawiający dopuści autoklaw o wymiarach całkowitych zewnętrznych (szer. x gł. x wys.): 840 x 700 x 965 mm. Zdaniem Wykonawcy autoklaw o takich wymiarach jest dla Zamawiającego korzystniejszy, ponieważ jest łatwiejszy w załadunku.*

**Zamawiający nie dopuszcza ze względu na zbyt dużą szerokość oferowanego urządzenia.**

4. *Wykonawca pyta, czy w zakresie I części zamówienia Zamawiający dopuści autoklaw z komorą dwuścienną. Tego typu budowa zapewnia bardziej równomierne nagrzewanie komory i wydajne chłodzenie lub możliwość doposażenia autoklawu w przyszłości w system szybkiego chłodzenia. Zdaniem Wykonawcy nie ma przesłanek, że komora jednościenna jest lepsza.*

**Zamawiający dopuszcza.**

5. *Wykonawca pyta, czy w zakresie I części zamówienia Zamawiający dopuści autoklaw z ramą nośną wykonaną ze stali ocynkowanej i częścią zewnętrzną (obudową) wykonaną ze stali malowanej proszkowo, która jest równie trwała i łatwa do utrzymania w czystości.*

**Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania autoklawu z częścią zewnętrzną (obudową) wykonaną ze stali malowanej proszkowo.**

6. Wykonawca pyta, czy w zakresie I części zamówienia Zamawiający dopuści autoklaw ze zwykłą uszczelką z termoodpornego silikonu, zamiast pneumatycznej. Zamawiający wymaga bezobsługowej uszczelki (specyfikowana pneumatyczna uszczelka nie jest bezobsługowa, ponieważ wymaga do obsługi urządzenia - kompresora). Zdaniem Wykonawcy zwykła uszczelka jest tańsza w eksploatacji, nie wymaga dodatkowego osprzętu oraz jest bezawaryjna. Ponadto zwykła uszczelka spełnia taką samą funkcję jak uszczelka pneumatyczna – skutecznie uszczelnia pokrywę autoklawu.

**Zamawiający dopuszcza.**

7. Wykonawca pyta, czy w zakresie I części zamówienia Zamawiający dopuści autoklaw bez kompresora. W oferowanych przez Wykonawcę autoklawach kompresor służy wyłącznie do funkcji podtrzymania ciśnienia w przypadku sterylizacji płynów w hermetycznie zamkniętych naczyniach. Jeśli Zamawiający nie będzie sterylizował hermetycznie zamkniętych naczyń, kompresor jest zbędnym wyposażeniem. Jeśli Zamawiający będzie sterylizował płyny w szczelnie/hermetycznie zamkniętych naczyniach, Wykonawca prosi o dopuszczenie kompresora zewnętrznego (niewbudowanego).

**Zamawiający wyjaśnia, że wymaga wyposażenia oferowanego autoklawu w kompresor, ponieważ dokonuje sterylizacji płynów w szczelnie zamkniętych naczyniach. Zamawiający nie dopuszcza zainstalowania kompresora zewnętrznego ze względu na ograniczone miejsce na terenie pracowni.**

8. Wykonawca pyta, czy w zakresie I części zamówienia Zamawiający dopuści kosz siatkowy, wykonany ze stali nierdzewnej, dopasowany do komory autoklawu, o wymiarach 500 x 200 mm (śr. x wys.) – będzie możliwość jednoczesnego załadunku 3 takich koszy. Wykonawca prosi o doprecyzowanie, dostarczenia ilu sztuk takich koszy Zamawiający wymaga.

**Zamawiający dopuszcza i wyjaśnia, że wymaga dostarczenia jednego kosza.**

9. Wykonawca pyta, czy w zakresie I części zamówienia Zamawiający dopuści kosz siatkowy, wykonany ze stali nierdzewnej, dopasowany do komory autoklawu, o wymiarach 500 x 300 mm (śr. x wys.) – będzie możliwość jednoczesnego załadunku 2 takich koszy. Wykonawca prosi o doprecyzowanie, dostarczenia ilu sztuk takich koszy Zamawiający wymaga.

**Zamawiający dopuszcza i wyjaśnia, że wymaga dostarczenia jednego kosza.**

10. Wykonawca pyta, czy w zakresie I części zamówienia Zamawiający dopuści autoklaw z panelem sterowania umieszczonym na pokrywie, zamiast na płycie czołowej. Obsługa autoklawu oraz odczyt parametrów pracy będą możliwe zarówno przy otwartej jak i zamkniętej pokrywie. Zdaniem Wykonawcy umiejscowienie panelu sterowania nie ma znaczenia funkcjonalnego, w obu przypadkach obsługa autoklawu jest równie wygodna.

**Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania autoklawu z panelem sterowania umieszczonym na pokrywie, ponieważ jest to w jego ocenie mniej funkcjonalne rozwiązanie.**

11. Wykonawca pyta, czy w zakresie I części zamówienia Zamawiający dopuści autoklaw, w którym dostęp do menu zmiany ustawień i edycji programów pracy będzie zabezpieczone hasłem przed nieautoryzowanym dostępem.

**Zamawiający dopuszcza.**

12. Wykonawca pyta, czy w zakresie I części zamówienia Zamawiający dopuści autoklaw z systemem pomiaru ciśnienia wytwornicy pary oraz komory sterylizacyjnej przez wbudowane, certyfikowane czujniki ciśnienia, ze wskazaniem wartości ciśnienia na wyświetlaczu autoklawu. Zdaniem Wykonawcy tego typu rozwiązanie jest nowocześniejsze i powszechnie stosowane w autoklawach laboratoryjnych.

**Zamawiający dopuszcza.**

13. Wykonawca pyta, czy w zakresie I części zamówienia Zamawiający dopuści autoklaw z zaworem wyrównującym ciśnienie, umieszczonym pod pokrywą zewnętrzną, dla ochrony przed przypadkowym wciśnięciem. Zdaniem Wykonawcy usytuowanie zaworu nie ma znaczenia funkcjonalnego.

**Zamawiający dopuszcza.**

14. Wykonawca pyta, czy w zakresie I części zamówienia Zamawiający dopuści autoklaw z głównym wyłącznikiem zlokalizowanym z boku sterylizatora. Zdaniem Wykonawcy usytuowanie wyłącznika z boku zapewnia równie szybki dostęp, a przy okazji chroni przed przypadkowym jego wciśnięciem.

**Zamawiający dopuszcza.**

15. Wykonawca pyta, czy w zakresie I części zamówienia Zamawiający dopuści autoklaw z pokrywą odchylaną do góry, nie wystającą poza obrys obudowy autoklawu. Zdaniem Wykonawcy sposób otwierania pokrywy nie ma znaczenia funkcjonalnego. Większość autoklawów na rynku posiada pokrywę unoszoną do góry i jest to rozwiązanie powszechne. Autoklaw z pokrywą unoszoną do góry zajmuje mniej miejsca. Ponadto zdaniem Wykonawcy Zamawiający specyfikując autoklaw z pokrywą otwieraną na bok wskazuje jednoznacznie na konkretną dostawcę.

**Zamawiający dopuszcza.**

16. Wykonawca pyta, czy w zakresie I części zamówienia Zamawiający dopuści autoklaw z automatycznie kalibrowanym czujnikiem ciśnienia oraz czujnikiem temperatury skalibrowanym fabrycznie przez producenta.

**Zamawiający dopuszcza.**

17. Wykonawca pyta, czy w zakresie I części zamówienia Zamawiający dopuści autoklaw z 5-letnią gwarancją na zbiornik ciśnieniowy.

**Zamawiający nie dopuszcza.**

18. Wykonawca pyta, czy w zakresie IV części zamówienia (dygestorium) Zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji o 3 tygodnie.

**Zamawiający nie dopuszcza.**

19. Wykonawca pyta, czy w zakresie V części zamówienia Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, dla którego zakres pomiaru stężenia dsDNA wynosi: od 1 ng/ul do 16 500 ng/ul, bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania. **Próg detekcji – 1 ng/ul z możliwością pomiaru tylko 0,3 ul próby, to szczególnie istotny parametr przy izolacji z trudnych materiałów i uzyskiwaniu niewielkiej ilości materiału.** Natomiast wymagany górny zakres znacznie przewyższa potrzeby większości użytkowników i możliwości techniczne zestawów do izolacji, bądź też wymagań aplikacyjnych związanych z PCR, RT-PCR, mikromacierzy i NGS. Ponadto zdaniem Wykonawcy zastosowany typ detektora: matryca CMOS zawierająca minimum 4096 elementów światłoczułych dodatkowo wpływa na czułość, powtarzalność, precyzję i jakość pomiarów.

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia, dla którego zakres pomiaru stężenia dsDNA wynosi od 1 ng/ul do 27000 ng/ul.**

20. Wykonawca pyta, czy w zakresie V części zamówienia Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w termostatowane gniazdo na kuwety współpracujące z kuwetami standardowymi oraz do wirtualnego rozcieńczania 10 oraz 20-krotnego, co szczególnie pomocne może być przy rozszerzeniu aplikacyjnym metod pomiarowych badacza.

**Zamawiający dopuszcza.**

21. Wykonawca pyta, czy w zakresie V części zamówienia Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z wbudowanym worteckiem zapewniającym optymalną intensywność homogenizacji materiału przed pomiarem.

### **Zamawiający dopuszcza.**

22. Wykonawca twierdzi, że Zamawiający w rozdziale III SWZ oraz § 1 ustęp 5 wzoru umowy zapisał: „Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar w terminie do 20.12.2024 roku. Dostarczenie towaru zostanie potwierdzone podpisaniem przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru przedmiotu umowy.” Wykonawca pyta, czy Zamawiający może zagwarantować podpisanie umowy na 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem. Wykonawca pyta, czy Zamawiający może zagwarantować podpisanie umowy w postaci elektronicznej, co by przyspieszyło proces realizacji. Wykonawca wskazuje, że aparat wymieniony w części V zamówienia jest produkowany i magazynowany poza granicami kraju, jego producent deklaruje czas dostawy do 21 dni, co uniemożliwia Wykonawcy oszacowanie ryzyka nieterminowej realizacji.

**Zamawiający wyjaśnia, że nie może zagwarantować podpisania umowy na 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem, natomiast dopuszcza podpisanie umowy w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

23. Wykonawca twierdzi, że Zamawiający w § 5 ustęp 7 wzoru umowy zapisał: „W przypadku braku reakcji w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Taka naprawa nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy oraz gwarancji producenta aparatu.” Wykonawca wnosi o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: „W przypadku braku reakcji w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Taka naprawa nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy oraz gwarancji producenta aparatu, o ile będzie dokonana przez autoryzowany przez producenta przedmiotu umowy serwis.”. Prośbę swą Wykonawca motywuje tym, iż naprawy dokonane przez nieautoryzowany przez producenta serwis powodują przerwanie biegu gwarancji.

**Zamawiający w odpowiedzi zmienia treść w § 5 ust. 7 wzoru umowy na następującą: „W przypadku braku reakcji w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Taka naprawa nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy oraz gwarancji producenta towaru, o ile będzie dokonana przez autoryzowany serwis producenta towaru.”.**

24. Wykonawca twierdzi, że Zamawiający w § 5 ustęp 10 wzoru umowy zapisał: „Termin gwarancji zaczyna swój bieg na nowo od dnia wymiany wadliwego aparatu, wadliwej części lub podzespołu, lub dokonania istotnej naprawy.”. Wykonawca wnosi o usunięcie w/w zapisu. Ewentualna wymiana wadliwego aparatu czy części zostanie dokonana w ramach raz już udzielonej i trwającej gwarancji. Wymiana nie powoduje udzielenia ponownie gwarancji. Producent którego reprezentuje Wykonawca, nie uwzględnił w cenie sprzętu tego typu gwarancji. Aby móc spełnić warunek Zamawiającego, Wykonawca musiałby w cenie sprzętu uwzględnić trudny do oszacowania koszt dodatkowych lat gwarancji (nie wiadomo ile lat gwarancji Wykonawca musiałby dodać do szacunku). Koszt dodatkowych lat gwarancji wpłynąłby niekorzystnie na cenę końcową oferty.

**Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez Wykonawcę, ponieważ uprawnienie o ww. treści wynika bezpośrednio z treści art. 581 § 1 ustawy Kodeks cywilny.**

25. Wykonawca pyta, czy w zakresie X części zamówienia Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty na zakup 8 szt. bezprzewodowych rejestratorów LoRa wraz z 8 kompatybilnymi cyfrowymi sondami temperatury.

**Zamawiający potwierdza, że oczekuje przedstawienia oferty na zakup 8 sztuk bezprzewodowych rejestratorów LoRa wraz z 8 kompatybilnymi cyfrowymi sondami temperatury.**

26. Wykonawca pyta, czy w zakresie X części zamówienia rejestratory mają być niezależnymi czujnikami, czy częścią systemu do zbierania danych środowiskowych.

**Zamawiający wyjaśnia, że rejestratory będą służyły do rozbudowy posiadanego systemu rejestrowania temperatury MySirius wyposażonego w rejestratory LoRa SPY, którego producentem jest JRI.**

27. Wykonawca pyta, czy w zakresie X części zamówienia Zamawiający zgodzi się doprecyzować specyfikację. Zakładając, że poz. 2 obejmuje zestaw rejestratorów (8 szt.), poz. 3 – sondy (8 szt.), do podłączenia do w/w rejestratorów, to poz. 1 jest zbędna z uwagi na to, że charakteryzuje pozycje 2 i 3 ale bez określania ich ilości.

**Zamawiający wyjaśnia, że zapis w pozycji pierwszej załącznika nr 2j do SWZ charakteryzuje towar określony w pozycjach drugiej i trzeciej tego załącznika.**

28. Wykonawca pyta, czy w zakresie X części zamówienia Zamawiający oczekuje wzorcowania sond temperatury, wykonanego w akredytowanym laboratorium. Jeśli tak, Wykonawca prosi o doprecyzowanie, w ilu punktach dla każdej sondy ma się wzorcowanie odbyć.

**Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga wzorcowania sond temperatury.**

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzona zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Andrzej Czerniawski  
Podlaskiego Wojewódzki  
Lekarz Weterynarii  
/podpis elektroniczny/