



## WYKONAWCY

Łódź, dnia 06.02.2024 r.

ZP/ 20/2024

### Dot. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego na potrzeby Klinik/Oddziałów CSK UM w Łodzi

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

#### **Pytanie 188**

##### **Dotyczy : zapisów SWZ**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga**

#### **Pytanie 189**

##### **Dotyczy : zapisów SWZ**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga**

#### **Pytanie 190**

##### **Dotyczy : pakietu nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Szczoteczki j. u. do czyszczenia kanałów roboczych endoskopów dwustronne

- długość robocza 230 cm
- do kanałów roboczych w zakresie od Ø 2,8 mm do Ø 4,2 mm
- średnica przewodu prowadzącego 1,7 mm
- średnice szczoteczek tylko 5/5 mm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

#### **Pytanie 191**

##### **Dotyczy : pakietu nr 6**

Czy Zamawiający dopuści: Szczoteczki j. u. do czyszczenia kanałów roboczych endoskopów dwustronne

- długość robocza 230 cm
- do kanałów roboczych w zakresie od Ř 2,0 mm do Ř 4,2 mm
- średnica przewodu prowadzącego 1,7 mm
- średnice szczoteczek 5/5, 5/10 do wyboru przez Zamawiającego; opakowanie 50 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 192****Dotyczy : pakietu nr 2 poz. 5**

Czy Zamawiający potwierdza, że w zadaniu nr 2 poz. 5 doszło do omyłki pisarskiej, wymagana długość zestawu infuzyjnego to 23 cm (nie 32 cm).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, w pakiecie 2 pozycja 5 doszło do omyłki pisarskiej, zamawiający oczekuje produktu o następujących parametrach:**

**Zestaw infuzyjny przedłużający z filtrem 1,2 µm Wyposażony w złącze Luer Lock , zacisk przesuwany. Bez lateksu. Cały przewód odporny na załamania. Długość 23 cm, średnica wewnętrzna światła 3 mm.**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

**Uwaga**

1. W przypadku dopuszczenia parametrów, zapisów innych niż opisane w SWZ, Zamawiający prosi, aby zaznaczyć, iż parametry, zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.
2. Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

**Zamawiający na stronie internetowej: : [https://platformazakupowa.pl/pn/csk\\_umed](https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed) udostępnił:  
- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami**

Sekretarz Komisji Przetargowej  
Agnieszka Bonczkowska