



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 569 /10/2021

Chrzanów, 12.10.2021 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na: **Dostawa sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie – sprawa nr 102/2021**

1. **Dotyczy Załącznika nr 1a – „Kosztorys Szczegółowy, AIT Kolumna i endoskopy, pakiet 1”:** Czy Zamawiający w pkt. 12 (Tor wizyjny – procesor obrazu i źródło światła), wyrazi zgodę na modyfikację zapisu: „Wyjścia cyfrowe: 3G-SDI” Na zapis następującej treści: „Wyjścia cyfrowe min: 3G-SDI”?

Odp.: Tak.

2. **Dotyczy Załącznika nr 1a – „Kosztorys Szczegółowy, AIT Kolumna i endoskopy, pakiet 1”:** Czy Zamawiający w pkt. 53 (Automatyczna myjnia do mycia i dezynfekcji dwóch endoskopów), dopuści urządzenie z procesem dezynfekcji opartym na środkach dezynfekcyjnych zawierających aldehyd glutarowy?

Odp.: Tak.

3. **Dotyczy Załącznika nr 1a – „Kosztorys Szczegółowy, AIT Kolumna i endoskopy, pakiet 1”:** Czy Zamawiający w pkt. 88 (Widobronchoskop), wyrazi zgodę na modyfikację zapisu: „Zawór ssawny z przyłączem ssawnym jest w pełni odłączany od bronchoskopu i autoklawowalny.” Na zapis następującej treści: „Zawór ssawny jednorazowy z przyłączem ssawnym jest w pełni odłączany od bronchoskopu.”?

Odp.: Tak.

4. **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – umowa (wzór):** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację istniejącego zapisu w Par 7 pkt. 7, do następującej treści: W przypadku wystąpienia konieczności naprawy urządzenia poza siedzibą Zamawiającego, wykonawca zapewni:

- odbiór na własny koszt wadliwego urządzenia;
- naprawę urządzenia w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia;
- dostawę naprawionego urządzenia na własny koszt do siedziby Zamawiającego.”?

Odp.: Tak.

5. **Dotyczy zapisów SWZ, rozdział XIII, punkt 3, podpunkt f), pozycja 2):** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sprzętu, wyposażenia (np. akcesoria do wózka, ssaka i myjni), który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?

Odp.: Tak.

6. **Dotyczy zapisów SWZ, rozdział XIII, punkt 3, podpunkt f), pozycja 2):** Czy w przypadku zaferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – rozdział XIII, punkt 3, podpunkt f), pozycja 2)? Dla takiego produktu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Zgodnie z swz – należy złożyć wymienione dokumenty do przedmiotu zamówienia będącego wyrobem medycznym wg ustawy z dn. 20.05.2010r. o wyrobach medycznych.

7. **Dotyczy formularza cenowego – pakiet nr 1:** Czy w przypadku zaoferowania produktów z różnymi stawkami podatku VAT (8% i 23%) – Zamawiający wyrazi zgodę na stosowną modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie kolejnego wiersza np. 5a i wycenienie wyrobów zawierających 23% stawkę podatku VAT?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

8. **Dotyczy formularza cenowego – pakiet nr 1 – zapis pod tabelą:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pod tabelą na zapis następującej treści: „Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot będący wyrobem medycznym jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.”?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis pod pakietem.

9. **Dotyczy wzoru umowy, paragraf 6, ustęp 2, podpunkt e):** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu podpunktu e) na zapis następującej treści: „Po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych tego samego istotnego elementu urządzenia (...)”?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

10. **Dotyczy wzoru umowy, paragraf 6, ustęp 2, podpunkt e):** Ze względu na fakt, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny sprzęt endoskopowy i na etapie oferty Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć oraz ocenić ryzyka napraw i związanych z tym kosztów, prosimy o modyfikację części zapisu paragraf 6, ustęp 2, podpunkt e) do następującej treści: „(...) lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres 40 dni roboczych w okresie 12 miesięcy (...)”?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

11. **Dotyczy wzoru umowy, paragraf 6, ustęp 2, podpunkt e):** Prosimy o potwierdzenie, że do wymienionego w paragrafie 6, ustęp 2, podpunkt e) czasu naprawy sprzętu wliczane będą jedynie naprawy gwarancyjne, wynikające z wady urządzenia, nie zaś czas naprawy awarii spowodowanych przez użytkownika poprzez niewłaściwe użytkowanie sprzętu?

Odp.: Tak.

12. **Dotyczy wzoru umowy, paragraf 7, ustęp 7, myślnik drugi:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin określony w wyżej wymienionym punkcie był liczony w dniach roboczych?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

13. **Pytanie nr 1** dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 1 oraz zapisów swz - rozdziału XIII punkt 3 podpunkt „f” - punkt 1: Ponieważ nie wszystkie opisane przez Zamawiającego parametry techniczne znajdują się w oryginalnych ulotkach producenta czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty stosownego oświadczenia Wykonawcy - autoryzowanego dystrybutora sprzętu





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

potwierdzającego wartości parametrów technicznych? - *nie dotyczy parametrów punktowanych*

Odp.: Tak.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Baranowski

Sporządził:



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892