



Gliwice, dn. 09.12.2022 r.

Nr sprawy: 157-P-22

## WYJAŚNIENIA II DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowanie p/t „Akcesoria do urządzeń medycznych ”

Zamawiający, Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. informuje, że w **pakiecie nr 2** (Akcesoria wielorazowe do diatermii prod. ERBE) błędnie określono parametry w **poz. 16**.

**Prawidłowy zapis** - Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 180 mm, śr 4,0 mm

Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowywaniu oferty. Powyższe odpowiedzi nie stanowią modyfikacji SWZ w rozumieniu Prawa zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

### Otrzymują:

- 1) [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4\\_gliwice](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4_gliwice)
- 2) 157-P-22 a/a

KIEROWNIK  
SEKCJI ZAMOWIENI PUBLICZNYCH I UMÓW  
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Ewa KANIŃSKA