



Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **wykonywanie testów specjalistycznych aparatów radiologicznych dla ZZOZ w Wadowicach przez okres 3 lat.**

Testy specjalistyczne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej w niżej podanych aparatach:

Lp.	Nazwa aparatu	Nr seryjny	Nr inwentarzowy	Model	Rok produkcji
1.	Aparat RTG przewoźny	PKL 12638	TN 802/1856	TXL -PLUS 4 APR	2018
2.	Mammograf cyfrowy z 2 monitorami do prezentacji obrazów medycznych	SDM 131800316, stacja opisowa HOLOGIC 2980818Do887-SW; monitor lewy: 2590157077; monitor prawy: 259015086	TN 802/1862	Selenia Dimensions; monitory Barco MDCG-5221 SN	2018; monitory 2019
3.	Aparat RTG	5881	TN 802/584	Paush Combi Elevator II	2006
4.	Aparat RTG	16R-0263	TN 802/1712	Q-Rad -16R-0263	2016
5.	Ramię C – aparat RTG	30894	TN 802/907	Sirembil Compact L	2012
6.	RTG – stacja lekarska diagnostyczna z 2 monitorami medycznymi	1000457567; monitory: S/N 34364096 P, S/N 34386096 P	TN 802/635	Stacja Fujitsu Seimens ESPRIMO; monitory EIZO Radiforce G20	2006

Wymagania:

1. Wykonawca posiada uprawnienia, umiejętności oraz oprzyrządowanie z ważną kalibracją do wykonywania, przez okres trwania umowy, testów całej ww. aparatury rtg.



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

NIP: 551-21-24-676, REGON: 000306466

-
2. Realizacja usługi w pełni zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 884) oraz ustawą Prawo atomowe (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1792). **Ważny certyfikat akredytacji zgodny z normą PN-EN ISO 17025.**
 3. W przypadku wygaśnięcia dokumentu w trakcie trwania umowy wykonawca ma obowiązek przedłożyć na 14 dni przed upływem tego terminu aktualny dokument. Brak w/w dokumentu powoduje rozwiązanie umowy.
 4. W przypadku konieczności obecności inżyniera serwisowego do wykonania testów danej aparatury, Wykonawca organizuje i opłaca we własnym zakresie usługę serwisową ww. inżyniera.
 5. Testy specjalistyczne aparatury rtg muszą być wykonane w sposób zapewniający ciągłość ich ważności tj. nie później niż przed upływem 12 m-cy od daty poprzedniego ich wykonania. **Pierwsze testy nie później niż do dnia 31.08.2020r.** Umowa zawarta na 3 lata, aby zapewnić ciągłość ważności testów.
 6. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uprawnionego pracownika do wykonania testów max. do 4 dni roboczych (od pn. do pt.).
 7. Konsultacje w zakresie testów specjalistycznych – w ramach usługi.
 8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać testy aparatury RTG w terminie do 4 dni roboczych (od pn. do pt.) od momentu telefonicznego powiadomienia. Testy winny być zakończone maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych (od pn. do pt.) od momentu ich rozpoczęcia. Numer telefonu do pracowni – 33/87 21 342.
 9. Możliwość przesunięcia terminu wykonania testów specjalistycznych po uzgodnieniu telefonicznym (jw.)
 10. Sprawozdania z wykonania poszczególnych testów specjalistycznych przekazywane w dwóch egzemplarzach (kierownik pracowni – oryginał) w terminie 14 dni od daty zakończenia testu.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty przejazdu zespołu serwisowego.

Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.