

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zestaw nr 3

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.81.2023.MP na dostawę zamrażarki niskotemperaturowej dla Katedry Biologii Morza i Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ przesłane do przedmiotowego postępowania, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będą umieszczone urządzenia? b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku (prosimy o podanie ew. wymiarów windy i jej nośności). c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzeń po schodach? d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe: szerokość i wysokość? e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne uniemożliwiające swobodne dostarczenie urządzenia.	Zamawiający informuje, że: a. Zamrażarka będzie umiejscowiona na pierwszym piętrze. b. Budynek jest wyposażony w windę osobową o wymiarach 90x200 cm oraz nośności 630 kg. c. W przypadku braku możliwości dostarczenia zamrażarki windą będzie konieczność wniesienia sprzętu po schodach. d. Wymiary otworów drzwiowych wynoszą 83x200 cm. e. Aktualnie brak informacji o istnieniu innych ograniczeń architektonicznych występujących w tej chwili w budynku.
2	Prosimy o zgodę na wymiary wewnętrzne Szerokość – 585 mm Głębokość – 696 mm	Treść pytania Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 284 ustawy Pzp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
3	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki z wnętrzem ze stali nierdzewnej bez pokrycia powłoką łatwo zmywalną. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o wyjaśnienie. Stal nierdzewna jest również łatwa w czyszczeniu.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i jednocześnie wyjaśnia, że na kolorze białym zanieczyszczenia są lepiej widoczne, co zdecydowanie wpływa na zachowanie czystości i usprawnia proces czyszczenia.
4	Prosimy o zgodę na zaoferowanie zamrażarki z automatycznym portem wyrównania ciśnienia.	Treść pytania Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 284 ustawy Pzp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5	Prosimy o zgodę na zaoferowanie zamrażarki z pojedynczym kaskadowym układem chłodzenia z podwójną sprężarką, gwarantujący bezpieczeństwo przechowywania prób – podczas awarii jednego kompresora drugi utrzymuje temperaturę na poziomie -70°C . Zużycie energii na poziomie -70°C 8,3 kWh/24H przy pełnym załadunku.	Treść pytania Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 284 ustawy Pzp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
6	Prosimy o zgodę na zaoferowanie zamrażarki z dwoma portami o średnicy 25 mm, po jednym na każde drzwi wewnętrzne. Jednocześnie informujemy, że średnica jest na tyle duża, że możliwe jest wprowadzenie 2 sond do jednego otworu.	Treść pytania Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 284 ustawy Pzp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Wszystkie warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Sekretarz Komisji Przetargowej

REFERENT ADMINISTRACYJNY
ds. zamówień publicznych

mgr inż. Barbara Redzik