

Znak: ZOZ.V.010/DZP/34/22

Sucha Beskidzka dnia 31.05.2022r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici, siatek i staplerów chirurgicznych.

Znak: ZOZ. V.010/DZP/34/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

### **Pakiet 10**

#### Poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazową rączkę staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, ze zszywkami do tkanki standardowej lub grubej (do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia) o długości szwu 65,1 mm lub 85,1 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### Poz. 2

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści, na zasadzie równoważności, automatyczny stapler liniowy ładunkiem do tkanki standardowej, rozmiar 30 mm, o długości linii szwu 31,5 mm, stapler z jedną dźwignią zamykająco-spustową?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### Poz. 3

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści, na zasadzie równoważności, automatyczny stapler liniowy ładunkiem do tkanki grubej, rozmiar 30 mm, o długości linii szwu 31,5 mm, stapler z jedną dźwignią zamykająco-spustową?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### Poz. 4

Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści, na zasadzie równoważności, automatyczny stapler liniowy ładunkiem do tkanki standardowej lub grubej, rozmiar 60 mm, o długości linii szwu 61,5 mm, stapler z jedną dźwignią zamykająco-spustową?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### Poz. 5

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego z nożem w rozmiarach 60 mm i 80 mm do tkanki standardowej lub grubej (do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 6

Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler zamykająco - tnący z prostą wąską główką, zapewniającą większą widoczność tkanek w miednicy oraz łatwiejsze manewrowanie staplerem, przy zachowaniu tej samej długości cięcia, co w staplerach z wygiętą główką. Długość cięcia 40 mm, stapler zawierający ładunki do tkanki grubej, umożliwiające ośmiokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem

  
Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
mgr Janusz Baczewski

  
Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Sabina Steczek