

### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądów technicznych sprzętu medycznego na rzecz Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Zakres usługi obejmuje w szczególności:

#### Usługa w zakresie aparatury medycznej

##### **Przeglądy okresowe obejmujące w szczególności:**

- Wykonanie przeglądu-interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym.
- Wymianę wszystkich elementów objętych obowiązkową wymianą.
- W razie konieczności, wymianę części, które podlegają wymianie co kilka lat.
- Wykonanie konserwacji, czyszczenia, smarowania - o ile jest to wymagane.
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN EN 62353:2015 lub równoważną - o ile jest to wymagane.
- W przypadku **zadania 50** wykonanie przeglądu zgodnie z normą PN EN 12469:2000 lub równoważną i wystawienie stosownych certyfikatów.
- Przeprowadzenie innych czynności wymaganych przez producenta a związanych z prawidłową eksploatacją sprzętu lub aparatury medycznej.
- Dokumentowania poszczególnych przeglądów raportem serwisowym oraz wpisem do paszportu technicznego.
- Wyszczególniania w karcie pracy elementów wymienionych w trakcie przeglądu.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia, sporządzenie orzeczenia o jego stanie.
- W przypadku, gdy sprzęt jest niesprawny i wymaga naprawy co uniemożliwia dokonanie przeglądu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do przeglądu niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od momentu zawiadomienia przez Zamawiającego o fakcie naprawienia sprzętu.
- Sprawdzaniu zgodności parametrów technicznych z dokumentacją sprzętu lub aparatury medycznej.

##### **Czas pracy serwisu**

- Praca inżynierów serwisu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup> za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wykonawca wykonujący przedmiotem zamówienia objęty niniejszym postępowaniem zobowiązany jest do:

- dysponowania określonym przez producenta sprzętu zapleczem technicznym i magazynowym (z dostępem do wszystkich części zamiennych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych),
- posiadania określonych przez producenta sprzętu instrukcji serwisowych sprzętu medycznego oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności, które zgodnie z instrukcją używania nie mogą być wykonywane przez użytkownika sprzętu medycznego,
- posiadania specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowy z ważnymi certyfikatami legalizacji,
- dysponowania co najmniej:

- 1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i pomiarów urządzeń elektrycznych – **dotyczy wszystkich zadań;**

- 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu przeglądów technicznych aparatury medycznej potwierdzone przez producenta aparatury będącej przedmiotem zamówienia – **dotyczy zadań: 2, 3,11, 16,29,38,39,56,57,58,60,61,62,64,68,69,70**

- 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu przeglądów technicznych aparatury medycznej /sprzętu medycznego tożsamyh co do rodzaju urządzeniom będącym przedmiotem zamówienia - **dotyczy wszystkich zadań.**

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji przez jedną osobę.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi przy użyciu oryginalnych i fabrycznie nowych części zamiennych.

Użycie oryginalnych części regenerowanych producenta możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Użycie fabrycznie nowych części zamiennych innych producentów możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego i producenta.

Niedopuszczalne jest montowanie bez zgody Zamawiającego podczas przeglądów technicznych części używanych i pozyskanych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odbioru części i podzespołów wymienionych podczas wykonania usługi w terminie 7 dni od daty wykonania usługi serwisowej. Po upływie tego okresu Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona odbioru wymienionych części zamiennych.

**Zamawiający wskazuje, że nabył urządzenia wraz z kompletnym oprogramowaniem użytkowym w ramach wykupionych licencji, a od Wykonawcy oczekuje, posiadania odpowiednich kodów i kluczy serwisowych niezbędnych do wykonania pełnej procedury przeglądu.**