

Zestawienie badań skuteczności mikrobiologicznej dla produktu mikrozyd® PAA wipes przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach

Skuteczność	Norma/metoda badań	Warunki	Stężenie	Czas kontaktu
bakteriobójczo	EN 13727	wysokie obciążenie	gotowy do użycia	1 min.
bakteriobójczo	EN 16615	wysokie obciążenie	gotowy do użycia	5 min.
bójcze wobec prątków gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	wysokie obciążenie	gotowy do użycia	15 min.
grzybobójczo	EN 13624	wysokie obciążenie	gotowy do użycia	1 min.
grzybobójczo	EN 16615	wysokie obciążenie	gotowy do użycia	1 min.
adeno	EN 14476	wysokie obciążenie	gotowy do użycia	1 min.
noro	EN 14476	wysokie obciążenie	gotowy do użycia	1 min.
polio	EN 14476	wysokie obciążenie	gotowy do użycia	15 min.
Clostridium difficile	EN 13704	niskie obciążenie	gotowy do użycia	5 min.
Clostridium difficile	EN 17126	niskie obciążenie	gotowy do użycia	5 min.
Bacillus subtilis	EN 13704	niskie obciążenie	gotowy do użycia	15 min.

Niezbędne raporty dotyczące preparatu są dostępne na życzenie.

Schulke Polska Sp. z o.o.

Eurocentrum Office Complex, Budynek Delta

Al. Jerozolimskie 132 | 02-305 Warszawa

Zezwolenie: GIF-N-4111/1091/1-2/AKP/16

Dział Obsługi Klienta: Tel. + 48 22 11 60 710 | Fax + 48 22 11 60 701 | Księgowość: Tel. + 48 22 11 60 730 | Dział Zamówień Publicznych: Tel. + 48 22 11 60 720

schulke.polska@schulke.com

NIP: 527-00-10-985 | NIP UE: PL5270010985 | Regon: 010385400

BANK HANDLOWY S.A.: 89 1030 1654 0000 0000 5631 1301

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS | KRS: 0000104818 | Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN