



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław 21.10.2021 r.

EZP 454/2021

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

**Dot. Dostawę Łóżek szpitalnych ortopedycznych sterowanych elektrycznie z
wyposażeniem – 20 szt. dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka**

Zamawiający działając na mocy art. 284 ust.2 (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) Prawo zamówień publicznych przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści czas realizacji 8 tygodni ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pkt. 10 dopuści regulację 400 – 850 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pkt. 26 dopuści odłączenie regulacji po 30 sekundach nieużywania ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pkt. 41 dopuści szafkę bez uchwytów do przetaczania ? Konstrukcja szafki pozwala toczyć ją bez trzymania specjalnych uchwytów.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 5


Czy Zamawiający w pkt. 42 dopuści regulację 800 – 1100 mm ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 6

Czy Zamawiający w pkt. 44 dopuści szufladę górną oraz drzwiczki wykonane z blachy metalowej malowanej proszkowo na wybrany kolor ?





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:
Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 7
Czy Zamawiający w pkt. 45 dopuści indywidualną blokadę kół ?

Odpowiedź:
Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 8
Czy Zamawiający w pkt. 48 dopuści koła 65 mm ?

Odpowiedź:
Nie, zgodnie z SWZ



KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Semkowicz