

.....  
Nazwa (firma) Wykonawcy

**Załącznik nr 1.1**  
do oferty na dostawę mebli medycznych  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/FZ-024/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Zadanie 1 - stojaki do kroplówek**

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent	j.m.	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	% VAT	Cena jedn.brutto	Wartość brutto
1	mobilny stojak do kroplówek do zawieszania butelek infuzyjnych			szt	38					
	4 uchwyty do zawieszania butelek infuzyjnych									
	Podstawa jezdną na kółkach gumowych umożliwia przemieszczanie stojaka w różne miejsca									
	Wyokość regulowana : min120 cm ,max.220 cm(+/- % cm)									
	Półka na sprzęt lub kroplówki									

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa (firma) Wykonawcy

**Załącznik nr 1.2**  
do oferty na dostawę mebli medycznych  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/FZ-024/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Zadanie2 - szafki przyłóżkowe**

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent	j.m.	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	% VAT	Cena jedn.brutto	Wartość brutto
1	Szafka prztlózkowa szpitalna z rozkładanym blatem bocznym o wymiarach 57cmx31 cm-szuflada wysuwane dwustronnie-półka boczna-cztery kółka 50 mm 2 kółka z hamulcami. Wymiary zewnętrzne szafki 43x43x86 cm , blat boczny maksymalne obciążenie 10 kg. Szafka typu Primo lub równoważna. Kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy			szt.	40					

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa (firma) Wykonawcy

**Załącznik nr 1.3**  
do oferty na dostawę mebli medycznych  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/FZ-024/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Zadanie 3 - stanowisko do pobierania krwi**

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent	j.m.	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	% VAT	Cena jedn.brutto	Wartość brutto
1	Ustawienie pozycji siedzącej i półleżącej. Fotel z dwoma regulowanymi podłokietnikami oraz zagłówek, służący do podparcia głowy pacjenta. Stabilna konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową; oparcie, siedzisko i podłokietnik wykonane z płyty obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym, łatwym w utrzymaniu czystości.			szt.	3					

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa (firma) Wykonawcy

**Załącznik nr 1.4**  
do oferty na dostawę mebli medycznych  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/FZ-024/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Zadanie 4 - taboret lekarski**

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent	j.m.	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	% VAT	Cena jedn.brutto	Wartość brutto
1	Taboret lekarski siedzisko z miękkiego poliuretanu kolor do uzgodnienia .materiał odporny na płyny dezynfekcyjne regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego taboret na kołach wysokość 60-78cm dopuszczalne obciążenie 120kg			szt	7					

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa (firma) Wykonawcy

**Załącznik nr 1.5**  
do oferty na dostawę mebli medycznych  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/FZ-024/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Zadanie 5 - stolik**

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent	j.m.	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	% VAT	Cena jedn.brutto	Wartość brutto
1	Stolik narzędziowy ze stali nierdzewnej Wysokość 85 cm Długość 107 cm Szerokość 60 cm Stolik ze stali nierdzewnej Stolik wyposażony w kółka z hamulcami			szt	1					
2	Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej Wysokość 82 cm Głębokość 44 cm Długość 62 cm Kolor biały Półki 2-3 Uchwyt do prowadzenia Kółka z blokadą			szt	1					

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa (firma) Wykonawcy

**Załącznik nr 1.6**  
do oferty na dostawę mebli medycznych  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/FZ-024/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Zadanie 6 - parawan**

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent	j.m.	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	% VAT	Cena jedn.brutto	Wartość brutto
1	Jednoczęściowy parawan chromowany o wymiarach wys. 165cm; szer 94 cm.; gł. 48cm.; Ekran parawanu wykonany z materiału zmywalnego w kolorze - jasny błękit			szt	2					

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
Nazwa (firma) Wykonawcy

**Załącznik nr 1.7**  
do oferty na dostawę mebli medycznych  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/FZ-024/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Zadanie 7 - kozetka do badań**

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent	j.m.	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	% VAT	Cena jedn.brutto	Wartość brutto
1	KOZETKA - LEŻANKA ELEKTRYCZNA <i>Kozetka przeznaczona do zabiegów fizjoterapeutycznych oraz badań lekarskich</i> Wypożęzona w 1silnik dzięki temu wysokość regulowana jest elektrycznie Regulacja nachylenia oparcia odbywa się manualnie Zagłówek stanowi poduszka zaślepiająca otwór na twarz Posiada stabilną konstrukcję oraz komfortowy blat roboczy Wymiary: 188x66x51 Wieszak na podkłady			szt	2					

.....  
(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.8  
do oferty na dostawę mebli medycznych  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/FZ-024/2024

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie 8 stół do rehabilitacji

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent	j.m.	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	% VAT	Cena jedn.brutto	Wartość brutto
1	<p>3-sekcyjny stół do terapii manualnej</p> <p>Regulowany zagłówek w zakresie min. -70º do +40º za pomocą sprężyny gazowej</p> <p>Podglówek z wycięciem na twarz plus zatyczka</p> <p>Regulowana wysokość leżyska, za pomocą siłownika elektrycznego, sterowana ramą umieszczoną w podstawie stołu, umożliwiającą regulację wysokości z każdego miejsca stołu</p> <p>Stół wyposażony w klucz magnetyczny zabezpieczający przed zmianą wysokości</p> <p>Podstawa z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami</p> <p>Wymiary (dł x szer.) min. 2050x690 mm</p> <p>Wysokość regulowana elektrycznie min. w zakresie 470÷950 mm</p> <p>Waga stołu min. 95 kg dla większej stabilności</p> <p>Możliwość zamontowania bananka pachwinowego i bananków barkowych</p> <p>Uchwyt do mocowania pasów stabilizacyjnych</p> <p>Kąt pochylenia podnóżka min. +85 º /0 º</p> <p>stół wyposażony w system elektrycznej regulacji wysokości</p> <p>Tapicerka wykonana z atestowanych materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych o grubości min.40 mm</p> <p>Maksymalne obciążenie 200 kg</p> <p>Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji – 2024; <b>Gwarancja - 24 miesiące</b></p>			szt	1					

(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.9  
do oferty na dostawę mebli medycznych  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp-241/FZ-024/2024

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie 9 fotel do podawania cytostatyków

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent	j.m.	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	% VAT	Cena jedn.brutto	Wartość brutto
1	1. Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji – 2024; <b>Gwarancja - 24 miesiące</b>			szt	6					
	2. Fotel 3-segmentowy. Segment siedziska i oparcia nóg wykonany w jednej płaszczyźnie.									
	3. Fotel umożliwiający uzyskanie min pozycji siedzącej i leżącej, przeznaczony do przeprowadzania badań, podawania leków i poboru krwi z elektryczną regulacją wysokości, nachylenia segmentu pleców, nachylenia segmentu siedziska, nachylenia segmentu nożnego, pozycji Trendelenburga.									
	4. Długość x szerokość całkowita siedziska nie mniejsza niż 2100x600mm									
	5. Całkowita szerokość fotela wraz z podłokietnikami: maksimum 850 mm									
	6. Regulacja nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie nie mniejszym niż +80° do –13° .									
	7. Regulacja kąta nachylenia segmentu siedziska w zakresie nie mniejszym niż od 0° do + 20°									
	8. Regulacja segmentu podudzia w zakresie nie mniejszym niż: – 30° do + 20°.									
	9. Regulacja wysokości fotela w zakresie nie mniejszym niż 55-75 cm.									
	10. Ustawienie pozycji fotelowej i siedzącej dokonywana jednym (dla każdej z pozycji) wyraźnie oznakowanym przyciskiem.									
	11. Przechył Trendelenburga: minimum -13° dokonywany jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem.									
	12. Funkcje wymienione w pkt .: od 6 do 11 uzyskiwane za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym.									
	13. Konstrukcja fotela oparta wyłącznie na metalowych elementach – malowanych proszkowo.									
	14. Waga fotela maksymalnie 80 kg									
	15. Maksymalne obciążenie 200 kg									
	16. Fotel przejezdny, 4 koła o średnicy minimum 10 cm z możliwością blokady									
	17. Centralna blokada wszystkich kół. Dźwignie usytuowane z przodu fotela - po stronie stóp pacjenta									
	18. Segment podudzia wyposażony w tapicerowane oparcie stóp o regulowanym wysuwie.									
	19. Poszycie fotela wykonane w dwóch kolorach do wyboru z gamy min. 30 kolorów.									
	20. Fotel wyposażony w dwa podłokietniki z regulowaną wysokością oraz kątem ustawienia.									
	21. Podłokietniki posiadające możliwość odchylenia min do wysokości oparcia pleców dla łatwego zajęcia miejsca przez pacjenta w fotelu.									
	22. Podłokietniki profilowane dla łatwiejszego umieszczenia ręki w rozmiarze nie mniejszym niż 570x170mm.									
	23. Tapicerka zmywalna wykonana z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne.									
	24. Powierzchnia fotela łatwe do czyszczenia i dezynfekcji.									
	25. Możliwość łatwego demontażu tapicerki (materaca) w celu czyszczenia i dezynfekcji bez dodatkowych narzędzi.									
	26. Fotel wyposażony w zagłówek umożliwiający pacjentowi swobodne przesuwanie góra dół bez pomocy personelu medycznego.									
	27. Fotel wyposażony w zintegrowany stojak na kroplówki, 4-ramienny zamontowany na ramie fotela									
	28. Fotel wyposażony w uchwyt na rolkę papieru/prześcieradła za oparciem pleców.									
	29. Segment oparcia nóg oraz podnózek dodatkowo wyposażone w transparentny pokrowiec z tworzywa.									
	30. Potwierdzona zgodność wyrobu z dyrektywą MDR 2017/745 i normami powiązanymi.									
	31. Wodoodporność silników fotela zgodna z normą min. IPX6									

(Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)