

Katowice, dn. 31.01.2023r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę produktów do dializy nerkowej, sygnat. postępowania : ZP-23-008UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Dotyczy pakietu nr 2: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 dwóch powierzchni dializatorów 1,8m² oraz 2,1m²? Jeżeli tak to prosimy o określenie ilości, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2: Dotyczy pakietu nr 3: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trzech powierzchni dializatorów 1,4m²; 1,7m² oraz 2,1m²? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3: Czy w Pakiecie nr 2 pkt a Dializatory wysokoprzepływowe z błoną syntetyczną (powierzchnia błony): 1,7 m² – 1,8 m²; wymagane wartości klirensu QB=300ml/min dla fosforanów co najmniej 250, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatora wysokoprzepływowego z błoną syntetyczną, którego klirens (QB=300ml/min) dla fosforanów wynosi 244 (pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4: Czy w Pakiecie nr 2 pkt b Dializatory wysokoprzepływowe z błoną syntetyczną (powierzchnia błony): 1,9 m² – 2,0 m² Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatora wysokoprzepływowego z błoną syntetyczną, o powierzchni 2,2 m² (pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5: Czy w Pakiecie nr 1 lp. 1 pozycja 6 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koncentratu o stężeniu chloru 107,00 mmol/l (parametr 5, stężenia pozostałych składników zgodne ze specyfikacją)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z Pakietu nr 1 lp. 1 pozycji 5 i 6?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.