

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wrocław, dnia 09.06.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa urządzeń i sprzętu medycznego w związku z realizacją projektu „Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Pytanie dotyczące części II- Zadanie 2 – 1B – Pulsoksymetr dla dzieci i niemowląt ze stacją dokującą – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr bez modułu Bluetooth lecz z kartą SD, która pozwala na archiwizację i późniejszy odczyt trendów?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wymaga posiadanie modułu Bluetooth w urządzeniu.

Pytanie nr 2:

Pytanie dotyczące części V – 1E – aparat EKG z wyposażeniem – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG, z pamięcią wewnętrzną 250 badań, ale z poziomu dołączonego do aparatu komputerowego oprogramowania istnieje możliwość archiwizacji nieograniczonej ilości badań?;

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wymaga aparatu zgodnym z OPZ bez dodatkowego oprogramowania komputerowego.

Pytanie nr 3:

Pytanie dotyczące części V – 1E – aparat EKG z wyposażeniem – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG wraz z komputerowym oprogramowaniem z interfejsem komunikacyjnym 1x USB i RS232?;

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wymaga aparatu zgodnym z OPZ bez dodatkowego oprogramowania komputerowego. Dopuszcza posiadanie interfejsu USB.

Pytanie nr 4:

Pytanie dotyczące części V – 1E – aparat EKG z wyposażeniem – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG wraz z komputerowym oprogramowaniem z przetwornikiem A/C 13 bit?;

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wymaga aparatu zgodnym z OPZ bez dodatkowego oprogramowania komputerowego i związanych z oprogramowaniem przetworników.

Pytanie nr 5:

Pytanie dotyczące części V – 1E – aparat EKG z wyposażeniem – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG wraz z komputerowym oprogramowaniem, które umożliwia zapis i odczyt badań z PenDrive'a?;

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający wymaga aparatu zgodnym z OPZ bez dodatkowego oprogramowania komputerowego.

Pytanie nr 6:

Pytanie dotyczące części V – 1E – aparat EKG z wyposażeniem – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wadze 3,2 kg?;

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuszcza aparat EKG o wadze większej o 20% od podanej w OPZ.