

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Oficerska 16 a, na podstawie § 6 zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień do wartości 130 000 zł zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: **jednorazowa dostawa pionowego, automatycznego autoklawu Fedegari-FVG2, przeznaczonego do sterylizacji wszystkich materiałów i mediów, w terminie do 8 tygodni**, od dnia podpisania umowy.

### 1. Opis przedmiotu zamówienia:

#### a) elementy konstrukcyjne, podstawowe dane techniczne:

- pojemność użytkowa 75 litrów  $\pm$  5%,
- minimalne wymiary komory sterylizacyjnej: 400 x 600 mm ( średnica x głębokość ),
- wymiary całkowite zewnętrzne maksymalnie: 660 x 660 x 990 mm ( szer x gł x wys ) wysokość załadunkowa 900 mm $\pm$  20mm,
- komora autoklawu wykonana ze stali kwasoodpornej standardu min.316L, elektropolerowanej,
- minimalny zakres temperatur pracy: 105 – 140°C,
- część zewnętrzna autoklawu wykonana ze stali nierdzewnej standardu min. 304, miejsca narażone na silne nagrzewanie i oddawanie ciepła (min. pokrywa ) pokryte wytrzymałym tworzywem dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika. Rama nośna autoklawu wykonana ze stali nierdzewnej standardu min. 304,
- pokrywa autoklawu wyposażona w bezobsługową uszczelkę - pneumatyczne uszczelnianie zamknięcia pokrywy bez pokręteł dociskowych,
- z uwagi na zasady bezpieczeństwa i komfortu pracy pokrywa otwierana w pozycji horyzontalnej – do boku (bez unoszenia do góry),
- autoklaw wyposażony w kółka,
- zasilanie: 400V/50Hz

#### b) wyposażenie – funkcje autoklawu:

- autoklaw wyposażony we wbudowaną wytwornicę pary/generator pary oddzielony od komory sterylizacyjnej ( brak jakichkolwiek elementów grzejnych w komorze sterylizacyjnej ) oraz posiada automatyczny system poboru wody do wytwornicy - obecna pompa podająca wodę do wytwornicy. Średnie zużycie wody max. 8 litrów na cykl. Wytwornica pary wykonana z wysokogatunkowej stali 316L,
- wraz z autoklawem musi zostać dostarczony System mobilnych zbiorników i przyłączy na platformie jezdnej do pobierania wody bez konieczności stałego podłączenia do stacji uzdatniania,
- autoklaw wyposażony w system balansu ciśnienia za pomocą wbudowanego kompresora dla uniknięcia efektu wygotowania przy sterylizacji materiałów płynnych oraz przyspieszonego chłodzenia (bez użycia wody) . System musi być wyposażony w filtr powietrza,
- czujnik temperatury materiału umieszczonego w autoklawie - sonda temperatury elastyczna, pozwalająca na umieszczenie w naczyniach wewnątrz komory,
- sterylizator wyposażony w efektywny system schładzania skroplin i kondensatu

poniżej 70 °C dla ochrony systemu kanalizacji oraz uniknięcia zaparowania pomieszczenia po otwarciu pokrywy,

- kosz pleciony z wysokogatunkowej stali nierdzewnej – szt.2 wraz z dodatkowym silikonowym wypełnieniem dla uniknięcia przedostania się do odpływu autoklawu rozlanych płynów bądź elementów stałych. Kosze muszą umożliwiać piętrowanie – wsad do autoklawu obu koszy naraz,
- pompa próżniowa do usuwania powietrza z materiałów porowatych oraz osuszania wsadu po zakończonym cyklu

**c) sterowanie, oprogramowanie, kontrola parametrów:**

- menu autoklawu oraz wszystkie komunikaty na wbudowanym ekranie autoklawu w języku polskim z opcją zmiany języka w menu,
- kontrola funkcji i parametrów pracy sterylizatora oraz komunikacja z operatorem poprzez panel kontrolno– sterujący formie graficznego kolorowego wyświetlacza LCD o wielkości minimum 3,5” , rozdzielczość min. 320 x 240 pixeli,
- autoklaw przygotowany technologicznie do późniejszej rozbudowy o wbudowana w obudowę autoklawu drukarkę termiczną – służąca do rejestracji podstawowych parametrów procesu w tym, temperatura, ciśnienie, alarmy,
- aktywna funkcja graficznego przedstawienie faz cyklu na wykresie w czasie rzeczywistym na ekranie autoklawu,
- odczyt informacji z panelu sterującego autoklawu bez względu czy komora sterylizatora jest otwarta czy zamknięta,
- min. 5 programów sterylizacyjnych do wykorzystania i zapisania w pamięci autoklawu. Możliwość tworzenia i edycji programów,
- alarmy dźwiękowe i optyczne w przypadku odstępstw od prawidłowych parametrów pracy,
- programowanie czasu rozpoczęcia sterylizacji ( sterylizacje bez nadzoru operatora),
- sterylizator musi posiadać możliwość późniejszej rozbudowy systemowej o system programowego podtrzymywania temperatury komory /wsadu w zakresie min. 45-90°C po zakończeniu cyklu sterylizacji,
- system haseł zabezpieczających przed nieautoryzowanym dostępem

**d) elementy i funkcje podnoszące bezpieczeństwo:**

- elementy pokrywy autoklawu jako miejsca narażone na intensywne oddawanie ciepła wykonane z utwardzanego tworzywa w celu zwiększenia bezpieczeństwa przed poparzeniem i komfortu pracy,
- dwa manometry do kontroli ciśnienia komory i generatora pary umieszczone na froncie autoklawu,
- pokrywa ( drzwi autoklawu) otwierana w pozycji horyzontalnej – do boku (bez unoszenia do góry) w prawo dla ograniczenia kontaktu operatora z pozostałościami par i skroplin a także dla uniknięcia ryzyka oparzenia wewnętrzną częścią pokrywy,
- zawór wyrównujący ciśnienie zlokalizowany na płycie czołowej sterylizatora,
- główny wyłącznik zlokalizowany na płycie czołowej sterylizatora, oznaczony kolorem czerwonym,
- certyfikowane podwójne zawory bezpieczeństwa na komorze i generatorze pary,
- automatyczna kalibracja czujników temp. i ciśnienia,
- kontrola dostępu sterownika chroniona kodem 4-poziomowym,
- automatyczny system blokujący otwarcie komory podczas pracy oraz po zakończonym cyklu w sytuacji wysokiej temp. oraz ciśnienia w komorze.

**e) przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z następującymi normami/dyrektywami europejskimi:**

- Directive 2006/42/EC, Safety of machinery,
- Directive 2004/108/EC, and amendments, Electromagnetic compatibility,
- Directive 2006/95/EC, and amendments, Low-voltage devices,
- Directive 97/23/EC, Pressure Equipment Directive PED.

**2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przedmiot zamówienia:**

- a) odpowiadał wszystkim cechom określonym przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym,
- b) był fabrycznie nowy i oznakowany,
- c) posiadał certyfikat zgodności CE oraz kompletną dokumentację niezbędną do odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego,
- d) posiadał instrukcję obsługi wydaną w języku polskim oraz karty gwarancyjne,
- e) wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosić musi **minimum 10 lat** (dot. zbiornika ciśnieniowego) oraz **minimum 24 miesiące** (dot. sterylizatora),
- f) Wykonawca zapewnia transport i wniesienie przedmiotu umowy do Laboratorium Zamawiającego przy ul. Oficerskiej 16A,
- g) Wykonawca zapewnia bezpłatne przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi, w terminie obustronnie uzgodnionym,
- h) instalacja, podłączenia oraz wykonanie prób testowych musi zostać przeprowadzone przez autoryzowany serwis producenta.

3. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/pwik\\_olsztyn](https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn).

4. Termin składania ofert mija dnia 02.09.21 o godzinie 10<sup>00</sup> za pośrednictwem platformy zakupowej.

5. Załączniki do Zapytania ofertowego:

- 1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
- 2) Projekt umowy (załącznik nr 2).

STARSZY INSPEKTOR  
ds. ZAOPATRZENIA

Sporządził: Natalia Bruderek

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAOPATRZENIA

Malewski  
Marcin Malewski

Data: 26.08.2021

.....  
(podpis Kierownika)

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

NIP:.....

REGON:.....

**FORMULARZ OFERTOWY**

złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie: **jednorazowa dostawa pionowego, automatycznego autoklawu Fedegari-FVG2, przeznaczonego do sterylizacji wszystkich materiałów i mediów**, oświadczam, że:

1. Zdobyłem wszelkie konieczne informacje dotyczące wyceny przedmiotu zamówienia.  
Oferuję wykonanie zamówienia za niżej wymienione wynagrodzenie:

**Cena ofertowa netto:**.....zł (słownie.....zł)

**Podatek VAT:** .....%

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT[%]
1.	Pionowy, automatyczny autoklaw	1 szt.			
<b>RAZEM:</b>					

2. Spełniam wymagania i warunki postawione w zapytaniu ofertowym.  
3. Przyjmujemy postawione przez Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.  
4. Zamówienie będzie zrealizowane jednorazowo, w terminie **do 8 tygodni**, od dnia podpisania umowy.  
5. Oświadczam, że akceptuję warunki gwarancji określone w § 10 projektu umowy. Wykonawca na przedmiot umowy udziela gwarancji na okres ..... miesięcy, od daty odbioru.  
6. Za realizację zamówienia odpowiedzialny/a jest p....., tel.....  
7. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy nr.....  
.....  
8. Informujemy, że wszelkie informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olsztyn w celu przeprowadzenia postępowań przetargowych bądź w celu bezpośredniej realizacji zamówień zawarte są na stronie internetowej <https://pwik.olsztyn.pl/przetargi>

.....data.....

.....

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

**U M O W A Nr ..... (Projekt)**  
**zawarta w dniu .....2021 roku w Olsztynie**

**pomiędzy**

**Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z adresem siedziby 10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16 a, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców, KRS 0000126352, NIP 739-040-33-23, Regon 510620050, Kapitał zakładowy 156.447.000,00 zł, posiadającym certyfikat systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2015); bezpieczeństwa i higieny pracy (PN-ISO 45001:2018) oraz ochrony środowiska (PN-EN ISO 14001:2015), w którego imieniu występują:**

.....-  
.....-

zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym**,  
a

.....,  
reprezentowaną przez:  
.....-

zwaną w dalszej treści umowy **Wykonawcą**.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 130 tys. zł zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (zał. do Uchwały nr 21/19 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 14.11.2019 r.), została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

1. Wykonawca sprzedaje i dostarcza, a Zamawiający kupuje dla swoich potrzeb pionowy, **automatyczny autoklaw Fedegari-FVG2, przeznaczony do sterylizacji wszystkich materiałów i mediów**, zwany w dalszej treści umowy „**sprzętem**”. Dostawa zostanie zrealizowana jednorazowo w terminie **do 8 tygodni**, od dnia podpisania umowy.
2. Termin realizacji dostawy może ulec zmianie w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę obiektywnych czynników mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy, takich jak:
  - przestoje lub inne czynniki występujące u producenta przedmiotu umowy,
  - działania siły wyższej : klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego, a w szczególności:
  - a) odpowiada wszystkim parametrom określonym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym,
  - b) jest fabrycznie nowy i oznakowany,
  - c) posiada certyfikat zgodności CE oraz kompletną dokumentację niezbędną do odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego,
  - d) wykonany jest zgodnie z dyrektywami/normami europejskimi,

- e) posiada instrukcję obsługi wydaną w języku polskim oraz karty gwarancyjne,
- f) Wykonawca zapewnia transport i wniesienie przedmiotu umowy do Laboratorium Zamawiającego przy ul. Oficerskiej 16A,
- g) Wykonawca zapewnia bezpłatne przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi, w terminie obustronnie uzgodnionym.
- h) producentem sprzętu jest .....

## § 2

1. Wykonawca na terenie Zamawiającego zobowiązuje się do:
  - a) przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy i p.poż. związanych z zakresem wykonywanej umowy,
  - b) zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  - c) stosowania zasad stałej komunikacji i współpracy z działem Zaopatrzenia PWIK Sp. z o.o. w Olsztynie.
2. Wykonawca podlega okresowej ocenie obejmującej m. in.: jakość dostaw towarów i usług, terminowość, ilość reklamacji i zdolność do spełniania wymagań ochrony środowiska oraz wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Uzyskanie niezadowolających ocen pociąga za sobą konieczność wprowadzenia działań korekcyjnych, korygujących lub zapobiegawczych będących warunkiem do zakwalifikowania lub pozostania na Liście Kwalifikowanych Wykonawców.

## § 3

1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w zapytaniu ofertowym z dn. ....
2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w warunkach zamówienia.

## § 4

1. Miejscem dostawy sprzętu i wniesienia jest Laboratorium PWIK w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16A, czynne w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godz. od 7.00 do 14.00, dostawa może być zrealizowane tylko w tym czasie.
2. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie na dostarczonej fakturze, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu zgodności parametrów technicznych zamówionego sprzętu.
3. Koszt dostawy sprzętu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
4. Do czasu odbioru sprzętu przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

## § 5

1. Wartość całkowita zamówienia określona jest w tabeli i jest stała przez cały okres realizacji niniejszej umowy:

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT[%]
1.	Pionowy, automatyczny autoklaw	1 szt.			
<b>RAZEM:</b>					

**kwota netto** – .....zł (słownie: .....),

**należny podatek VAT** .... %

2. Cena jednostkowa przedmiotu umowy zawiera w sobie wszystkie koszty wraz z transportem do Zamawiającego, wniesieniem sprzętu oraz przeszkoleniem pracowników.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wartość będzie naliczona stosownie do obowiązującej stawki a wynagrodzenie ulegnie zmianie.

#### **§ 6**

W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę wadliwą i jej nie skoryguje, to zobowiązuje się do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy w kwotach wynikających z doręczonych decyzji.

#### **§ 7**

1. Strony dokonają rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
2. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy nr ..... w terminie **30 dni**, od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
3. Za dzień zapłaty będzie się uznawać dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Wykonawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym zgodnie z ust. 2 i 3 przysługują odsetki ustawowe.
5. Wykonawca oświadcza, że rachunek do płatności wskazany w umowie należy do wykonawcy umowy i jest rachunkiem otwartym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT.
6. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy znajduje się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tzw. „białej listy podatników VAT”. W przypadku braku rachunku bankowego na tej liście, płatność nie będzie realizowana.

#### **§ 8**

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy, który nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą, ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do *Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z dn. 26.06.2014r.)*.

#### **§ 9**

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
  - a) 20% łącznej wartości netto przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
  - b) 0,5 % wartości netto nie dostarczonego zamówienia – za każdy dzień opóźnienia, licząc od wymaganego w myśl § 1 ust. 1 terminu dostawy,
  - c) 1 % wartości netto sprzętu wolnego od wad - za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia wyznaczonego na

usunięcie wad.

2. Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

#### § 10

1. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia gwarancji na okres ..... (dot. zbiornika ciśnieniowego), oraz ..... (dot. sterylizatora), od daty odbioru przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad sprzętu w okresie gwarancyjnym poprzez dokonanie naprawy sprzętu lub dostarczenie sprzętu wolnego od wad, za zwrotem sprzętu wadliwego.
3. Wady sprzętu usuwane będą przez Wykonawcę bezpłatnie w terminie nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty powiadomienia .
4. Koszt dostarczenia sprzętu do naprawy w okresie gwarancji lub koszt przyjazdu przedstawiciela Wykonawcy do Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas napraw gwarancyjnych sprzętu spowodowanych winą Wykonawcy.
6. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu świadczony jest przez Wykonawcę.
7. Instalacja, podłączenia oraz wykonanie prób testowych musi zostać przeprowadzone przez autoryzowany serwis producenta.

#### § 11

1. Ze strony Wykonawcy za realizację dostawy odpowiedzialny/a będzie: p. ....  
– tel. ....
2. Do wykonywania obowiązków umownych Zamawiający upoważnia pracowników Działu Zaopatrzenia – tel. (89) 532-79-36.

#### § 12

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

#### § 13

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (zał. do Uchwały nr 21/19 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 14.11.2019 r.) udostępnionego na stronie internetowej: [www.pwik.olsztyn.pl](http://www.pwik.olsztyn.pl) oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy Sąd dla Zamawiającego.

#### § 14

1. Zamawiający informuje, że od dnia 25.05.2018r. obowiązuje *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (Dz.Urz. UE nr 119 z 04.05.2016) – dalej: rozporządzenie RODO.



2. Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją umowy, Zamawiający działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia RODO informuje, że:
- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn – dalej: Administrator.
  - 2) w kwestiach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora oraz przysługujących w związku z tym prawach można zasięgnąć informacji na stronie Administratora <https://pwik.olsztyn.pl>; lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych PWiK Sp. z o.o. nr tel. 89 532 79 46 e-mail: [iod@pwik.olsztyn.pl](mailto:iod@pwik.olsztyn.pl);
  - 3) przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art.6 ust.1 lit. b rozporządzenia RODO;
  - 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji umowy oraz 4 lata od dnia jej zakończenia ;
  - 5) posiada Pani/Pan:
    - a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych dotyczących zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO;
    - b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art.16 rozporządzenia RODO;
    - c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
    - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;
  - 6) nie przysługuje Pani/Panu:
    - a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e rozporządzenia RODO;
    - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO;
    - c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO.
  - 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy, której Pan/Pani jest stroną, skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy, a podanie danych fałszywych lub nieaktualnych skutkuje nieważnością (zawartej) umowy;
  - 8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia RODO;
  - 9) Zamawiający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Na Pani/Panu jako stronie Umowy spoczywają obowiązki:
- 1) wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z realizacją umowy i obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, do których należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia RODO

względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Pan/Pani bezpośrednio pozyska.

- 2) informacyjne wynikających z art. 14 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane zostają przekazane drugiej stronie i których dane Pani/Pan pozyskał pośrednio, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia RODO.

#### § 15

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

RADCA PRAWNY  
  
Antoni Kujawa