

|   |   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH</b><br/><b>UNIwersYTETU JagIELLOŃSKIEGO</b><br/>ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków<br/>tel. +4812-663-39-03<br/>e-mail: <a href="mailto:bzp@uj.edu.pl">bzp@uj.edu.pl</a><br/><a href="https://www.uj.edu.pl">https://www.uj.edu.pl</a> ; <a href="https://www.przetargi.uj.edu.pl">https://www.przetargi.uj.edu.pl</a></p> |  |
|---|---|

Kraków, dnia 22.03.2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn zm.), którego przedmiotem postępowania i zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa ciekłego azotu dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum).*

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ**

*Szanowni Państwo,*

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy SWZ 3.2 Zamawiający informuje, iż w okresie obowiązywania umowy wykorzysta co najmniej 190 ton gazu. Z kolei deklarowania, szacowana ilość ciekłego azotu na okres 12 miesięcy wynosi 380 ton. Ilość 190 ton stanowi zaledwie 50% wartości umowy co poddaje wątpliwości czy minimalna ilość została poprawnie wyliczona zgodnie z zasadami art. 28 oraz 29 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o zmianę deklarowanej ilości na 250 ton (66% deklarowanych zakupów)

**Odpowiedź nr 1:**

**Zamawiający może ograniczyć zakres zamówienia, o ile określi w dokumentach zamówienia w sposób precyzyjny minimalną wartość lub wielkość świadczenia oraz związanego z tym gwarantowanego poziomu wynagrodzenia umownego. Zamawiający nie kształtuje postanowień umowy w sposób, który pozostawiałby wykonawcę w niepewności co do gwarantowanego poziomu świadczenia.**

**Określony w art. 433 pkt 4 Pzp zakaz wprowadzania do umowy postanowień związanych z możliwością ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego dotyczy okoliczności, w których Zamawiający nie wskaże minimalnej wartości lub wielkości świadczeń stron. Co do zasady możliwe jest zatem ograniczenie zakresu zamówienia przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w dokumentach zamówienia określił minimalną wartość lub wielkość świadczenia stron. Zamawiający wywiązał się z tego przepisu w SWZ i go podtrzymuje.**

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy SWZ czystość oferowanego azotu tj. 2.1 Parametry:  
 czystość (% obj.): azot N<sub>2</sub> ≥ 99,999%, zanieczyszczenia (% obj.):  
 tlen O<sub>2</sub> ≤ 0,0002;  
 metan CH<sub>4</sub> ≤ 0,0001;  
 tlenek węgla CO ≤ 0,0002;  
 dwutlenek węgla CO<sub>2</sub> ≤ 0,0002;  
 woda H<sub>2</sub>O ≤ 0,0003;  
 Czy dopuszczają Państwo dostawę azotu ciekłego o parametrach:

**Azot skroplony spożywczy**

Skład:

|                                    |          |           |
|------------------------------------|----------|-----------|
| Azot (N <sub>2</sub> )             |          | ≥ 99,998% |
| Tlen (O <sub>2</sub> )             | 0,48 ppm | ≤ 5 ppm   |
| Wilgoć (H <sub>2</sub> O)          |          | ≤ 2 ppm   |
| Węglowodory (THC)                  |          | ≤ 5 ppm   |
| Tlenek węgla (CO)                  |          | ≤ 10 ppm  |
| Tlenki azotu (NO+NO <sub>2</sub> ) |          | ≤ 10 ppm  |

**Odpowiedź nr 2:**

**Zamawiający dopuszcza azot o wnioskowanych parametrach.**

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy umowy paragraf 6 pkt. Wykonawca w terminie kolejnych 5 dni roboczych rozpatrzy reklamację i dokona odpowiednio dostawy lub wymiany;  
 Prosimy o zmianę zapisu na "Wykonawca w terminie kolejnych 5 dni roboczych dokona dostawy produktu. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na co Wykonawca ma 30 dni zostanie wystawiona korekta do pierwotnej faktury na której był dostarczony wadliwy produkt.

**Pytanie nr 4:**

Par. 6 ust. 3 - proponujemy termin 15 dniowy

**Odpowiedź na pytanie nr 3 i 4 :**

**Zamawiający nadaje następującą § 6 ust.3 wzoru umowy:**

***3. Wykonawca w terminie kolejnych 5 dni roboczych dokona dostawy produktu wolnego od wad. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na co Wykonawca ma 30 dni zostanie wystawiona korekta do pierwotnej faktury na której był dostarczony wadliwy produkt.***

**Pytanie nr 5**

Par. 9 ust. 4 - prosimy o wykreślenie

**Odpowiedź nr 5**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 6**

Par. 9 - prosimy o dodanie ust. 13 w brzmieniu: "Całkowita odpowiedzialność Stron z tytułu umowy nie może przekroczyć wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy."

**Odpowiedź nr 6:**  
**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Odpowiedź nr 7:**

**Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w sposób wskazany przez Wykonawcę o czym świadczy treść § 13 ust. 6 i 7 Projektowanych postanowień umowy.**

**Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz wpłynęły na konieczność zamiany ogłoszenia o zamówieniu a tym samym doprowadziły do przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą ulegają zmianie.**

**Nowy termin składania ofert: 28.03.2023 r. godz. 09:00**

**Nowy termin otwarcia ofert 28.03.2023 r. godz. 10:00**

**Termin związania ofertą do dnia 26.04.2023 r. włącznie**

Z poważaniem,

*Jerzy Wordliczek*