



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl  
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 5

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Znak: P-M/Z/ 5618/2021**

**Data: 30.11.2021 r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji „Dostawę opatrunków i materiałów szewnych do Apteki Szpitalnej na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o” Znak Sprawy: 5412 / 2021**

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

### ***PYTANIE nr 1 – dot. Pakietu 19***

Czy ze względu na użycie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej - chitosan, oraz ze względu na zasadę efektywności i konkurencyjności, Zamawiający dopuści produkt o takiej samej funkcjonalności i zgodnie z SWZ i punktem IV. Opis przedmiotu zamówienia podpunkt 2 Kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i dopuści produkt : Jednorazowy, niechemiczny artykuł medyczny i hematologiczny kod zgodny z swz dla pakietu 19 - 33141000-0 : tj. Proszek hemostatyczny, 100% produkt roślinny. Nie posiada dodatków pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego Czas wytworzenia hemostazy 2-5 min, Całkowita absorpcja w ciągu 24-48 godzin, produkt zalecany również przy autotransfuzjach krwi, z aplikatorem o dł. 120 lub 400mm do wyboru przez Zamawiającego.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

### ***PYTANIE nr 2 – dot. Pakietu 19***

Zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi udzielenia zamówień publicznych SWZ, rozdział III ZASADA OKREŚLONOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA podpunkt 2. opis przedmiotu zamówienia powinien być wyczerpujący, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego wyjaśnienie

a) czy pojęcie „zestaw” dotyczy 1szt produktu + aplikator?

b) czy Zamawiający oczekuje produktu w opakowaniu pojedynczym 1g, 3g czy 5g?

***Odpowiedź: Zamawiający informuje że pod pojęciem „zestaw” ma na myśli 1 szt produktu + aplikator. Zamawiający oczekuje produktu w opakowaniu pojedynczym 5g.***

### ***PYTANIE nr 3 – dot. Pakietu 19***

W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o merytoryczne uzasadnienie powodu odrzucenia.

***Odpowiedź: Nie dotyczy.***

***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

***Z poważaniem***

