

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:668529-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Poznań: Aparatura rentgenowska  
2023/S 212-668529**

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia**

**Wyniki postępowania**

**Dostawy**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Świącickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Krajowy numer identyfikacyjny: 7811621484

Adres pocztowy: ul. Polna 33

Miejscowość: Poznań

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

Kod pocztowy: 60-535

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Zuzanna Piotrowicz

E-mail: [zpiotrowicz@gpsk.ump.edu.pl](mailto:zpiotrowicz@gpsk.ump.edu.pl)

**Adresy internetowe:**

Główny adres: <http://www.gpsk.am.poznan.pl/>

**I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: Szpital Kliniczny

**I.5) Główny przedmiot działalności**

Zdrowie

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Dostawa stacjonarnego aparatu RTG w ramach projektu POPI.

Numer referencyjny: PN-113/23

**II.1.2) Główny kod CPV**

33111000 Aparatura rentgenowska

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Dostawy

**II.1.4) Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnego aparatu RTG wraz z:

I. Etap I

II. Etap II

**II.1.6) Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) **Opis**

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnego aparatu RTG wraz z:

I. Etap I

a. Demontaż i przekazanie zdemontowanej Aparatury RTG uprawnionemu do utylizacji podmiotowi poświadczony protokołem odbioru

b. Wymiana wykładziny podłogowej w całej pracowni wg wymagań, tj. specyfikacji zgodnej z wymaganiami dla pom. RTG z uwzględnieniem instalacji odprowadzania ładunków elektrostatycznych, potwierdzone wykonaniem pomiarów elektrycznych dopuszczających do eksploatacji. Kolor wykładziny do ustalenia z Zamawiającym

c. Wykonanie, dostosowanie instalacji elektrycznych obiektowych do wymagań instalacyjnych urządzeń wraz z pomiarami elektrycznymi dopuszczającymi do eksploatacji, dokumentacją powykonawczą

d. Wymiana - Wykonanie instalacji/sygnalizacji niezbędnych w Pracowni RTG

e. Dostawa i instalacja 2 nowych klimatyzatorów, tj. w Pracowni RTG oraz Pokoju Technika w celu spełnienia wymagań dla instalowanych urządzeń, istniejącej infrastruktury i urządzeń, rozmiaru pomieszczeń, pracującego personelu oraz odpowiednich warunków termicznych dla pacjentów

f. Montaż i uruchomienie

II. Etap II

a. Szkolenie personelu

b. Przygotowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami dopuszczenia przez PSSE, łącznie z uzyskaniem niezbędnych zgód i dopuszczeń

c. Integracja z HIS/RIS oraz PACS zgodnie z OPZ

d. Wykonanie wszelkich pomiarów niezbędnych do otrzymania zgód PSSE

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena parametrów technicznych / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

**Sekcja IV: Procedura**

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Ze względu na konieczność wymiany RTG, ze względu na jego zużycie i wiek oraz określenie zakupu RTG jako priorytetowego ze względu na funkcjonowanie Szpitala

- IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
- IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
- IV.2) **Informacje administracyjne**
- IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**  
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2023/S 198-622453](#)
- IV.2.8) **Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów**
- IV.2.9) **Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego**

#### **Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

**Nazwa:**

Dostawa stacjonarnego aparatu RTG w ramach projektu POPI.

Zamówienie/zamówienia na część zostaje udzielone: nie

V.1) **Informacje o nieudzieleniu zamówienia**

**Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono**

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: KIO - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale IX (art. 505–590) Pzp.

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

30/10/2023