

## Część 2 Kasety testowej do urządzenia Allere DDS2/ So Toxa

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto* (kol.4x5)	Nazwa oferowanego produktu (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta oraz nr katalogowy)
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Kaseta testowa do Analizatora SoToxa</p> <p>1. Kasety muszą współdziałać z wyżej wymienionym urządzeniem i posiadać potwierdzenie zgodności z danym urządzeń.</p> <p>2. Kasety testowe muszą wykrywać 6 grup narkotyków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-amfetaminy ( AMP )</li> <li>-pochodnych amfetaminy ( MDMA )</li> <li>-kokainy ( COC )</li> <li>-opiatów ( OPI )</li> <li>-benzodiazepiny ( BZO )</li> <li>-kannabinoli ( THC )</li> </ul> <p>3. Kasety testowe powinny charakteryzować się</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-łatwością obsługi,</li> <li>-krótkim czasem poboru próbki śliny max 10 min</li> </ul> <p>4. Kasety testowe muszą być pakowane pojedynczo i posiadać widoczne i czytelne oznaczenia na</p>	szt.	200			

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto* (kol.4x5)	Nazwa oferowanego produktu (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta oraz nr katalogowy)
1	2	3	4	5	6	7
	<p>opakowaniu: nazwę urządzenia, datę ważności, numer serii oraz nazwę producenta.</p> <p>5. Opakowanie kasety testowej winno zabezpieczyć przed zniszczeniem kasety lub dostaniem się substancji, które mogły by sfałszować wynik badania.</p> <p>6. Do każdej kasety musi być dołączona instrukcja obsługi w j. Polskim oraz jedna para jednorazowych rękawiczek medycznych ( gumowych lub lateksowych )</p>					
<b>Razem</b>						

W tym VAT..... %

\* Cenę w kolumnie 5 i 6 należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.