



Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/64/20

Sucha Beskidzka, dnia 25.09.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawę sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -
Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (V)**

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pytanie 1:

Dotyczy załącznika nr 1f do SIWZ Pakiet nr 6 - zapis pkt. 4 tabeli w zakresie „wymagania podstawowe”:

Czy Zamawiający dopuści niewymienne moduły wysokiej jakości diod osadzonych w lustrzanych kołnierzach/odbłyśnikach odbijających światło? Taka budowa gwarantuje bardzo wysoką jednolitość oświetlenia w całym zakresie.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2:

Dotyczy załącznika nr 1f do SIWZ Pakiet nr 6 - zapis pkt. 6 tabeli w zakresie „wymagania podstawowe”:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie w lampie 6 -ciu niewymiennych samodzielnie modułów , z których każdy składa się z 5 diod?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

Dotyczy załącznika nr 1f do SIWZ Pakiet nr 6 - zapis pkt. 7 tabeli w zakresie „wymagania podstawowe”:

Czy Zamawiający dopuści kopułę lampy o średnicy 37 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:

Dotyczy załącznika nr 1f do SIWZ Pakiet nr 6 - zapis pkt. 9 tabeli w zakresie „wymagania podstawowe”:

Czy Zamawiający dopuści czaszę lampy wyposażoną w 30 źródeł światła LED (diod) rozmieszczonych w modułach?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5:

Dotyczy załącznika nr 1f do SIWZ Pakiet nr 6 - zapis pkt. 14 tabeli w zakresie „wymagania podstawowe”:

Czy Zamawiający dopuści współczynnik oddawania barw R9 na poziomie 92?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6:

Dotyczy załącznika nr 1f do SIWZ Pakiet nr 6 - zapis pkt. 16 tabeli w zakresie „wymagania podstawowe”:

Czy Zamawiający dopuści zużycie energii na poziomie 33 W?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7:

Dotyczy załącznika nr 1f do SIWZ Pakiet nr 6 - zapis pkt. 17 tabeli w zakresie „wymagania podstawowe”:

Czy Zamawiający dopuści średnicę płamy świetlnej pola w odległości 1 m od czoła lampy – 190 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:

Zona DYKEMITKA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Dąbrowski