

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH I AKCESORIÓW SPECJALISTYCZNYCH  
Nr sprawy: ZP-20-134UN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 2019, poz.175), udzielam następujących odpowiedzi:

**Pyt. 1 Pakiet nr 2**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania przyrządu do aspiracji płynów z butelek z filtrem bakteryjnym 0,2µm charakteryzujący się szczelnym połączeniem i łatwością w obsłudze, **bez zastawki i zatyczki, z zaworem pełniącym funkcję tożsamą z zastawką.**

**Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem możliwości aspirowania leków z różnych opakowań zbiorczych.**

**Pyt. 2 Pakiet nr 2**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania przyrządu do aspiracji płynów z butelek z filtrem bakteryjnym 0,2µm charakteryzujący się szczelnym połączeniem i łatwością w obsłudze, bez zawartości lateksu, PCV oraz DEHP; sterylizowany tlenkiem etylenu, **bez zastawki.**

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 3 Pakiet nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu pakowanego w opakowanie typu folia.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.**

**Pyt. 4 Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający wymaga aby w/w przyrząd był wyposażony w dodatkowy element konstrukcyjny (nie miejsce do wciskania) z miejscem na dren i igłę po użyciu.

**Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ. Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 5 Pakiet nr 1 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu wstawki dodatkowych wstrzyknień

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 6 Pakiet nr 3 poz. 1a-1d**

Czy Zamawiający wymaga strzykawek 2-cz luer czy 3-cz luer?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 7 Pakiet nr 3 poz. 1c**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 3-cz luer 10ml skalowanych co 0,2ml

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 8 Pakiet nr 3 poz. 1e**

Czy Zamawiający wymaga strzykawki skalowanej co 2ml?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 9 Pakiet nr 3 poz. 1e**

Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścięta pod kątem 45 stopni?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 10 Pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza igły, które mają opakowanie zbiorcze po 100 sztuk kodowane kolorystycznie, bez kodu kolorystycznego na opakowaniu jednostkowym. (Na opakowaniu jednostkowym wyraźnie oznaczony rozmiar plus nasadka igły odpowiadająca kodowi kolorystycznemu)

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 11 Pakiet nr 3 poz. 1a -1d**

Czy zamawiający wymaga strzykawek 2-cz luer z kontrastującym tłokiem innym niż biały/mleczny?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 12 Pakiet nr 8 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz 4. Wideloaryngoskop McGrath Mac nie posiada tego rodzaju łyżki w rozmiarze 4. Umożliwi nam to wówczas złożenie oferty przetargowej

**Odp.: Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie z pakietu nr 8 poz. 4 i zwiększenie zamawianej ilości w poz. 3 do 60 sztuk. W załączeniu skorygowany załącznik nr 8.**

**Pyt. 13 Pakiet nr 1 poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, w zakresie pakietu 1 - na poszczególne pozycje lub wydzieli poz. 1-2 do osobnej części? Niniejszy zabieg umożliwi złożenie większej liczby ofert atrakcyjnych cenowo w stosunku do walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakościowych, a fundusze zostaną zagospodarowane w racjonalny sposób

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 14 Pakiet nr 1 - 2**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrzędu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ. Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 15 Pakiet nr 1 - 2**

Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 16 Pakiet nr 3 poz. 1 a-c, e**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

**Odp.: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymaganej wielkości opakowania. W kolumnie nr 3 podał zamawianą ilość sztuk, a w kolumnie nr 4 cenę netto za sztukę.**

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie.

**Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.**

**Pyt. 17 Pakiet nr 3 poz. 1d**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp.: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymaganej wielkości opakowania. W kolumnie nr 3 podał zamawianą ilość sztuk, a w kolumnie nr 4 cenę netto za sztukę.**

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie.

**Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.**

**Pyt. 18 Pakiet nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 3 z Pakietu nr 1 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 19 Pakiet nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjny 0,2 µm?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 20 Pakiet nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez wbudowanej zastawki zabezpieczającej?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 21 Pakiet nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści precyzyjny regulator przepływu z drenem o długości 145cm +/-5%?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 22 Pakiet nr 3 poz. 1a-c**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymaganej wielkości opakowania. W kolumnie nr 3 podał zamawianą ilość sztuk, a w kolumnie nr 4 cenę netto za sztukę.**

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie.

**Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.**

**Pyt. 23 Pakiet nr 3 poz. 1d**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymaganej wielkości opakowania. W kolumnie nr 3 podał zamawianą ilość sztuk, a w kolumnie nr 4 cenę netto za sztukę.**

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie.

**Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.**

**Pyt. 24 Pakiet nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny ze skalą co 0,02ml/1ml?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 25 Pakiet nr 7 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem o długości 115cm

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 26 Pakiet nr 7 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 27 Pakiet nr 7 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści worki do dobowej zbiórki moczu z drenem o dł. 90cm lub 150cm?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 28 Pakiet nr 7 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści worki do dobowej zbiórki moczu z ze skalą pomiarową co 50ml od 50ml do 200ml i co 100ml do 2000ml?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 29 Pakiet nr 7 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści butelki do odsysania ran o pojemności 200ml i 400ml?

**Odp.: Zamawiający koryguje omyłkę pisarską opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób:**

**Było: „.....pojemności 15-400ml.....”**

**Jest: „ ..... pojemności 150-400ml .....”**

**Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.**

**Pyt. 30 Pakiet nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o długości 90mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.**

**Pyt. 31 Pakiet nr 1 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kropłowa z filtrem z PCV, dł. komory kropłowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kropłowej – 12,37 cm<sup>3</sup>, powierzchnia komory 36,52 cm<sup>2</sup>, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm<sup>2</sup> ( objętość 3,69 cm<sup>3</sup>), sterylizacja EO?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 32 Pakiet nr 1 poz. 3**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestaw bursztynowy do leków światłoczułych do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu. Długość zestawu 210cm. Aparat wyposażony filtr p/bakteryjny 1umw odpowietrzniku oraz dodatkowy filtr cząstkowy w komorze kropłowej. Regulator prędkości infuzji połączony na stałe z drenem, gwarantujący stały niezmienny w czasie przepływ płynów oraz powtarzalność ustaleń po wznowieniu przepływu. Regulator przepływu od 0 do 250 ml/h (możliwość precyzyjnej regulacji podawanego płynu przez regulator z podziałką w skali co 5 ml/h do 30 ml/h). Dodatkowy port igłowy do podawania leków typu Y Konektor wbudowany w linię. Zacisk typu Roberts do przerw w infuzji. Zestaw sterylny bez ftalanów i lateksu.?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 33 Pakiet nr 2 poz. 1**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki i butelek, umożliwiający pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiołce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Dostęp zabezpieczony koreczkiem domykanym ręcznie. Objętość wypełnienia całego systemu 0,27ml. Konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiołce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiołki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiołce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 34 Pakiet nr 4 poz. 1b**

Czy zamawiający dopuści Igły domięśniowe jednorazowe Luer 06x32

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 35 Pakiet nr 4 poz. 1c**

Czy zamawiający dopuści Igły domięśniowe jednorazowe Luer 07x32

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 36 Pakiet nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przyrządu do infuzji jednorazowy, jałowy, apirogeny z zaciskiem rolkowym do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu, wykonany z trwałego tworzywa nie ulegającego odkształceniu w trakcie użytkowania, igła biorcza cztero-kanalowa, kształt stożek, ostra (umożliwiająca swobodne przekucie korka butelki z płynem) bez kryzy ograniczającej wypadanie z butelki) z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym zabezpieczonym zatyczką, posiadający szczelny układ gwarantujący jałowe podawanie wlewu: przezroczysta, elastyczna komora o długości 57mm, elastyczny dren o długości 150cm, łącznik Luer-lock z osłoną umożliwiającą szczelne i trwałe połączenie z kaniulą; opakowanie typu blister z nadrukiem daty ważności.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 37 Pakiet nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przyrządu do transfuzji, jednorazowy, jałowy, apirogeny z zaciskiem rolkowym do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu; wykonany z trwałego tworzywa nie ulegającego odkształceniu w trakcie użytkowania; igła biorcza ścięta jednostronnie, lancet, ostra (umożliwiająca swobodne przekucie korka butelki z płynem) bez kryzy ograniczającej wypadanie; posiadający szczelny układ gwarantujący jałowe podawanie wlewu, łącznik Luer-Lock z osłonką, umożliwiającą szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną; opakowanie typu blister z wyraźnym nadrukiem daty ważności; komora kroplowa zaopatrzona w filtr o wielkości oczka 200µm, komora przezroczysta, elastyczna, min. dł. 8cm, elastyczny dren o dł. od 150cm do 200cm

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 38 Pakiet nr 1 poz. 3**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przyrządu do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych z dokładnym regulatorem przepływu z wyraźnie opisaną skalą; zacisk przesuwny + wstawka dodatkowych wstrzyknięć, przezroczysta komora kroplowa dł. min. 5cm z wbudowanym filtrem i odpowietrznikiem, dł. drenu. 141 cm, jałowy. Odpowietrznik zaopatrzone w filtr bakteryjny zamykany klapą. Kolec komory kroplowej ostry, łatwy do wprowadzenia. Opis w języku polskim. Opakowanie typu blister z wyraźnym nadrukiem daty ważności

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 39 Pakiet nr 2 poz. 1**

Przyrząd do aspiracji płynów i leków z opakowań zbiorczych, ogólnego zastosowania: ostry kolec ostniony nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania; kolec o konstrukcji pozwalającej na pełne opróżnienie zawartości butelki lub worka; wbudowany filtr bakteryjny min 0,45µm; port (łącznik) z końcówką Luer-Lock; zabezpieczenie portu zatyczką samodomykającą się; bez zastawki zabezpieczającej lek przed wyciekami po rozłączeniu strzykawki.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 40 Pakiet nr 3 poz. 1a-c, 1d, 1e**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wszystkie pojemności pochodziły od jednego producenta?

**Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ. Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 41 Pakiet nr 3 poz. 1e**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1e z pakietu oraz utworzenie odrębnego pakietu dla tej pozycji.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 42 Pakiet nr 3 poz. 1d**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawki 20ml w opakowaniu zbiorczym 80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymaganej wielkości opakowania. W kolumnie nr 3 podał zamawianą ilość sztuk, a w kolumnie nr 4 cenę netto za sztukę.**

**Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie.**

**Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.**

**Pyt. 43 dot. Rozdz. XII SIWZ ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku dla wyrobów masowych dla których cena nie jest ceną transakcyjną, tzn. zamówień nie dokonuje się w sztukach lecz w opakowaniach.**

**Pyt. 44 projektu umowy §4 pkt.2**

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 4 ust. 2 wzoru umowy na:

„W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej umowy”.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pyt. 45 dot. wymogów SIWZ.**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który **nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odp.: Zamawiający uzna oświadczenie stwierdzające brak przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą z zastrzeżeniem, iż ewentualna zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) powoduje obowiązek aktualizacji oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej.**

**Pyt. 46 projektu umowy §2 ust. 5b**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 5 lit. b projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów: „...od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego...” na „od dnia uznania reklamacji przez Wykonawcę”.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pyt. 47 projektu umowy §4 pkt.1**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt 4 i § 2 pkt. 5b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego w terminie/ wadliwego przedmiotu umowy.**

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pyt. 48 projektu umowy §4 pkt.2**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 2:

W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pyt. 49 projektu umowy**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 8 - Łyżki i akumulatory kompatybilne z videolaryngoskopem McGrath MAC posiadany przez Zamawiającego

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Wartość Netto (kol.3*4)	Stawka VAT %	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Łyżki sterylne do jednorazowego użytku wykonane z polimeru optycznego do videolaryngoskopu McGrath MAC rozmiar 3	100							
2.	Łyżki sterylne do jednorazowego użytku wykonane z polimeru optycznego do videolaryngoskopu McGrath MAC rozmiar 4	200							
3.	Łyżki sterylne do jednorazowego użytku o większej angulacji wykonane z polimeru optycznego do videolaryngoskopu McGrath MAC rozmiar 3	60							
4.	Akumulator (bateria) kompatybilny z videolaryngoskopem McGrath MAC wystarczający na min. 250 minut pracy urządzenia.	10							
<b>Razem:</b>									

Podpis Wykonawcy

.....