

BZP.38.382-21.11.24

Jastrzębie – Zdrój, 14.05.2024r.

### Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na **Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Neurochirurgii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i kontrastów- powtórzenie BZP.38.382-21.24**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Z DNIA 14.05.2024r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

#### **Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 4 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy przyrząd do aspiracji płynów do zastosowania do 7 dni lub 140 aktywacji o dł. kolca min. 3,7cm?

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 4 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków bez zastawki?

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 4 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków z filtrem zatrzymującym aerozole 0,1µm?

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 4 poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o długości obudowy 24mm?

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie nr 5 dot. Wzoru umowy:**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów §9 ust. 1-2:

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) w wysokości 8% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

2) w wysokości **5%** wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części zamówienia, w przypadku gdy dana dostawa będzie obejmować przedmiot umowy o złej jakości, nie posiadający deklarowanych właściwości oraz przedmiot umowy w ilości niezgodnej z zamówieniem;

3) w wysokości 0,1% wartości brutto dostawy jednak nie mniej niż **50,00 złotych** za każdy

dzień zwłoki przekraczający termin realizacji dostawy

4) w wysokości 0,03% wartości brutto dostawy jednak nie mniej niż **50,00** złotych za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu depozytu;

5) w wysokości 0,5% wartości brutto pakietu, którego dotyczą dokumenty za każdy dzień zwłoki w przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 11-13 umowy, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 50,00 zł należąca kara wynosić będzie 50,00 zł; ,

6) za zwłokę w wymianie wadliwych środków na pełnowartościowe w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 4 i 5 umowy, w wysokości **0,5%** wartości brutto tych środków za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto tych środków.**

7) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż wymienione w § 10 ust. 1 pkt 1)-6) umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **1,5%** wartości umowy brutto;

2.Strony postanawiają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, lecz innych niż określone § 11 umowy i Kodeksie Cywilnym, w wysokości 8% wartości umowy brutto za **niezrealizowaną część** przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 4 poz. 1:**


Czy Zamawiający dopuści kolec o długości min. 20mm? W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 4 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw infuzyjny służący do przetaczania płynów i leków niekompatybilnych z PCV, w tym m.in. cytostatyków, jałowy, jednorazowego użytku i bez pirogenów, kolec wykonany z ABS, w kolorze białym, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml, pojemność kroplomierza 7 ml, wlot powietrza: z bakteryjnym filtrem o wielkości porów 0,45 µm, komora kropłowa wykonana z materiałów wolnych od DEHP, filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock, precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy, miękki elastyczny dren o średnicy 3.0/4.1 i długości 150 cm, łącznik do dodatkowych iniekcji typu Y, pozbawiony w całości PCV, DEHP oraz lateksu, pakowane pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?



W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 4 poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści zastawkę dostępu bezigłowego - pojedyncza, długości 29 mm, z przezroczystą obudową, silikonową membraną w kolorze niebieskim, dobrze widoczną drogą przepływu, pozbawiona części metalowych, umożliwiającą stosowanie przez 7 dni lub 200 aktywacji, posiadająca system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej, „wyrzut pozytywny” 0,02 ml, pakowana pojedynczo, sterylna, bez zawartości ftalanów?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 7:**

Prosimy Zamawiającego w pakiecie 7 poz. 2 o dopuszczenie maski twarzowej anestetycznej bez pierścienia mocującego z antypoślizgową konstrukcją w postaci uźebrowania na zewn. stronie kopuły, co umożliwi pewny uchwyt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 10 dot. Pakietu nr 7:**

Dotyczy pakietu 7, poz. 2.

Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowa maseczka twarzowa anestetyczna w kształcie kropli zapewniająca anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie. Maseczka wyposażona w mankiet powietrzny o stałej objętości, bez możliwości regulacji. Przezroczysty korpus umożliwia stałą obserwację stanu pacjenta, kolorystyczna identyfikacja rozmiaru na etykiecie produktu. Maseczki dostępne w rozmiarach od 1 - noworodkowa do 7 - duży dorosły. Materiał PCW i PC, bez DEHP i lateksu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 11 dot. Pakietu nr 7:**

Dotyczy pakietu 7, poz. 2.

Prosimy o możliwość wyceny w oddzielnej pozycji 2a – pierścieni mocujących w ilości 2000 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Treść SWZ oraz załączników do SWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem