

"Techniki pozaustrojowego wspomaganie funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0160/18-00

L. dz. DZP- 428/19

Poznań, dnia 05.07.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa -

Dotyczy: PN-42/19 przetargu nieograniczonego na Dostawę hemokoncentratów, obłożeń oraz pętli naczyńowych.

W związku z pytaniem dotyczącym prowadzonego postępowania przetargowego, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), udziela odpowiedzi dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1

Do części nr 1: Pętle naczyńowe - Załącznik nr 3 do SIWZ cz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania:


integrowalny 360-stopniowy łącznik silikonowy (parametr 5) o podwyższonej trwałości, który będzie mógł być wykorzystywany poprzez odpowiednie konektory wielokrotnie – w stosunku co najmniej 1:5?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza taki łącznik.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Bartoś Ptak
za Zamawiającego