



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 27/ZP/2021
DZP/317/2021

Zgorzelec, dnia 09.11.2021r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: dostawa rękawic medycznych: nitylowych oraz lateksowych.

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2009r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 t.j. ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

Pytanie 1

Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych o grubości na palcu min. 0,08 mm, na dłoni min. 0,06 mm. Siła zrywania zgodna z wymaganiami normy EN 455-2.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ.

Pytanie 2

Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych o grubości na palcu min. 0,09 mm, na dłoni min. 0,07 mm. Siła zrywania zgodna z wymaganiami normy EN 455-2.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ.

Pytanie 3

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych lateksowych bezpudrowych o grubości na palcu min. 0,1 mm, na dłoni min. 0,09 mm. Siła zrywania zgodna z wymaganiami normy EN 455-2.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ.

Pytanie 4

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych o sile zrywania min 8N. Pozostałość zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ.

Pytanie 5

Pakiet 1-3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w przypadku wątpliwości, co do zaoferowanego asortymentu Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do próbek?

Odp. Zamawiający nie zastrzega.

Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin składania oraz otwarcia ofert następująco:

[NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT – DO DNIA 12.11.2021r. do godz. 8:00](#)

[NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT – DNIA 12.11.2021r. o godz. 8:30](#)

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający dokonał przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz zamieszcza na swojej platformie zakupowej

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec uaktualnione następujące dokumenty:

- 1. 27_ZP_2021_SWZ_ZMIANA_1**
- 2. 27_ZP_2021_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU_ZMIANA_1**

Z upoważnienia Dyrektora

**Agnieszka Śniadała
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Śniadała e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl